
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
59570—
2021

ПРОДУКЦИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ

**Идентификация компонентов в части
определения природы этанола и других
соединений физико-химического состава**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2021

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Союз производителей коньяка» (НКО «Союз-коньяк»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 162 «Виноградарство и виноделие»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июня 2021 г. № 567-ст

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения методов Международной межправительственной организации по виноградарству и виноделию (OIV), обозначения и наименования которых приведены в разделе «Введение»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Общие положения	3
5 Методология идентификации	4
5.1 Инструментальные методы	5
5.2 Интерпретация результатов	87
6 Представление результата идентификации	96
Приложение А (рекомендуемое) Форма заключения для представления результата идентификации компонентного состава винодельческой продукции	99
Приложение Б (справочное) Пример общего алгоритма (программы идентификации) проведения идентификации компонента — этанола в продукте с заявленным наименованием «Дистиллят коньячный»	100
Библиография	102

Введение

В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения методов анализа Международной межправительственной организации по виноградарству и виноделию (OIV), опубликованных в 2019 г. в сборниках методов анализа вина и спиртных напитков виноградного происхождения (дополнительная информация — <http://www.oiv.int/en/technical-standards-and-documents/methods-of-analysis>):

- OIV-MA-AS312-06:R2009 «IRMS/SIRA. Масс-спектрометрический метод определения отношений изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в этаноле вина или этаноле, полученном брожением виноградного сусла, концентрированного виноградного сусла или виноградного сахара»;
- OIV-MA-BS-22:R2009 «IRMS/SIRA. Масс-спектрометрический метод определения отношений изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в этаноле спиртных напитков виноградного происхождения»;
- OIV-MA-AS311-09:R2017 «HPLC-IRMS/SIRA. Метод определения отношений изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в глюкозе, фруктозе, глицерине и этаноле продукции виноградного происхождения с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии в комбинации с масс-спектрометрией»;
- OIV-MA-AS312-07:R2009 «GC-IRMS/SIRA, HPLC-IRMS/SIRA. Метод определения отношений изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в глицерине вина с помощью газовой хроматографии или высокоэффективной жидкостной хроматографии в комбинации с масс-спектрометрией»;
- OIV-MA-AS2-12 «IRMS/SIRA. Масс-спектрометрический метод определения отношений изотопов кислорода $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ в воде вина и сусла»;
- OIV-MA-AS314-03:R2009 «IRMS/SIRA. Масс-спектрометрический метод определения отношений изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в углекислом газе CO_2 , растворенном в игристых винах»;
- OIV-MA-BS-16:R2009 «Метод определения основных соединений, экстрагируемых из древесины во время созревания алкогольных напитков виноградного происхождения»;
- AOAC 948.07 «Качественный тест для определения карамельного колера в винах и других спиртных напитках»;
- OIV-MA-BS-19:R2013 «Метод общего определения фенольных соединений в алкогольных напитках виноградного происхождения, не содержащих добавок карамельного колера»;
- OIV-MA-BS-17:R2009 «Метод анализа α -дикарбонильных соединений в алкогольных напитках виноградного происхождения с помощью газовой хроматографии с дериватизацией с 1,2-диаминбензолом»;
- OIV-MA-BS-18:R2013 «Метод анализа α -дикарбонильных соединений в алкогольных напитках виноградного происхождения с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с дериватизацией с 1,2-диаминбензолом»;
- OIV-MA-AS311-05:R2011 «SNIF-NMR/RMN-FINS Метод определения распределения изотопов водорода — дейтерия в этаноле, полученном брожением виноградного сусла, концентрированного виноградного сусла, виноградного сахара, ректифицированного виноградного сусла, и в этаноле вина с помощью ядерного магнитного резонанса»;
- OIV-MA-BS-23:R2009 «SNIF-NMR/RMN-FINS Метод определения распределения изотопа водорода — дейтерия в этаноле спиртных напитков виноградного происхождения с помощью ядерного магнитного резонанса»;
- OIV-MA-BS-24:R2009 «Метод прямого определения содержания нестабильного изотопа углерода ^{14}C в этаноле с помощью жидкого сцинтилляционного детектора LSC».

ПРОДУКЦИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ

Идентификация компонентов в части определения природы этанола
и других соединений физико-химического состава

Winemaking products.
Identification of components in terms of determination of the origin of ethanol
and other compounds of physical-chemical composition

Дата введения — 2022—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на винодельческую продукцию из винограда (*Vitis vinifera* L.) и гибридов, полученных скрещиванием сортов *Vitis vinifera* L. с сортами винограда других видов рода *Vitis*, которая включает наименования продуктов по [1]—[3] и устанавливает процедуру идентификации компонентов в части определения характеристик спирта (этанола) и других соединений физико-химического состава.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 12494 Коньяки (бренди), поставляемые для экспорта. Технические условия
- ГОСТ 31493 Дистиллят винный. Технические условия
- ГОСТ 31728 Дистилляты коньячные. Технические условия
- ГОСТ 31729 Напитки винные. Общие технические условия
- ГОСТ 31730 Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб
- ГОСТ 31732 Коньяк. Общие технические условия
- ГОСТ 31763 Спирт винный. Технические условия
- ГОСТ 32030 Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия
- ГОСТ 33311 Вина игристые. Основные правила производства
- ГОСТ 33336 Вина игристые. Общие технические условия
- ГОСТ Р 1.4 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения
- ГОСТ Р 52195 Вина ароматизированные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 52335 Продукция винодельческая. Термины и определения
- ГОСТ Р 52501 (ИСО 3696:1987) Вода для лабораторного анализа. Технические условия
- ГОСТ Р 52558 Вина газированные и вина газированные жемчужные. Общие технические условия
- ГОСТ Р 55242 Вина защищенных географических указаний и вина защищенных наименований места происхождения. Общие технические условия
- ГОСТ Р 55458 Виноградная водка. Общие технические условия
- ГОСТ Р 55459 Дистиллят виноградный. Технические условия
- ГОСТ Р 55461 Спирт виноградный. Технические условия
- ГОСТ Р 56547 Российское качество. Коньяки особые. Общие технические условия
- ГОСТ Р 58206 Бренди. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 5725-2 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

Примечание — При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1]—[4], ГОСТ 12494, ГОСТ 31493, ГОСТ 31728, ГОСТ 31729, ГОСТ 31730, ГОСТ 31732, ГОСТ 31763, ГОСТ 32030, ГОСТ 33311, ГОСТ 33336, ГОСТ Р 52195, ГОСТ Р 52335, ГОСТ Р 52558, ГОСТ Р 55242, ГОСТ Р 55458, ГОСТ Р 55459, ГОСТ Р 55461, ГОСТ Р 56547 и ГОСТ Р 58206, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 качество винодельческой продукции: Совокупность двух составляющих, к которым относятся внутренние свойства, образуемые физико-химическими и органолептическими признаками (формируются в ходе изготовления как продукта в целом, так и его отдельных компонентов) и обуславливающие в соответствии с установленными требованиями принадлежность продукта к определенной(ому) группе или типу, а также внешние свойства, определяющие пригодность продукции удовлетворять в соответствии со своим назначением обусловленные или предполагаемые потребности пользователя.

3.2 оценка качества винодельческой продукции: Подтверждение соответствия заявленного наименования продукта в целом или его отдельных компонентов на основе сочетания документальных, инструментальных и органолептических методов внутренним и (или) внешним свойствам, которые в виде требований установлены в национальных, межгосударственных (региональных) и (или) международных документах по стандартизации для определенной(ого) группы или типа продуктов.

3.3 идентификация компонентного состава винодельческой продукции: Взаимосвязанная с оценкой качества самостоятельная процедура для установления инструментальными методами тождественности свойств компонентов с их существенными признаками, характерными для эталонного образца компонента и (или) его описания.

3.4 существенные признаки компонентов винодельческой продукции: Количественные и качественные физико-химические показатели, их характеристики, нормы, в том числе характеристики заявленного состава, пищевой и энергетической ценности, отличительные критерии наименований, технологических процессов производства, используемого сырья и иные сведения о составе продукции, содержащиеся в нормативных правовых актах Российской Федерации, национальных, межгосударственных (региональных), международных документах по стандартизации, научно-технических документах, включающих описания винодельческой продукции и (или) ее компонентов, и (или) в единой базе данных о компонентном составе винодельческой продукции.

3.5 эталонный образец компонентов винодельческой продукции: Продукт виноделия или компонент продукта виноделия, в том числе компонент для изготовления продукта виноделия, качество и соответственно внутреннее и внешнее свойства которого имеют подробное описание, принимаются за исходные для сопоставления с ними других продуктов и (или) компонентов со схожими заявленным наименованием и характеристиками, изготавливаемый и определяемый в соответствии с требованиями и порядком, установленными в нормативных правовых актах Российской Федерации.

3.6 описание компонентов винодельческой продукции: Набор существенных признаков компонентов винодельческой продукции, содержащийся в нормативных правовых актах Российской Федерации, национальных, межгосударственных (региональных), международных документах по стандартизации, научно-технических документах и (или) в единой базе данных о компонентном составе винодельческой продукции.

3.7 методология идентификации компонентного состава винодельческой продукции: Сочетание инструментальных методов и интерпретации результатов их применения для установления тождественности свойств компонентов продукции с существенными признаками, характерными для эталонного образца компонента и (или) его описания.

3.8 результат идентификации компонентного состава винодельческой продукции: Подтверждение или неподтверждение тождественности свойств компонента продукции с его существенными признаками, оформляемое в виде заключения о соответствии (несоответствии) компонента его эталонному образцу и (или) их описанию.

3.9 подлинность компонентов винодельческой продукции: Тождественность свойств компонента продукции с его существенными признаками, установленная в ходе идентификации компонентного состава.

3.10 заявитель об идентификации компонентного состава винодельческой продукции: Физическое или юридическое лицо, которое является приобретателем (потребителем) или осуществляет хозяйственную деятельность, деятельность в области оценки соответствия, в том числе контроле (надзоре), или иную деятельность, соответствующую нормативным правовым актам Российской Федерации в области производства и торгового обращения винодельческой продукции.

Примечание — Заявитель об идентификации компонентного состава винодельческой продукции не должен быть юридически связан с лицом, непосредственно осуществляющим идентификацию компонентного состава винодельческой продукции, или иным образом оказывать влияние на деятельность этого лица.

3.11 лица, осуществляющие идентификацию компонентного состава винодельческой продукции: Федеральные и региональные органы исполнительной власти; организации, осуществляющие подтверждение соответствия, в область аккредитации которых входит винодельческая продукция; организации, осуществляющие производство винодельческой продукции; организации, осуществляющие закупку и продажу винодельческой продукции; отраслевые, научно-технические и иные организации в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, или в инициативном порядке.

3.12 недопустимая модификация компонентного состава винодельческой продукции: Умышленное или неумышленное изменение физико-химического состава и (или) свойств компонентов винодельческой продукции в ходе ее изготовления, осуществленное путем применения технологических процессов и (или) сырья, следствием которого являются нарушение тождественности свойств и существенных признаков продуктов, компонентов и (или) имитация (подделка) их свойств.

Примечание — Изменение качества винодельческой продукции и (или) ее компонентного состава, которое является следствием использования разрешенных в нормативных правовых документах сырья и (или) технологических процессов, но совершенное без указания этого изменения в маркировке на потребительской или транспортной упаковке, или при отсутствии соответствующей информации в товаросопроводительных документах, предусмотренных обязательными требованиями, относится к недопустимой модификации состава продуктов и (или) их компонентов.

3.13 географическое происхождение винодельческой продукции и ее компонентов: Характеристика внутренних свойств, относящихся к качеству продукта и (или) его компонента, которая формируется природно-климатическими и агротехническими особенностями, присущими для географического объекта, в границах которого произрастает виноград, производятся его переработка и изготовление винодельческой продукции.

3.14 ботаническое происхождение компонентов винодельческой продукции: Характеристика внутренних свойств, относящихся к качеству компонента, формируемая физиологическими и биохимическими особенностями семейства сельскохозяйственных растений, используемых в виде сырья в производстве винодельческой продукции, купажных составляющих, вспомогательных материалов.

4 Общие положения

4.1 Идентификацию компонентов винодельческой продукции в части определения природы спирта (этанола) и других соединений физико-химического состава проводят в целях предупреждения введения в заблуждение потребителей и защиты их здоровья, защиты интересов добросовестных изготовителей, а также для подтверждения соответствия продукции нормативным правовым требованиям, противодействия изготовлению и выпуску в торговое обращение продукции с недопустимым составом,

соблюдения условий добросовестной конкуренции, повышения конкурентоспособности и для развития экспортного потенциала виноградарской и винодельческой отраслей Российской Федерации.

4.2 Идентификацию компонентов в продуктах проводят лица, перечисленные в 3.11, в тех случаях, когда в информации о составе продукции отсутствует или представлено неполное описание, либо необходимо подтверждение достоверности описания, представленного в документации, сопровождающей винодельческую продукцию.

4.3 Идентификацию компонентного состава винодельческой продукции в случаях, приведенных в 4.2, осуществляют лица, перечисленные в 3.11.

При проведении идентификации допускается применение документов по стандартизации: национальных, межгосударственных стандартов, сводов правил и (или) стандартов организаций (СТО).

Примечание — В соответствии с ГОСТ Р 1.4 перед утверждением стандартов организаций проводят их экспертизу. Экспертиза может быть проведена в соответствующем техническом комитете по стандартизации.

При этом используемые для идентификации документы по стандартизации должны включать методы исследований (анализа, испытаний, определения, измерений), основанные на иных аналитических принципах и обеспечивающие сопоставимость результатов исследований с результатами, полученными при исследовании соответствующих показателей методами, содержащимися в 5.1.4—5.1.17. Применение указанных документов по стандартизации должно осуществляться согласно требованиям 5.1.1—5.1.3; интерпретация полученных результатов — согласно требованиям 5.2 или соответствующих стандартов, устанавливающих требования к продукции (при наличии); представление результата идентификации — по разделу 6.

4.4 Описание компонентного состава винодельческой продукции приведено в [1]—[4], ГОСТ 12494, ГОСТ 31493, ГОСТ 31728, ГОСТ 31729, ГОСТ 31730, ГОСТ 31732, ГОСТ 31763, ГОСТ 32030, ГОСТ 33311, ГОСТ 33336, ГОСТ Р 52195, ГОСТ Р 52335, ГОСТ Р 52558, ГОСТ Р 55242, ГОСТ Р 55458, ГОСТ Р 55459, ГОСТ Р 55461, ГОСТ Р 56547 и ГОСТ Р 58206. Для идентификации могут быть использованы сведения из единой базы данных о компонентном составе винодельческой продукции (см. 6.3) и (или) документы, перечисленные в 4.3, а также иные документы по стандартизации и научно-технические документы, содержащие наборы признаков, критериев, параметров, показателей, сведений и (или) требований, характеризующих компоненты, физико-химический состав и связанные с ним свойства продукции, включая ее географическое и ботаническое происхождение, в том числе публикации в специализированных научных изданиях, отчеты о результатах научно-исследовательских работ, диссертации и иные научные документы, прошедшие рецензирование (экспертизу) и опубликованные в общедоступном формате.

Не допускается использование для проведения идентификации документов, к содержанию которых отсутствует или ограничен общий доступ.

4.5 Решение о проведении идентификации компонентного состава винодельческой продукции, а также о требуемом объеме информации для организации идентификации принимает заявитель либо лица, перечисленные в 3.11.

5 Методология идентификации

В зависимости от задач идентификации в части определения природы спирта (этанол) и других компонентов физико-химического состава винодельческой продукции специалисты — эксперты, проводящие идентификацию, используют методы аналитического исследования компонентов и критерии интерпретации результатов, приведенные в 5.1 и 5.2. Программа идентификации может быть составлена также с учетом или полностью на основе запросов заявителей (см. 3.10), направленных в адрес лица, проводящего идентификацию (см. 3.11). Настоящий стандарт основан на современных научно-технических знаниях, исходящих из результатов научно-исследовательских, экспертных и методических разработок, опубликованных в общедоступных специализированных изданиях в печатном и (или) электронном формате для технических сортов винограда и винодельческой продукции, производимой в природно-климатических и агротехнических условиях Российской Федерации, стран ЕАЭС и схожих с ними условиях зарубежных виноградарских и винодельческих регионов. В части технического обеспечения производства винодельческой продукции настоящий стандарт учитывает разрешенные в Российской Федерации и государствах — членах ЕАЭС технологические приемы и оборудование, а также принимает во внимание имеющиеся на момент разработки настоящего стандарта научные знания о техногенном влиянии используемых способов производства на физико-химический состав и свойства компонентов продуктов. Настоящий стандарт устанавливает в 5.2.1 требования к экспертам, участву-

ющим в подготовке и проведении идентификации продукции, включая представление ее результатов в виде заключения (см. 6.2), рекомендуемая форма которого представлена в приложении А.

5.1 Инструментальные методы

5.1.1 Отбор проб

Отбор проб винодельческой продукции и (или) ее компонентов, используемых в качестве сырья, проводят в зависимости от вида продукта в соответствии с ГОСТ 31730.

5.1.2 Изучение документов

5.1.2.1 Перечень документов

Изучение документов проводят при необходимости. В перечень документов, подлежащих изучению, входят обязательные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для обеспечения производства и торгового обращения продукции.

5.1.2.2 Критерии для изучения документов

Изучение документов предусматривает проверку содержания документов лицом, осуществляющим идентификацию, на соответствие приведенных в них сведений о винодельческой продукции нормативным правовым актам Российской Федерации, в том числе:

- соответствие наименования продукта;
- наличие ссылок о соответствии продукта нормативным правовым актам, в том числе документам по стандартизации, устанавливающим требования к винодельческой продукции и (или) ее компонентам;
- наличие сведений об области применения продукта;
- наличие сведений о составе продукта, пищевой и энергетической ценности;
- наличие сведений о сроке годности продукта;
- наличие сведений об условиях хранения продукта.

Дополнительно в документах проводят проверку:

- соответствия перечня физико-химических показателей продукта заявленному наименованию и описанию винодельческой продукции и (или) ее компонентов (см. 3.6);
- значений характеристик и значений физико-химических и органолептических показателей и их связи с конкретной партией продукции, подлежащей идентификации.

5.1.2.3 Дополнительные документы

Для изучения могут быть приняты во внимание дополнительные документы, предоставляемые изготовителем и (или) поставщиком продукции по запросу лица, осуществляющего идентификацию, или заявителя об идентификации. В качестве дополнительных документов для изучения могут быть приняты во внимание международные, межгосударственные (региональные) и национальные сертификаты о соответствии других стран, международных ассоциаций и межгосударственных объединений, а также протоколы испытаний продукции и (или) ее компонентов, проведенных в Российской Федерации и (или) в зарубежных научных и экспертных организациях.

5.1.3 Программа идентификации

Перед проведением идентификации эксперт разрабатывает программу (задание на проведение исследований), содержащую(ее) перечень существенных признаков (см. 3.4), подлежащих исследованию с применением инструментальных методов, установленных в 5.1.4—5.1.17, и (или) методов, установленных документами по стандартизации — национальными, межгосударственными, стандартами, сводами правил и (или) стандартами организаций (СТО).

Примечание — В соответствии с ГОСТ Р 1.4 перед утверждением стандартов организаций проводят их экспертизу. Экспертиза может быть проведена в соответствующем техническом комитете по стандартизации.

При этом используемые для идентификации документы по стандартизации должны включать методы исследований (анализа, испытаний, определения, измерений), основанные на иных аналитических принципах и обеспечивающие сопоставимость результатов исследований с результатами, полученными при исследовании соответствующих показателей методами, содержащимися в 5.1.4—5.1.17.

Программа идентификации включает нижеприведенные основные этапы, реализуемые последовательно.

Этап 1. Исследование обязательных для соблюдения показателей физико-химического состава, установленных в [1]—[3] и стандартах для соответствующего вида винодельческой продукции и (или) ее компонента: ГОСТ 12494, ГОСТ 31493, ГОСТ 31728, ГОСТ 31729, ГОСТ 31730, ГОСТ 31732, ГОСТ 31763, ГОСТ 32030, ГОСТ 33311, ГОСТ 33336, ГОСТ Р 52195, ГОСТ Р 52335, ГОСТ Р 52558, ГОСТ Р 55242, ГОСТ Р 55458, ГОСТ Р 55459, ГОСТ Р 55461, ГОСТ Р 56547 и ГОСТ Р 58206. Для исследования обяза-

тельных для соблюдения показателей физико-химического состава используют методы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и документами по стандартизации. При выявлении в ходе исследований несоответствия свойств продукта (компонента) требованиям, установленным в документах по стандартизации для соответствующего вида винодельческой продукции, исследования на этапах 2 и 3 не проводят. В данном случае идентификация считается завершенной на этапе 1. Результат идентификации представляют согласно требованиям, приведенным в разделе 6.

Примечание — При наличии протокола испытаний объекта идентификации сторонней испытательной организации, содержащего результаты исследования минимального перечня показателей физико-химического состава, установленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и документах стандартизации для соответствующего вида винодельческой продукции и (или) ее компонента, проведение исследований по этапу 1 по решению эксперта может быть исключено из программы.

Этап 2. В зависимости от задачи идентификации исследования на этапе 2 проводят по показателям, установленным в таблице 1. Данный этап реализуется при отсутствии отклонений в обязательном для соблюдения перечне показателей физико-химического состава, исследованных на этапе 1.

Таблица 1 — Показатели идентификации компонентного состава винодельческой продукции

Вид винодельческой продукции (компонента)	Задача исследования	Показатель исследования		Метод исследования (принцип метода и структурный элемент)	
		на этапе 2	на этапе 3	на этапе 2	на этапе 3
1 Вино, в т. ч. молодое, выдержанное, коллекционное, сортовое, защищенного наименования места происхождения, защищенного географического указания, ароматизированное, игристое (шампанское), игристое жемчужное, газированное, газированное жемчужное, крепленое (ликерное), наливом (виноматериал), ароматизированное. Напитки, в т. ч. винные, виноградные, виноградосодержащие. Коктейли винные	Ботаническое (виноградное) происхождение этанола	Отношение стабильных изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в этаноле ($\delta^{13}\text{C}$, ‰)	Содержание дейтерия в метильной и метиленовой группах молекулы этанола $[(\text{D}/\text{H})_I, (\text{D}/\text{H})_{II}, \text{ppm}]$. Отношение между значениями величин $(\text{D}/\text{H})_I$ и $(\text{D}/\text{H})_I \cdot R$	Масс-спектрометрия IRMS/SIRA (5.1.4)	Спектроскопия ЯМР (NMR) (5.1.15)
2 Дистилляты, в т. ч. винные, винные ректифицированные, виноградные, для бренди, коньячные, виноградного происхождения, виноградного происхождения ректифицированные, винные, выдержанные, винные молодые. Бренди, коньяки. Спирты, в т. ч. винные, виноградные. Водка виноградная	Ботаническое (виноградное) происхождение этанола	Отношение стабильных изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в этаноле ($\delta^{13}\text{C}$, ‰)	Содержание дейтерия в метильной и метиленовой группах молекулы этанола $[(\text{D}/\text{H})_I, (\text{D}/\text{H})_{II}, \text{ppm}]$. Отношение между значениями величин $(\text{D}/\text{H})_I$ и $(\text{D}/\text{H})_I \cdot R$. Содержание нестабильного изотопа углерода ^{14}C в этаноле (сBq/gC)	Масс-спектрометрия IRMS/SIRA (5.1.5)	Спектроскопия ЯМР (NMR) (5.1.16). Сцинтилляция с применением жидкого детектора (LSC) (5.1.17)

Продолжение таблицы 1

Вид винодельческой продукции (компонента)	Задача исследования	Показатель исследования		Метод исследования (принцип метода и структурный элемент)	
		на этапе 2	на этапе 3	на этапе 2	на этапе 3
3 Сусло виноградное, в т. ч. виноградное концентрированное, виноградное концентрированное ректифицированное. Сок виноградный. Вино, в т. ч. молодое, выдержанное, коллекционное, сортовое, защищенного наименования места происхождения, защищенного географического указания, ароматизированное, игристое (шампанское), игристое жемчужное, газированное, газированное жемчужное, крепленое (ликерное), наливом (виноматериал). Напитки, в т. ч. винные, виноградные, виноградо-содержащие. Коктейли винные	Ботаническое (виноградное) происхождение углеводов (сахаров)	Отношение стабильных изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в этаноле и (или) в углеводах (сахарах) ($\delta^{13}\text{C}$, ‰)	Содержание дейтерия в метильной и метиленовой группах молекулы этанола $[(\text{D}/\text{H})_{\text{H}}]$, $(\text{D}/\text{H})_{\text{CH}_2}$, полученного брожением из углеводов (сахаров) — для сусла виноградного (в т. ч. сусло концентрированное, сусло концентрированное ректифицированное). Отношение между значениями величин $(\text{D}/\text{H})_{\text{H}}$ и $(\text{D}/\text{H})_{\text{CH}_2}$, R — для сусла виноградного (в т. ч. сусло концентрированное, сусло концентрированное ректифицированное)	Масс-спектрометрия IRMS/SIRA (5.1.4 или 5.1.6)	Спектроскопия ЯМР (NMR) (5.1.15)
4 Сусло виноградное, в т. ч. виноградное концентрированное, виноградное концентрированное ректифицированное. Сок виноградный. Вино, в т. ч. молодое, выдержанное, коллекционное, сортовое, защищенного наименования места происхождения, защищенного географического указания, ароматизированное, игристое (шампанское), игристое жемчужное, газированное, газированное жемчужное, крепленое (ликерное), наливом (виноматериал)	Происхождение воды (биологическая/геологическая вода*)	Отношение стабильных изотопов кислорода $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ в воде ($\delta^{18}\text{O}$, ‰)	Содержание дейтерия в метильной и метиленовой группах молекулы этанола $[(\text{D}/\text{H})_{\text{H}}]$, $(\text{D}/\text{H})_{\text{CH}_2}$, полученного брожением из углеводов (сахаров) — для сусла виноградного (в т. ч. сусло концентрированное, сусло концентрированное ректифицированное). Отношение между значениями величин $(\text{D}/\text{H})_{\text{H}}$ и $(\text{D}/\text{H})_{\text{CH}_2}$, R	Масс-спектрометрия IRMS/SIRA (5.1.8)	Спектроскопия ЯМР (NMR) (5.1.15)

Продолжение таблицы 1

Вид винодельческой продукции (компонента)	Задача исследования	Показатель исследования		Метод исследования (принцип метода и структурный элемент)	
		на этапе 2	на этапе 3	на этапе 2	на этапе 3
5 Вино, в т. ч. молодое, выдержанное, коллекционное, сортовое, защищенного наименования места происхождения, защищенного географического указания, ароматизированное, игристое (шампанское), игристое жемчужное, газированное, газированное жемчужное, крепленое (ликерное), наливом (виноматериал), ароматизированное. Напитки, в т. ч. винные, виноградные, виноградо-содержащие. Коктейли винные. Вино игристое (шампанское), игристое жемчужное, газированное, газированное жемчужное, крепленое (ликерное), наливом (виноматериал)	Ботаническое (виноградное) происхождение продуктов брожения — глицерин, 2,3-бутандиол	—	Отношение стабильных изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в глицерине/2,3-бутандиоле ($\delta^{13}\text{C}$, ‰), бутандиоле ($\delta^{13}\text{C}$, ‰)	—	Масс-спектрометрия IRMS/SIRA (5.1.6) или (5.1.7)
6 Вино игристое (шампанское), игристое жемчужное, газированное	Происхождение растворенного диоксида углерода (подтверждение вторичного брожения)	Отношение стабильных изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в диоксиде углерода ($\delta^{13}\text{C}$, ‰)	—	Масс-спектрометрия IRMS/SIRA (5.1.9)	—
7 Дистилляты, в т. ч. винные, винные ректификованные, виноградные, для бренди, коньячные, виноградного происхождения, виноградного происхождения ректификованные, винные выдержанные, винные молодые. Бренди, коньяки. Спирты, в т. ч. винные, виноградные	Определение выдержки (созревания) в контакте с древесиной дуба	Содержание фурфурала, 5-гидроксиметилфурфурала, 5-метилфурфурала, ванилина, сиреневого альдегида, кониферилового альдегида, синапового альдегида, галловой, эллаговой, ванилиновой и сиреневой кислот и скополетина, мг/дм ³	—	Метод ВЭЖХ** (5.1.10)	—

Окончание таблицы 1

Вид винодельческой продукции (компонента)	Задача исследования	Показатель исследования		Метод исследования (принцип метода и структурный элемент)	
		на этапе 2	на этапе 3	на этапе 2	на этапе 3
8 Дистилляты, в т. ч. винные, винные ректификованные, виноградные, для бренди, коньячные, виноградного происхождения, виноградного происхождения ректификованные, винные выдержанные, винные молодые. Бренди, коньяки. Спирты, в т. ч. винные, виноградные	Присутствие карамельного колера	Визуальное определение	Содержание фенольных соединений, мг/дм ³	Колориметрия (5.1.11)	Спектрофотометрия (5.1.12)
9 Дистилляты, в т. ч. винные, винные ректификованные, виноградные, для бренди, коньячные, виноградного происхождения, виноградного происхождения ректификованные, винные выдержанные, винные молодые. Бренди, коньяки. Спирты, в т. ч. винные, виноградные	Состав α-дикарбонильных соединений (общая оценка подлинности и безопасности продукции с высоким содержанием спирта)	—	Содержание глиоксала, метилглиоксала, диацетила и пентан-2,3-диона, мг/дм ³	—	Метод ГХ*** (5.1.13) или метод ВЭЖХ (5.1.14)

* Под биологической водой понимается внутриклеточная вода растительных объектов, специфичный изотопный состав которой определяет характер процессов метаболизма и водного обмена с окружающей средой, протекающих в растениях. Уникальной особенностью водного обмена, получившей наименование биологического изотопного эффекта, является обогащение высшими растениями (например, винограда) внутриклеточной воды тяжелым изотопом кислорода ¹⁸O в ходе своего биологического развития. Под геологической водой понимается вода природных или искусственно созданных подземных или поверхностных объектов, используемых для промышленных целей в качестве источников питьевой и технологической вод, а также в целях снабжения населения питьевой водой. Специфичный уровень распределения изотопов кислорода в геологической воде определяют физические процессы (термодинамического и/или кинетического характера), протекающие в природных водных объектах, включая атмосферные процессы, связанные с испарением и выпадением водных осадков. Согласно базе данных GNIP/GNIR/WISER МАГАТЭ и результатам отечественных научных исследований средние значения величины $\delta^{18}\text{O}_{\text{VSMOW}}$ для геологической воды в основных виноградарских регионах Российской Федерации лежат в интервале от — 8,14 ‰ до — 14,0 ‰.

** ВЭЖХ — метод высокоэффективной жидкостной хроматографии.

*** ГХ — метод газовой хроматографии.

Этап 3. В спорных (арбитражных) случаях, возникающих в практике оценки соответствия, в том числе в рамках мероприятий по контролю (надзору) за производством и торговым обращением винодельческой продукции и (или) ее компонентов (сырья), данный этап реализуется по решению эксперта для уточнения общего результата идентификации, а также с применением дополнительных показателей (см. таблицу 1) после проведения исследований по показателям этапа 2.

Практическая реализация программы идентификации осуществляется в собственной(ых) аккредитованной(ых) лаборатории(ях) лица, проводящего идентификацию, или по запросу этого лица в сторонней аккредитованной или иной(ых) лаборатории(ях), обладающей(их) аналитическими ресурсами и квалифицированным персоналом, необходимыми и достаточными для проведения полного объема исследований или части исследований, предусмотренных программой идентификации и задачами исследований (см. таблицу 1). Для подготовки и реализации программы идентификации лица, проводящие идентификацию, вправе обращаться в сторонние экспертные и научно-исследовательские организации.

5.1.4 Масс-спектрометрический метод определения отношений изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в этаноле вина или этаноле, полученном брожением виноградного сусла, концентрированного виноградного сусла или виноградного сахара

5.1.4.1 Настоящий метод предназначен для измерения отношений изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в этаноле вина и этаноле, полученном брожением продуктов переработки винограда (виноградное сусло, концентрированное виноградное сусло, виноградный сахар¹⁾.

5.1.4.2 Стандартные образцы

V-PDB — международный стандартный образец мрамора с установленным изотопным составом углерода Vienna-Pee-Dee Belemnite ($R_{\text{PDB}} = 0,00112372$)²⁾.

5.1.4.3 Сокращения

$^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ — отношение изотопов углерода ^{13}C и ^{12}C в исследуемой пробе.

$\delta^{13}\text{C}$ — содержание изотопа углерода ^{13}C , выраженное в промилле (одной тысячной доле), ‰.

RMN-FINS — метод ядерного магнитного резонанса для исследования фракционирования спещифичных природных изотопов.

V-PDB — международный стандартный образец мрамора с установленным изотопным составом углерода²⁾.

В этой связи содержание природного изотопа углерода ^{13}C в настоящее время определяют относительно современного стандартного образца V-PDB;

m/z — отношение массы молекулы к ее заряду.

5.1.4.4 Сущность метода

В ходе фотосинтеза ассимиляция углеродсодержащего газа (диоксида углерода) в растениях протекает по двум путям метаболизма — C_3 -путь (цикл Кальвина) и C_4 -путь (цикл Хэтча — Слека). Эти пути метаболизма представляют собой разные типы фракционирования изотопов. Такие продукты, как сахар и спирт, полученные из C_4 -растений с последующим брожением, обладают повышенным содержанием изотопа углерода ^{13}C в сравнении с продуктами из C_3 -растений. К основной группе C_3 -растений принадлежат виноград и сахарная свекла. Сахарный тростник и кукуруза относятся к C_4 -растениям. Измерение содержания изотопа углерода ^{13}C позволяет количественно выявить добавление сахаросодержащих продуктов из C_4 -растений (например, тростниковый сахар, кукурузный сироп — изоглюкоза) к продукции из винограда (например, виноградное сусло, вино). Совмещенный методический подход на основе масс-спектрометрического метода определения содержания изотопа углерода ^{13}C и метода ядерного магнитного резонанса RMN-FINS обеспечивает количественное выявление добавления смеси сахаров или спирта, полученных из C_3 - и C_4 -растений.

Содержание изотопа углерода ^{13}C определяют путем измерения диоксида углерода, образующегося при полном сжигании исследуемой пробы. Распределение основных изотопомеров диоксида углерода с массами 44 ($^{12}\text{C}^{16}\text{O}_2$), 45 ($^{13}\text{C}^{16}\text{O}_2$, $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$) и 46 ($^{12}\text{C}^{18}\text{O}^{16}\text{O}$), результирующихся из различных комбинаций изотопов кислорода и углерода ^{18}O , ^{17}O , ^{16}O , ^{13}C и ^{12}C , исследуется путем измерения ионных токов тремя разными коллекторами масс-спектрометра. Вкладами в интенсивность сигнала изотопомеров $^{13}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$ и $^{12}\text{C}^{17}\text{O}_2$ в некоторых случаях можно пренебречь ввиду их незначительного присутствия. Ионный ток по массе $m/z = 45$ подлежит корректировке из вклада в интенсивность сигнала изотопомера $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$, которая осуществляется в соответствии с интенсивностью сигнала по массе $m/z = 46$ и с учетом относительного распространения изотопов кислорода ^{18}O и ^{17}O (корректировка по Крейгу). Сравнение результата измерения с калиброванным стандартным образцом и международным стандартным образцом V-PDB позволяет рассчитать содержание изотопа углерода ^{13}C по относительной шкале показателя $\delta^{13}\text{C}$.

5.1.4.5 Стандартные образцы, реактивы и материалы

¹⁾ Виноградный сахар — глюкоза (декстроза моногидрат), выделенная из винограда, или ректифицированное концентрированное виноградное сусло.

²⁾ Допускается применение иных международных стандартных образцов, соответствующих цели исследования и предлагаемых Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Используется взамен предыдущего основного международного образца — ископаемого ракушечника из Южной Каролины (США) PDB (Pee-Dee Belemnite) с установленным природным содержанием изотопа углерода ^{13}C . Отношение изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ или показатель R_{PDB} составляет 0,00112372. Запас ископаемого ракушечника PDB исчерпан много лет тому назад. Новый международный стандартный образец V-PDB, калиброванный относительно образца первичного стандарта PDB, предлагается для использования в настоящее время МАГАТЭ (г. Вена, Австрия).

Реактивы и расходные материалы зависят от технической конфигурации оборудования, используемого для измерения (см. 5.1.4.6). Большинство аппаратных систем основаны на применении элементного анализатора. Эти системы оборудованы устройствами для ввода проб, размещенных в запечатанных металлических капсулах (капсулированные твердые пробы). Жидкие пробы вводят в прибор, используя микрошприц или автоматический податчик для жидкостей.

Поставку стандартных образцов, приведенных в таблице 2, осуществляет МАГАТЭ.

Таблица 2

Обозначение	Вещество	$\delta^{13}\text{C}$ относительно V-PDB (5.1.4.9), ‰
IAEA-CH-6	Сахароза [*]	-10,4
IAEA-CH-7	Полиэтилен	-31,8
NBS22	Масло	-29,7
USGS24	Графит	-16,1
[*] Сахароза из растений группы C ₄ .		

Поставку стандартных образцов, приведенных в таблице 3, осуществляет IRMM (Институт стандартных образцов и измерений, г. Геель, Бельгия).

Таблица 3

Обозначение	Вещество	$\delta^{13}\text{C}$ относительно V-PDB (5.1.4.9), ‰
CRM 656	Этанол виноградного происхождения	-26,93
CRM 657	Глюкоза [*]	-10,75
CRM 660	Водный раствор этанола (12 % об.)	-26,72
[*] Глюкоза из растений группы C ₄ .		

Рабочие стандартные образцы применяют с установленным значением отношения изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$, калиброванным относительно международных стандартных образцов.

Также используют реактивы и расходные материалы, предназначенные для работы в системах непрерывных измерений в потоке гелия, в том числе гелий для анализа (CAS 07440-59-7), кислород для анализа (CAS 07782-44-7), диоксид углерода для анализа [используется в методе в качестве вторичного стандартного образца, содержащего изотоп углерода ^{13}C (CAS 00124-38-9)], окислительный реагент для системы сжигания элементного анализатора (оксид меди II, CAS 1317-38-0), водопоглощающий реагент для элементного анализатора¹⁾ (перхлорат магния, CAS 10034-81-8).

5.1.4.6 Аппаратура

а) Масс-спектрометр для измерения отношений изотопов (IRMS)

Метод масс-спектрометрии отношений изотопов (IRMS) позволяет определять относительное содержание изотопа углерода ^{13}C в диоксиде углерода CO_2 с внутренней точностью измерения 0,05 ‰ или с относительным значением, выраженным согласно 5.1.4.9. При этом значение внутренней точности устанавливают как разницу между двумя параллельными измерениями одной и той же пробы диоксида углерода CO_2 . Масс-спектрометр, обычно используемый для определения изотопного состава диоксида углерода CO_2 , как правило, оснащен тройным коллектором для одновременного измерения ионных токов молекул с массами $m/z = 44$, 45 и 46. Масс-спектрометр, применяемый при измерении, должен быть оснащен или двойной системой напуска для измерения неизвестной пробы и стандартного образца, или системой для непрерывных измерений в потоке гелия, которая количественно сжигает исследуемую пробу, отделяет образовавшийся диоксид углерода от других продуктов горения перед измерением в масс-спектрометре соответствующего спектра масс.

б) Прибор для сжигания пробы

¹⁾ Отдельный водопоглощающий реагент не используется в системах, оснащенных криогенными или мембранными устройствами для удаления воды.

Прибор для сжигания должен количественно преобразовывать исследуемую пробу (сахар, этанол) в диоксид углерода, отделять другие продукты горения, включая воду, не допуская при этом изотопного фракционирования (изменения изотопного состава). Прибор может быть выполнен в виде системы, интегрированной в масс-спектрометр [см. 5.1.4.6б)1)], или в виде отдельного устройства [см. 5.1.4.6б)2)]. Прибор должен обладать характеристиками, заявленными в 5.1.4.11.

1) Система непрерывного измерения в потоке гелия

Данное оборудование может быть исполнено как элементный анализатор или как газовый хроматограф, оснащенный устройством для сжигания пробы в потоке гелия.

Следующий лабораторный материал используют для системы, ввод пробы в которой осуществляют в металлических капсулах:

- объемный микродозатор с соответствующими наконечниками;
- весы с точностью взвешивания в диапазоне микрограммов или лучше;
- пинцет для капсулирования;
- капсулы из олова для жидких проб;
- капсулы из олова для твердых проб.

Следующий лабораторный материал используют при применении элементного анализатора с автоматическим податчиком для жидких проб, а также при использовании хроматографической системы подготовки проб к сжиганию:

- микрошприц для жидкостей;
- флаконы для жидких проб с герметичной укупоркой с инертной мембраной.

Указанные лабораторные материалы являются примерами. В исследовании могут быть использованы эквивалентные лабораторные материалы, пригодные для работы с оборудованием для сжигания органических проб и масс-спектрометрических измерений.

2) Автоматизированная система подготовки проб

Диоксид углерода CO_2 , предназначенный для анализа и образующийся при сжигании пробы и стандартного образца, концентрируют в бульбовом сосуде и вводят в систему двойного напуска для проведения изотопного измерения. При этом могут быть использованы разные типы аппаратов для сжигания, которые перечислены ниже:

- закрытая система для сжигания, заполненная циркулирующим кислородом;
- элементный анализатор с регулируемыми потоками гелия и кислорода;
- стеклянный бульбовый сосуд для герметичного запаивания с внесенным оксидом меди (II), используемым в качестве окислительного реагента.

5.1.4.7 Подготовка проб

Этанол выделяют из спиртосодержащего образца (например, вино, сброженное сусло) путем дистилляции согласно условиям, установленным в 5.1.15.6, метода RMN-FINS (см. 5.1.15). Для исследования сахаров их предварительно сбраживают для получения этанола и его последующего выделения из исследуемого образца путем дистилляции согласно 5.1.15.6.

5.1.4.8 Проведение исследования

При подготовке к исследованию избегают значительных потерь этанола через его испарение, которое может привести к изменению изотопного состава пробы. Нижеприведенное описание процедуры исследования относится к способу применения коммерческих автоматизированных систем для сжигания проб. Другие методы и оборудование могут быть использованы при условии обеспечения ими количественного преобразования этанола в диоксид углерода без потерь спирта в результате испарения.

Последовательность экспериментального исследования включает следующие операции:

а) размещение проб в капсулах:

- используют капсулы, пинцет и чистый штатив для капсул,
- капсулы соответствующего размера для внесения пробы отбирают пинцетом,
- соответствующий объем жидкой пробы вносят в капсулу микропипеткой.

Примечание — 3,84 мг абсолютного этанола или 4,17 мг дистиллята крепостью 92 % мас. необходимы для получения 2 мг углерода. Соответствующее количество дистиллята должен быть рассчитано аналогичным образом для обеспечения необходимого уровня чувствительности масс-спектрометрического измерения;

- герметично запечатывают капсулы пинцетом,
- каждая капсула должна быть полностью запечатана (в противном случае капсулу с пробой не используют при измерении),
- для каждой пробы готовят две капсулы.

- запечатанные капсулы размещают в устройстве подачи проб элементного анализатора (регистрация номера проб в капсулах),
 - системным образом в начале и в конце серии капсул с пробами размещают капсулы со стандартным образцом,
 - внутри серии проб регулярно также размещают капсулы со стандартным образцом;
- б) контроль и регулировка элементного анализатора и масс-спектрометра:
- проводят настройку реакторов элементного анализатора, потоков гелия и кислорода для оптимального сжигания проб,
 - контролируют герметичность элементного анализатора и масс-спектрометра, например путем проверки ионных токов по массе $m/z = 28$ азота N_2 ,
 - настраивают масс-спектрометр на диапазон измерения ионных токов по массам $m/z = 44, 45$ и 46 ,
 - контролируют всю систему путем измерения стандартного образца с установленным изотопным составом;

в) проведение серии измерений

Пробы в системе элементного анализатора или в хроматографической системе исследуют последовательно. Диоксид углерода после сжигания каждой пробы направляют в масс-спектрометр для измерения ионного тока. Компьютерный интерфейс регистрирует интенсивность ионных токов и рассчитывает значения показателя δ для каждой пробы (см. 5.1.4.9).

5.1.4.9 Расчет и выражение результатов

Целью метода является измерение отношения изотопов углерода $^{13}C/^{12}C$ этанола, выделенного из вина или из сброженных продуктов переработки винограда. Отношение изотопов углерода $^{13}C/^{12}C$ выражают как отклонение от стандартного образца. Содержание изотопа углерода ^{13}C (как показатель $\delta^{13}C$) рассчитывают по шкале δ в виде тысячной доли при сравнении значений, полученных для исследуемой пробы, и значений для стандартного образца, предварительно калиброванного относительно первичного международного стандартного образца (V-PDB). Значение показателя для пробы, измеренное относительно рабочего стандартного образца $\delta^{13}C_{пр/стан}$, ‰, в сравнении со стандартным образцом вычисляют по формуле

$$\delta^{13}C_{пр/стан} = 1000 \cdot \frac{R_{пр} - R_{стан}}{R_{стан}} \quad (1)$$

где $R_{пр}$ — отношение изотопов углерода $^{13}C/^{12}C$ в пробе;

$R_{стан}$ — отношение изотопов углерода $^{13}C/^{12}C$ в стандартном образце.

С учетом международного стандартного образца V-PDB корректировку значения показателя для пробы $\delta^{13}C_{пр/V-PDB}$, ‰, проводят по формуле

$$\delta^{13}C_{пр/V-PDB} = \frac{\delta^{13}C_{пр/стан} + \delta^{13}C_{стан/V-PDB} + (\delta^{13}C_{пр/стан} \cdot \delta^{13}C_{стан/V-PDB})}{1000} \quad (2)$$

где $\delta^{13}C_{стан/V-PDB}$ — значение показателя для рабочего стандартного образца, калиброванного относительно первичного международного стандартного образца V-PDB, ‰.

Небольшие различия между измеренными значениями проб могут наблюдаться при измерениях в режиме реального времени по причине изменений характеристик инструментального оборудования. В этом случае значение показателя $\delta^{13}C$ должно быть скорректировано в соответствии с разницей между измеренным значением показателя $\delta^{13}C$ рабочего стандартного образца и его паспортным значением, которое должно быть получено калибровкой относительно первичного международного стандартного образца V-PDB. Вариации двух измерений рабочего стандартного образца и применяемая корректировка результатов измерения пробы подчиняются линейной зависимости. Рабочий стандартный образец должен быть исследован в начале и конце измерений каждой серии проб. Таким образом, корректировка может быть рассчитана путем линейной интерполяции между двумя значениями (разница между паспортным значением рабочего стандартного образца и измеренным значением этого образца).

5.1.4.10 Обеспечение качества исследования и контроль

Путем контроля определяют разницу между результатами по изотопу углерода ^{13}C в рабочем стандартном образце, составляющую не более 0,5 ‰ между измеренным и паспортным значениями. В противном случае необходимо проверить настройку масс-спектрометра.

Для каждой пробы разница между двумя измеренными значениями пробы в двух капсулах не должна превышать 0,3 %. За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение измерений пробы в двух капсулах. При отклонениях более 0,3 % измерения повторяют.

Контроль качества измерений может быть основан на регистрации интенсивности ионного тока по массе $m/z = 44$, которая должна быть пропорциональна количеству углерода в пробе, внесенной в элементный анализатор. В стандартных условиях измерения интенсивность ионного тока должна оставаться постоянной для всех анализируемых проб. Значительные отклонения могут указывать на испарение этанола (например, негерметичная капсула) или на нестабильную работу элементного анализатора/масс-спектрометра.

5.1.4.11 Характеристики точности метода (прецизионность)

В рамках межлабораторного эксперимента [см. 5.1.4.11а)] исследовались дистилляты, содержащие этанол из винограда, сахарного тростника и сахарной свеклы, а также смеси спиртов указанного происхождения. В ходе исследования не учитывались конкретные системы для дистилляции. Результаты другого межлабораторного исследования приведены в 5.1.4.11б), а результаты тестов на пригодность изотопных измерений — в 5.1.4.11в). Общие результаты показывают, что различные дистилляционные системы, используемые надлежащим образом, в том числе системы для метода RMN-FINS, не вносят существенных изменений в определение показателя $\delta^{13}\text{C}$ в вине. Характеристики точности, полученные для вина, практически идентичны тем характеристикам, которые получены в межлабораторном эксперименте для дистиллятов [см. 5.1.4.11а)].

а) Межлабораторный эксперимент с дистиллятами (см. таблицы 4, 5)

Год проведения межлабораторного эксперимента — 1996 г.

Количество лабораторий — 20.

Количество образцов — 6 образцов для сравнения «двойным слепым» методом.

Цель анализа — исследование показателя $\delta^{13}\text{C}$ этанола.

Таблица 4

Код образца	Спирт из винограда, %	Спирт из сахарной свеклы, %	Спирт из сахарного тростника, %
A/G	80	10	10
B/C	90	10	0
D/F	0	100	0
E/I	90	0	10
H/K	100	0	0
J/L	0	0	100

Таблица 5

Образец	A/G	B/C	D/F	E/I	H/K	J/L
Количество лабораторий, результаты которых остались после исключения выбросов	19	18	17	19	19	19
Количество принятых результатов	38	36	34	38	38	38
Среднее значение $\delta^{13}\text{C}$, ‰	-25,32	-26,75	-27,79	-25,26	-26,63	-12,54
S_{r2}	0,0064	0,0077	0,0031	0,0127	0,0069	0,0041
Стандартное отклонение повторяемости S_r , ‰	0,08	0,09	0,06	0,11	0,08	0,06
Предел повторяемости $r(2,8 \cdot S_r)$, ‰	0,22	0,25	0,16	0,32	0,23	0,18
S_{R2}	0,0389	0,0309	0,0382	0,0459	0,0316	0,0584
Стандартное отклонение воспроизводимости S_R , ‰	0,20	0,18	0,20	0,21	0,18	0,24
Предел воспроизводимости $R(2,8 \cdot S_R)$, ‰	0,55	0,9	0,55	0,60	0,50	0,68

б) Межлабораторный эксперимент с двумя образцами вина и одним образцом спирта (см. таблицу 6)

Год проведения межлабораторного эксперимента — 1996 г.

Количество лабораторий: 14 — для проведения дистилляции этанола из вина; 7 — для измерения показателя $\delta^{13}\text{C}$ этанола в двух образцах вина; 8 — для измерения показателя $\delta^{13}\text{C}$ этанола в одном образце спирта.

Количество образцов — 3 образца (1 образец белого вина — спирт 9,3 % об., 1 образец красного вина — спирт 9,6 % об., 1 образец спирта крепостью 93 % мас.).

Цель анализа — исследование показателя $\delta^{13}\text{C}$ этанола.

Таблица 6

Образец	Красное вино	Белое вино	Спирт
Количество лабораторий	7	7	8
Количество принятых результатов	7	7	8
Среднее значение $\delta^{13}\text{C}$, ‰	-26,20	-26,20	-25,08
Воспроизводимость S_{R2}	0,0525	0,0740	0,0962
Стандартное отклонение воспроизводимости S_R , ‰	0,23	0,27	0,31
Предел воспроизводимости R ($2,8 \cdot S_R$), ‰	0,64	0,76	0,87

Лаборатории, участвовавшие в межлабораторном эксперименте, использовали разные дистилляционные системы. Результаты исследования показателя $\delta^{13}\text{C}$, полученные в одной лаборатории по всему количеству дистиллятов, направленных участниками, не были бессмысленными и не имели существенных отклонений по средним значениям. Отклонение результатов в данном эксперименте ($S^2 = 0,0059$) сравнимо со значением повторяемости S_{r2} , полученном в межлабораторном эксперименте с дистиллятами [см. 5.1.4.11а)].

в) Результаты тестов на компетентность изотопных измерений

С декабря 1994 г. на регулярной основе организовывались и проводились тесты для оценки компетентности изотопных измерений. В тестах исследовались вина и спирты (дистилляты крепостью 96 % об.). Участие в тестах позволило оценить лабораториям качество своих анализов.

Статистическая обработка результатов определяет их приемлемость в принятых условиях воспроизводимости метода. Проведение тестов позволило получить данные о пределах повторяемости и воспроизводимости. Результаты, полученные для вина и этанола в дистилляте $\delta^{13}\text{C}$, суммированы в таблице 7.

Таблица 7

Дата	Вино				Дистиллят			
	N	S_R	S_{2R}	R	N	S_R	S_{2R}	R
Декабрь 1994 г.	6	0,210	0,044	0,59	6	0,151	0,023	0,42
Июнь 1995 г.	8	0,133	0,018	0,37	8	0,147	0,021	0,41
Декабрь 1995 г.	7	0,075	0,006	0,21	8	0,115	0,013	0,32
Март 1996 г.	9	0,249	0,062	0,70	11	0,278	0,077	0,78
Июнь 1996 г.	8	0,127	0,016	0,36	8	0,189	0,036	0,53
Сентябрь 1996 г.	10	0,147	0,022	0,41	11	0,224	0,050	0,63
Декабрь 1996 г.	10	0,330	0,109	0,92	9	0,057	0,003	0,16
Март 1997 г.	10	0,069	0,005	0,19	8	0,059	0,003	0,16
Июнь 1997 г.	11	0,280	0,079	0,78	11	0,175	0,031	0,49

Окончание таблицы 7

Дата	Вино				Дистиллят			
	<i>N</i>	<i>S_R</i>	<i>S_{2R}</i>	<i>R</i>	<i>N</i>	<i>S_R</i>	<i>S_{2R}</i>	<i>R</i>
Сентябрь 1997 г.	12	0,237	0,056	0,66	11	0,203	0,041	0,57
Декабрь 1997 г.	11	0,127	0,016	0,36	12	0,156	0,024	0,44
Март 1998 г.	12	0,285	0,081	0,80	13	0,245	0,060	0,69
Июнь 1998 г.	12	0,182	0,033	0,51	12	0,263	0,069	0,74
Сентябрь 1998 г.	11	0,264	0,070	0,74	12	0,327	0,107	0,91
Взвешенное среднее значение	—	0,215	0,046	0,60	—	0,209	0,044	0,59
Примечание — <i>N</i> — количество лабораторий, принявших участие в тестах.								

5.1.5 Масс-спектрометрический метод определения отношений изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в этаноле спиртных напитков виноградно-го происхождения

5.1.5.1 Настоящий метод предназначен для измерения отношений изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в этаноле спиртных напитков виноградно-го происхождения.

5.1.5.2 Стандартные образцы

V-PDB — международный стандартный образец мрамора с известным изотопным составом углерода ($R_{\text{PDB}} = 0,00112372$).

5.1.5.3 Сокращения

$^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ — отношение изотопов углерода ^{13}C и ^{12}C в исследуемой пробе.

$\delta^{13}\text{C}$ — содержание изотопа углерода ^{13}C , выраженное в промилле (одной тысячной доле), ‰.

SNIF-NMR — метод ядерного магнитного резонанса для исследования фракционирования специфических природных изотопов.

V-PDB — международный стандартный образец мрамора с установленным изотопным составом углерода.

m/z — отношение массы молекулы к ее заряду.

5.1.5.4 Сущность метода

В ходе фотосинтеза ассимиляция углеродсодержащего газа (диоксида углерода) в растениях протекает по двум путям метаболизма — C_3 -путь (цикл Кальвина) и C_4 -путь (цикл Хэтча — Слека). Эти два пути метаболизма представляют собой разные типы фракционирования изотопов. Такие продукты, как сахар и спирт, полученные из C_4 -растений с последующим брожением, обладают повышенным содержанием изотопа углерода ^{13}C в сравнении с продуктами из C_3 -растений. К основной группе C_3 -растений принадлежат виноград и сахарная свекла. Сахарный тростник и кукуруза относятся к C_4 -растениям. Измерение содержания изотопа углерода ^{13}C позволяет количественно выявить добавление сахаросодержащих продуктов из C_4 -растений (например, тростниковый сахар, кукурузный сироп — изоглюкоза) к продукции из винограда (например, виноградное сусло, вино). Совмещенный методический подход на основе масс-спектрометрического метода определения содержания изотопа углерода ^{13}C и метода ядерного магнитного резонанса RMN-FINS обеспечивает количественное выявление добавления смеси сахаров или спирта, полученных из C_3 - и C_4 -растений.

Содержание изотопа углерода ^{13}C определяют путем измерения диоксида углерода, образующегося при полном сжигании исследуемой пробы. Распределение основных изотопомеров диоксида углерода с массами 44 ($^{12}\text{C}^{16}\text{O}_2$), 45 ($^{13}\text{C}^{16}\text{O}_2$, $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$) и 46 ($^{12}\text{C}^{16}\text{O}^{18}\text{O}$), результирующих из различных комбинаций изотопов кислорода и углерода ^{18}O , ^{17}O , ^{16}O , ^{13}C и ^{12}C , исследуется путем измерения ионных токов тремя разными коллекторами масс-спектрометра. Вкладами в интенсивность сигнала изотопомеров $^{13}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$ и $^{12}\text{C}^{17}\text{O}_2$ в некоторых случаях можно пренебречь ввиду их незначительного присутствия. Ионный ток по массе $m/z = 45$ подлежит корректировке из вклада в интенсивность сигнала изотопомера $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$, которая осуществляется в соответствии с интенсивностью сигнала по массе $m/z = 46$ и с учетом относительного распространения изотопов кислорода ^{18}O и ^{17}O (т. е. корректировка по Крейгу). Сравнение результата измерения с калиброванным стандартным образцом и международным стандартным образцом V-PDB позволяет рассчитать содержание изотопа углерода ^{13}C по относительной шкале показателя $\delta^{13}\text{C}$.

5.1.5.5 Аппаратура, реактивы, стандартные образцы

Реактивы и расходные материалы зависят от технической конфигурации оборудования, используемого для измерения (см. 5.1.5.6). Большинство аппаратных систем основаны на применении элементного анализатора. Эти системы оборудованы устройствами для ввода проб, размещенных в запечатанных металлических капсулах. Жидкие пробы вводят в прибор, используя микрошприц или автоматический податчик для жидкостей.

Поставку стандартных образцов, приведенных в таблице 8, осуществляет МАГАТЭ.

Таблица 8

Обозначение	Вещество	$\delta^{13}\text{C}$ относительно V-PDB (5.1.4.9), ‰
IAEA-CH-6	Сахароза [*]	-10,4
IAEA-CH-7	Полиэтилен	-31,8
NBS22	Масло	-29,7
USGS24	Графит	-16,1
[*] Сахароза из растений группы C ₄ .		

Поставку стандартных образцов, приведенных в таблице 9, осуществляет IRMM.

Таблица 9

Обозначение	Вещество	$\delta^{13}\text{C}$ относительно V-PDB (5.1.5.9), ‰
CRM 656	Этанол виноградного происхождения	-26,93
CRM 657	Глюкоза [*]	-10,75
CRM 660	Водный раствор этанола (12 % об.)	-26,72
[*] Глюкоза из растений группы C ₄ .		

Рабочие стандартные образцы применяют с установленным значением отношения изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$, калиброванным относительно международных стандартных образцов.

Также используют реактивы и расходные материалы, предназначенные для работы в системах непрерывных измерений в потоке гелия, в том числе гелий для анализа (CAS 07440-59-7), кислород для анализа (CAS 07782-44-7), диоксид углерода для анализа [используется в качестве вторичного стандартного образца, содержащего изотоп углерода ^{13}C (CAS 00124-38-9)], окислительный реагент для системы сжигания элементного анализатора (оксид меди II, CAS 1317-38-0), водопоглощающий реагент для элементного анализатора¹⁾ (перхлорат магния, CAS 10034-81-8).

5.1.5.6 Аппаратура

а) Масс-спектрометр для измерения отношений изотопов (IRMS)

Метод масс-спектрометрии отношений изотопов (IRMS) позволяет определять относительное содержание изотопа углерода ^{13}C в диоксиде углерода CO_2 с внутренней точностью измерения 0,05 ‰ или относительным значением, выраженным согласно 5.1.5.9. При этом значение внутренней точности устанавливают как разницу между двумя параллельными измерениями одной и той же пробы диоксида углерода CO_2 . Масс-спектрометр, обычно используемый для определения изотопного состава диоксида углерода CO_2 , как правило, оснащен тройным коллектором для одновременного измерения ионных токов молекул с массами $m/z = 44, 45$ и 46 . Масс-спектрометр, применяемый при измерении, должен быть оснащен или двойной системой напуска для измерения неизвестной пробы и стандартного образца, или системой для непрерывных измерений в потоке гелия, которая количественно сжигает исследуемую пробу, отделяя образовавшийся диоксид углерода от других продуктов горения перед измерением в масс-спектрометре соответствующего спектра масс.

б) Прибор для сжигания пробы

¹⁾ Отдельный водопоглощающий реагент не используется в системах, оснащенных криогенными или мембранными устройствами для удаления воды.

Прибор для сжигания должен количественно преобразовывать исследуемую пробу (этанол) в диоксид углерода, отделять другие продукты горения, включая воду, не допуская при этом изотопного фракционирования (изменения изотопного состава). Прибор может быть выполнен в виде системы, интегрированной в масс-спектрометр [см. 5.1.5.66)1)], или в виде отдельного устройства [см. 5.1.5.66)2)]. Прибор должен обладать характеристиками, заявленными в 5.1.5.11.

1) Система непрерывного измерения в потоке гелия

Данное оборудование может быть исполнено как элементный анализатор или как газовый хроматограф, оснащенный устройством для сжигания пробы в потоке гелия.

Следующее вспомогательное оборудование используют для системы, ввод пробы в которой осуществляют в металлических капсулах:

- объемный микродозатор с соответствующими наконечниками;
- весы с точностью взвешивания в диапазоне микрограммов или лучше;
- пинцет для капсулирования;
- капсулы из олова для жидких проб.

Следующее вспомогательное оборудование используют при применении элементного анализатора с автоматическим податчиком для жидких проб, а также при использовании хроматографической системы подготовки проб к сжиганию:

- микрошприц для жидкостей;
- флаконы для жидких проб с герметичной укупоркой с инертной мембраной.

В исследовании могут быть использованы эквивалентные лабораторные материалы, пригодные для работы с оборудованием для сжигания органических проб и масс-спектрометрических измерений.

2) Автоматизированная система подготовки проб

Диоксид углерода, предназначенный для анализа и образующийся при сжигании пробы и стандартного образца, концентрируют в бульбовом сосуде и вводят в систему двойного напуска для проведения изотопного измерения. При этом могут быть использованы разные типы аппаратов для сжигания, которые перечислены ниже:

- закрытая система для сжигания, заполненная циркулирующим кислородом;
- элементный анализатор с регулируемыми потоками гелия и кислорода;
- стеклянный бульбовый сосуд для герметичного запаивания с внесенным оксидом меди (II), используемым в качестве окислительного реагента.

5.1.5.7 Подготовка проб

Этанол выделяют из спиртосодержащего образца (например, вино, сброженное сусло) путем дистилляции согласно условиям, установленным в 5.1.15.6 метода RMN-FINS (см. 5.1.15). Для исследования сахаров их предварительно сбраживают для получения этанола и его последующего выделения из исследуемого образца путем дистилляции согласно 3.1.

5.1.5.8 Проведение исследования

При подготовке к исследованию избегают значительных потерь этанола через его испарение, которое может привести к изменению изотопного состава пробы. Нижеприведенное описание процедуры исследования относится к способу использования коммерческих автоматизированных систем для сжигания проб. Другие методы и оборудование могут быть использованы при условии обеспечения ими количественного преобразования этанола в диоксид углерода без потерь спирта в результате испарения.

Последовательность экспериментального исследования включает следующие операции:

а) размещение проб в капсулах:

- используют капсулы, пинцет и чистый штатив для капсул,
- капсулы, соответствующего размера, для внесения пробы отбирают пинцетом,
- соответствующий объем жидкой пробы вносят в капсулу микропипеткой.

Примечание — 3,84 мг абсолютного этанола или 4,17 мг дистиллята крепостью 92 % мас. необходимы для получения 2 мг углерода. Соответствующее количество дистиллята должно быть рассчитано аналогичным образом для обеспечения необходимого уровня чувствительности масс-спектрометрического измерения;

- герметично запечатывают капсулы пинцетом,
- каждая капсула должна быть полностью запечатана (в противном случае капсулу с пробой не используют при измерении),
- для каждой пробы готовят две капсулы,
- запечатанные капсулы размещают в устройстве подачи проб элементного анализатора (регистрация номера проб в капсулах),

- системным образом в начале и в конце серии капсул с пробами размещают капсулы со стандартным образцом,
- внутри серии проб регулярно также размещают капсулы со стандартным образцом;
- б) контроль и регулировка элементного анализатора и масс-спектрометра:
 - проводят настройку реакторов элементного анализатора, потоков гелия и кислорода для оптимального сжигания проб,
 - контролируют герметичность элементного анализатора и масс-спектрометра, например путем проверки ионных токов по массе $m/z = 28$ азота N_2 ,
 - настраивают масс-спектрометр на диапазон измерения ионных токов по массам $m/z = 44, 45$ и 46 ,
 - контролируют всю систему путем измерения стандартного образца с установленным изотопным составом:

в) проведение серии измерений

Пробы в системе элементного анализатора или в хроматографической системе исследуют последовательно. Диоксид углерода после сжигания каждой пробы направляют в масс-спектрометр для измерения ионного тока. Компьютерный интерфейс регистрирует интенсивность ионных токов и рассчитывает значения показателя δ для каждой пробы (см. 5.1.5.9).

5.1.5.9 Расчет и выражение результатов

Целью метода является измерение отношения изотопов углерода $^{13}C/^{12}C$ этанола, выделенного из вина или из сброженных продуктов переработки винограда. Отношение изотопов углерода $^{13}C/^{12}C$ выражают как отклонение от стандартного образца. Содержание изотопа углерода ^{13}C (как показатель $\delta^{13}C$) рассчитывают по шкале δ в виде тысячной доли при сравнении значений, полученных для исследуемой пробы, и значений для стандартного образца, предварительно калиброванного относительно первичного международного стандартного образца (V-PDB). Значения $\delta^{13}C$ в сравнении со стандартным образцом вычисляют по формуле (1).

С учетом международного стандартного образца V-PDB корректировку значения проводят по формуле (2).

Небольшие различия между измеренными значениями проб могут наблюдаться при измерениях в режиме реального времени по причине изменений характеристик инструментального оборудования. В этом случае значение показателя $\delta^{13}C$ должно быть скорректировано в соответствии с разницей между измеренным значением показателя $\delta^{13}C$ рабочего стандартного образца и его паспортным значением, которое должно быть получено калибровкой относительно первичного международного стандартного образца V-PDB. Вариации двух измерений рабочего стандартного образца и применяемая корректировка результатов измерения пробы подчиняются линейной зависимости. Рабочий стандартный образец должен быть исследован в начале и конце измерений каждой серии проб. Таким образом, корректировка может быть рассчитана путем линейной интерполяции между двумя значениями (разница между паспортным значением рабочего стандартного образца и измеренным значением этого образца).

5.1.5.10 Обеспечение качества исследования и контроль

Путем контроля проверяют, что разница между результатами по изотопу углерода ^{13}C в рабочем стандартном образце составляет не более 0,5 % между измеренным и паспортным значениями. В противном случае необходимо проверить настройку масс-спектрометра.

Для каждой пробы разница между двумя измеренными значениями пробы в двух капсулах не должна превышать 0,3 %. За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение измерений пробы в двух капсулах. При отклонениях более 0,3 % измерения повторяют.

Контроль качества измерений может быть основан на регистрации интенсивности ионного тока по массе $m/z = 44$, которая должна быть пропорциональна количеству углерода в пробе, внесенной в элементный анализатор. В стандартных условиях измерения интенсивность ионного тока должна оставаться постоянной для всех анализируемых проб. Значительные отклонения могут указывать на испарение этанола (негерметичность капсулы) или на нестабильную работу элементного анализатора/масс-спектрометра.

5.1.5.11 Характеристики точности метода (прецизионность)

В рамках межлабораторного эксперимента [см. 5.1.5.11а)] исследовались дистилляты, содержащие этанол из винограда, сахарного тростника и сахарной свеклы, а также смеси спиртов указанного происхождения. В ходе исследования не учитывались конкретные системы для дистилляции. Результаты другого межлабораторного исследования приведены в 5.1.5.11б), а результаты тестов на пригодность изотопных измерений — в 5.1.5.11в). Общие результаты показывают, что различные дистилляционные системы, используемые надлежащим образом, в том числе системы для метода RMN-FINS,

не вносят существенных изменений в определение показателя $\delta^{13}\text{C}$ в вине. Характеристики точности, полученные для вина, практически идентичны тем характеристикам, которые получены в межлабораторном эксперименте для дистиллятов [см. 5.1.5.11а)].

а) Межлабораторный эксперимент с дистиллятами (см. таблицы 10, 11)

Год проведения межлабораторного эксперимента — 1996 г.

Количество лабораторий — 20.

Количество образцов — 6 образцов для сравнения «двойным слепым» методом сравнения.

Цель анализа — исследование показателя $\delta^{13}\text{C}$ этанола.

Таблица 10

Код образца	Спирт из винограда, %	Спирт из сахарной свеклы, %	Спирт из сахарного тростника, %
A/G	80	10	10
B/C	90	10	0
D/F	0	100	0
E/I	90	0	10
H/K	100	0	0
J/L	0	0	100

Таблица 11

Образец	A/G	B/C	D/F	E/I	H/K	J/L
Количество лабораторий, результаты которых остались после исключения выбросов	19	18	17	19	19	19
Количество принятых результатов	38	36	34	38	38	38
Среднее значение $\delta^{13}\text{C}$, ‰	-25,32	-26,75	-27,79	-25,26	-26,63	-12,54
S_{r2}	0,0064	0,0077	0,0031	0,0127	0,0069	0,0041
Стандартное отклонение повторяемости S_r , ‰	0,08	0,09	0,06	0,11	0,08	0,06
Предел повторяемости r ($2,8 \cdot S_r$), ‰	0,22	0,25	0,16	0,32	0,23	0,18
S_{R2}	0,0389	0,0309	0,0382	0,0459	0,0316	0,0584
Стандартное отклонение воспроизводимости S_R , ‰	0,20	0,18	0,20	0,21	0,18	0,24
Предел воспроизводимости R ($2,8 \cdot S_R$), ‰	0,55	0,9	0,55	0,60	0,50	0,68

б) Межлабораторный эксперимент с двумя образцами вина и одним образцом спирта (см. таблицу 12)

Год проведения межлабораторного эксперимента — 1996 г.

Количество лабораторий: 14 — для проведения дистилляции этанола из вина; 7 — для измерения показателя $\delta^{13}\text{C}$ этанола в двух образцах вина; 8 — для измерения показателя $\delta^{13}\text{C}$ этанола в одном образце спирта.

Количество образцов — 3 образца (1 образец белого вина — спирт 9,3 % об., 1 образец красного вина — спирт 9,6 % об., 1 образец спирта крепостью 93 % мас.).

Цель анализа — исследование показателя $\delta^{13}\text{C}$ этанола.

Таблица 12

Образец	Красное вино	Белое вино	Спирт
Количество лабораторий	7	7	8
Количество принятых результатов	7	7	8
Среднее значение $\delta^{13}\text{C}$, ‰	-26,20	-26,20	-25,08
Воспроизводимость S_{R2}	0,0525	0,0740	0,0962
Стандартное отклонение воспроизводимости S_R , ‰	0,23	0,27	0,31
Предел воспроизводимости R ($2,8 \cdot S_R$), ‰	0,64	0,76	0,87

Лаборатории, участвовавшие в межлабораторном эксперименте, использовали разные дистилляционные системы. Результаты исследования показателя $\delta^{13}\text{C}$, полученные в одной лаборатории по всему количеству дистиллятов, направленных участниками, не были бессмысленными и не имели существенных отклонений по средним значениям. Отклонение результатов в данном эксперименте ($S^2 = 0,0059$) сравнимо со значением повторяемости S_{R2} , полученным в межлабораторном эксперименте с дистиллятами [см. 5.1.5.11а)].

в) Результаты тестов на компетентность изотопных измерений

С декабря 1994 г. на регулярной основе организовывались и проводились тесты для оценки компетентности изотопных измерений. В тестах исследовались вина и спирты (дистилляты крепостью 96 % об.). Участие в тестах позволило оценить лабораториям качество своих анализов.

Статистическая обработка результатов определяет их приемлемость в принятых условиях воспроизводимости метода. Проведение тестов позволило получить данные о пределах повторяемости и воспроизводимости. Результаты, полученные для вина этанола в дистилляте $\delta^{13}\text{C}$, суммированы в таблице 13.

Таблица 13

Дата	Вино				Дистилляты			
	N	S_R	S_{2R}	R	N	S_R	S_{2R}	R
Декабрь 1994 г.	6	0,210	0,044	0,59	6	0,151	0,023	0,42
Июнь 1995 г.	8	0,133	0,018	0,37	8	0,147	0,021	0,41
Декабрь 1995 г.	7	0,075	0,006	0,21	8	0,115	0,013	0,32
Март 1996 г.	9	0,249	0,062	0,70	11	0,278	0,077	0,78
Июнь 1996 г.	8	0,127	0,016	0,36	8	0,189	0,036	0,53
Сентябрь 1996 г.	10	0,147	0,022	0,41	11	0,224	0,050	0,63
Декабрь 1996 г.	10	0,330	0,109	0,92	9	0,057	0,003	0,16
Март 1997 г.	10	0,069	0,005	0,19	8	0,059	0,003	0,16
Июнь 1997 г.	11	0,280	0,079	0,78	11	0,175	0,031	0,49
Сентябрь 1997 г.	12	0,237	0,056	0,66	11	0,203	0,041	0,57
Декабрь 1997 г.	11	0,127	0,016	0,36	12	0,156	0,024	0,44
Март 1998 г.	12	0,285	0,081	0,80	13	0,245	0,060	0,69
Июнь 1998 г.	12	0,182	0,033	0,51	12	0,263	0,069	0,74
Сентябрь 1998 г.	11	0,264	0,070	0,74	12	0,327	0,107	0,91
Взвешенное среднее значение	—	0,215	0,046	0,60	—	0,209	0,044	0,59
Примечание — N — количество лабораторий, принявших участие в тестах.								

5.1.6 Метод определения отношений изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в глюкозе, фруктозе, глицерине и этаноле продукции виноградного происхождения с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии в комбинации с масс-спектрометрией

5.1.6.1 Настоящий метод предназначен для исследования продуктов виноградного происхождения. В части исследования глюкозы, фруктозы и глицерина метод относится к методам II типа¹⁾, в части исследования этанола — к методам III типа.

5.1.6.2 Сущность метода

Пробы после предварительного разбавления (при необходимости) и фильтрования подвергают предварительному хроматографическому разделению с использованием жидкостного хроматографа (ВЭЖХ). После окисления в условиях жидкой среды отношение изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ измеряют с помощью метода масс-спектрометрии. Окисление пробы в жидкой среде, получившей сокращенное обозначение «со», позволяет преобразовать органическое вещество в диоксид углерода CO_2 химическим способом. Аппаратная комбинация HPLC-*co*-IRMS создает методическую основу для последовательного определения изотопных отношений в следующем ряду соединений: глюкозе, фруктозе, глицерине и этаноле.

5.1.6.3 Реактивы

- а) Деионизированная вода (качество ВЭЖХ) с электросопротивлением более 18 МОм.
- б) Персульфат аммония для анализа (CAS 7727-54-0).
- в) Ортофосфорная кислота для анализа концентрацией 85 % (CAS 7664-38-2).
- г) Гелий для анализа в качестве газа-носителя (CAS 07440-59-7).
- д) Диоксид углерода для анализа для использования в качестве рабочего стандартного вещества (CAS 00124-38-9).
- е) Международные стандартные образцы.

5.1.6.4 Аппаратура

- а) Оборудование общелабораторного назначения для ежедневного использования.
- б) Хроматограф ВЭЖХ.
- в) Интерфейс для проведения окисления проб в жидкой среде химическим способом.
- г) Масс-спектрометр для измерения отношений стабильных изотопов легких элементов (IRMS).

5.1.6.5 Проведение исследования

- а) Подготовка пробы

В зависимости от концентрации сахаров, глицерина и этанола исходные образцы подлежат разбавлению деионизированной водой [5.1.6.3а)] до уровня, соответствующего условиям исследования. Также в зависимости от концентрации компонентов в определении одной пробы проводят два измерения с аналитами в разных разбавлениях.

- б) Пример условий аналитического исследования

Общая длительность анализа — 20 мин.

Примерная степень разбавления образцов — виноградные соки и вина 1:200, концентрированное виноградное сусло 1:500.

Хроматограф ВЭЖХ:

- хроматографическая колонка углеводного типа²⁾;
- объем вводимой пробы 25 мм³;
- подвижная фаза деионизированная вода [см. 5.1.6.3а)];
- скорость потока 0,4 мл/мин;
- температура колонки 80 °С.

Интерфейс для окисления пробы:

- реактивы — раствор персульфата аммония концентрацией 15 % мас. [см. 5.1.6.3б)], ортофосфорная кислота концентрацией 2,5 % об.;
- скорость потока в перистальтическом насосе 0,6 см³/мин;
- температура нагревателя 93 °С;
- скорость потока газа-носителя — гелия 15 см³/мин;

¹⁾ По классификации методов анализа Международной межправительственной организации по виноградарству и виноделию (OIV).

²⁾ Например, 700-CN Carbohydrate, HyperRez XP Carbohydrate H*. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.

- скорость потока гелия при сушке 50 см³/мин.

Масс-спектрометр IRMS:

- сила тока в ловушке 300 мкА.

в) Пример хроматограммы

На рисунке 1 представлена хроматограмма сладкого вина, исследованного методом ВЭЖХ в комбинации с масс-спектрометром IRMS.




Рисунок 1

5.1.6.6 Расчет и выражение результатов

Рабочий стандартный образец — диоксид углерода CO_2 , калибруют относительно первичных международных стандартов. Отношение изотопов выражают в виде показателя δ , ‰, относительно международного стандартного образца — ископаемого ракушечника PDB, и вычисляют значение показателя для пробы $\delta^{13}\text{C}_{\text{пр}}$, ‰, по формуле

$$\delta^{13}\text{C}_{\text{пр}} = \left(\frac{R_{\text{пр}}}{R_{\text{стан}}} - 1 \right) \cdot 1000, \quad (3)$$

где $R_{\text{пр}}$ — отношение изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в пробе;

$R_{\text{стан}}$ — отношение изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в стандартном образце.

5.1.6.7 Характеристики точности метода (прецизионность)

Характеристики точности метода для исследования отношения изотопов углерода $\delta^{13}\text{C}$ глюкозы, фруктозы, глицерина и этанола применением инструментальной комбинации ВЭЖХ в комбинации с масс-спектрометром IRMS с химическим окислением пробы определены по результатам межлабора-

торного эксперимента, в котором исследованы четыре образца (сухое вино, сладкое вино, виноградный сок и ректифицированное концентрированное виноградное сусло).

5.1.6.8 Результаты, полученные в эксперименте для каждого компонента

а) Статистическая обработка результатов межлабораторного эксперимента по подтверждению характеристик точности метода ВЭЖХ в комбинации с масс-спектрометром IRMS (повторяемость и воспроизводимость)

Перечень лабораторий с указанием страны приведен в таблице 14.

Таблица 14

Наименование страны	Сокращенное наименование лаборатории
Бельгия	IRMM
Китай	CNRIFFI
Чешская Республика	SZPI
Франция	SCL-33
Германия	INTERTEK
	UNI DUE
	ELEMENTAR
	QSI
	LVI
Италия	FLORAMO
Япония	AKITA Univ.
Испания	MAGRAMA

Отклики — 12 лабораторий/14 откликов.

б) Обработка результатов межлабораторного эксперимента согласно ГОСТ Р ИСО 5725-2:

- образцы: 1 сухое вино (вино А), 1 сладкое вино (вино Б), 1 ректифицированное концентрированное виноградное сусло (РКВС), 1 виноградный сок (ВС);

- аналитические условия: каждый образец исследован в двух повторностях (повторяемость) и двойным слепым способом (воспроизводимость);

- результаты выражены в промилях относительно стандартного образца PDB.

в) Характеристики точности метода при измерении глюкозы (повторяемость и воспроизводимость) приведены в таблице 15.

Таблица 15

Наименование характеристики	Вино А	РКВС	ВС
Количество лабораторий	12	12	12
Количество откликов	14	13	14
Количество откликов, оставшихся после исключения выбросов	13	13	12
Минимальное значение	-26,33	-25,04	-25,78
Максимальное значение	-23,72	-23,74	-24,62
Среднее значение	-25,10	-24,24	-25,19
Повторяемость	0,02	0,01	0,01
Стандартное отклонение повторяемости S_p	0,14	0,10	0,09
Предел повторяемости r , ‰	0,40	0,29	0,24

Окончание таблицы 15

Наименование характеристики	Вино А	ПКВС	ВС
Воспроизводимость	0,39	0,14	0,11
Стандартное отклонение воспроизводимости S_R	0,62	0,38	0,33
Предел воспроизводимости R , %	1,77	1,06	0,94

г) Характеристики точности метода при измерении фруктозы (повторяемость и воспроизводимость) приведены в таблице 16.

Таблица 16

Наименование характеристики	Вино Б	ПКВС	ВС
Количество лабораторий	12	11	12
Количество откликов	14	13	14
Количество откликов, оставшихся после исключения выбросов	13	13	13
Минимальное значение	-25,56	-24,19	-25,33
Максимальное значение	-24,12	-23,19	-23,98
Среднее значение	-24,87	-23,65	-24,56
Повторяемость	0,02	0,03	0,02
Стандартное отклонение повторяемости S_r	0,14	0,16	0,14
Предел повторяемости r , %	0,40	0,46	0,39
Воспроизводимость	0,15	0,10	0,18
Стандартное отклонение воспроизводимости S_R	0,39	0,32	0,42
Предел воспроизводимости R , %	1,10	0,90	1,19

д) Характеристики точности метода при измерении глицерина (повторяемость и воспроизводимость) приведены в таблице 17.

Таблица 17

Наименование характеристики	Вино А	Вино Б
Количество лабораторий	12	12
Количество откликов	12	12
Количество откликов, оставшихся после исключения выбросов	11	11
Минимальное значение	-32,91	-30,74
Максимальное значение	-30,17	-28,27
Среднее значение	-31,75	-29,54
Повторяемость	0,13	0,04
Стандартное отклонение повторяемости S_r	0,36	0,19
Предел повторяемости r , %	1,03	0,55
Воспроизводимость	0,57	0,37
Стандартное отклонение воспроизводимости S_R	0,76	0,61
Предел воспроизводимости R , %	2,14	1,72

е) Характеристики точности метода при измерении этанола (повторяемость и воспроизводимость) приведены в таблице 18.

Таблица 18

Наименование характеристики	Вино А	Вино Б
Количество лабораторий	12	12
Количество откликов	11	12
Количество откликов, оставшихся после исключения выбросов	10	12
Минимальное значение	-27,85	-27,60
Максимальное значение	-26,50	-26,06
Среднее значение	-27,21	-26,82
Повторяемость	0,03	0,03
Стандартное отклонение повторяемости S_r	0,16	0,17
Предел повторяемости r , ‰	0,47	0,47
Воспроизводимость	0,16	0,23
Стандартное отклонение воспроизводимости S_R	0,40	0,47
Предел воспроизводимости R , ‰	1,14	1,34

5.1.7 Метод определения отношений изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в глицерине вина с помощью газовой хроматографии или высокоэффективной жидкостной хроматографии в комбинации с масс-спектрометрией

5.1.7.1 Настоящий метод предусматривает применение ГХ или ВЭЖХ в комбинации с масс-спектрометрией (ГХ-IRMS, ВЭЖХ-IRMS) для измерения отношения изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в глицерине. При применении ГХ с изотопным масс-спектрометрическим детектированием определение количества аналита может быть совмещено с измерением в нем отношения изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$. Использование 1,5-пентандиола в качестве внутреннего стандарта обеспечивает определение концентрации глицерина с одновременным анализом в нем отношения изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$.

5.1.7.2 Сокращения и определения

$^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ — отношение изотопов углерода ^{13}C и ^{12}C в исследуемой пробе.

$\delta^{13}\text{C}$ — содержание изотопа углерода ^{13}C , выраженное в промилле (одной тысячной доле), ‰.

ГХ-IRMS — метод газовой хроматографии, реализованный в приборной комбинации газового хроматографа, устройства (интерфейса) для сжигания пробы и масс-спектрометра для измерения отношений стабильных изотопов легких элементов.

V-PDB — PDB является первичным международным стандартным образцом, содержащим карбонат кальция из ископаемого ракушечника. Изотопный состав углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в данном стандартном образце составляет $R_{\text{PDB}} = 0,0112372$.

5.1.7.3 Сущность метода

Существенная разница в содержании изотопа углерода ^{13}C в сахарах растений обуславливается различиями в двух путях фотосинтеза — путь C_3 (цикл Кальвина) и путь C_4 (цикл Хэтча — Слека). Большинство растений, среди которых виноград и сахарная свекла, относятся к растениям так называемой группы C_3 .

Кукуруза и сахарный тростник принадлежат к растениям группы C_4 . Содержание изотопа углерода ^{13}C сахаров и соответствующих метаболитов, образующихся при брожении (этанол, глицерин) коррелируют друг с другом.

Измерение содержания изотопа углерода ^{13}C может обеспечить возможность выявления добавления в вина или спиртные напитки глицерина из кукурузы (растения группы C_4) или синтетического глицерина, получаемого из ископаемых источников. Выделение глицерина из матрицы вина обеспечивается применением газовой или жидкостной хроматографии.

В GX-IRMS варианте анализ после хроматографического разделения подвергают окислительно-восстановительному преобразованию (сжиганию) в окислительном и восстановительном реакторах устройства. Иные компоненты пробы, исключая глицерин, например растворитель, удаляют в атмосферу через специальную систему вентиляций, которой оснащено устройство, что позволяет предотвратить загрязнение реакторов и появление помех в хроматограммах. Содержание изотопа углерода ^{13}C определяют путем измерения диоксида углерода, который образуется при сжигании глицерина, содержащегося в пробе. При окислении глицерина кроме диоксида углерода CO_2 образуется вода H_2O , которую удаляют через специальную ловушку, основным компонентом которой является мембрана¹⁾. Образовавшийся диоксид углерода в потоке гелия направляют для измерения отношения изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в ионный источник масс-спектрометра IRMS.

В ВЭЖХ-IRMS варианте анализ после хроматографического разделения подвергают окислению непосредственно в подвижной фазе устройства. Образующийся диоксид углерода CO_2 переводят в режиме оперативного времени из потока растворителя через газообменную мембрану в поток гелия He. Как и в варианте GX-IRMS, поток гелия для удаления из него воды проходит через мембранную ловушку, затем через открытый делитель потока (open-split) направляется в ионный источник масс-спектрометра IRMS.

Распределение основных изотопов диоксида углерода с массами 44 ($^{12}\text{C}^{16}\text{O}_2$), 45 ($^{13}\text{C}^{16}\text{O}_2$, $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$) и 46 ($^{12}\text{C}^{16}\text{O}^{18}\text{O}$), результирующими из различных комбинаций изотопов кислорода и углерода ^{18}O , ^{17}O , ^{16}O , ^{13}C и ^{12}C , исследуется путем измерения ионных токов тремя разными коллекторами масс-спектрометра. Вкладами в интенсивность сигнала изотопов $^{13}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$ и $^{12}\text{C}^{17}\text{O}_2$ в некоторых случаях можно пренебречь ввиду их незначительного присутствия. Ионный ток по массе $m/z = 45$ подлежит корректировке из вклада в интенсивность сигнала изотопа $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$, которая осуществляется в соответствии с интенсивностью сигнала по массе $m/z = 46$ и с учетом относительного распространения изотопов кислорода ^{18}O и ^{17}O (т. н. корректировка по Крейгу). Сравнение результата измерения с калиброванным стандартным образцом и международным стандартным образцом V-PDB позволяет рассчитать содержание изотопа углерода ^{13}C по относительной шкале показателя $\delta^{13}\text{C}$.

5.1.7.4 Реактивы, рабочие стандартные образцы

- а) Безводный этанол (CAS 64-17-5).
- б) Глицерин для анализа $\geq 99\%$ (CAS 56-81-5).
- в) 1,5-Пентандиол (CAS 111-29-5).
- г) Раствор 1,5-пентандиола [см. 5.1.7.4в)] в этаноле [5.1.7.4а)]. Раствор готовят в концентрации, которая должна находиться в интервале от 0,5 до 1,0 г/дм³. Раствор используют для разбавления исследуемых образцов вина.
- д) Ортофосфорная кислота.
- е) Окислитель — пероксидсульфат натрия.
- ж) Газ-носитель — гелий для анализа (CAS 07440-59).
- и) Регенерирующий газ для окислительного реактора — кислород для анализа (CAS 07782-44-7).
- к) Вторичный (рабочий) стандартный образец, содержащий изотоп углерода ^{13}C — диоксид углерода для анализа (CAS 00124-38-9).

л) Рабочий стандартный образец глицерина с установленным изотопным составом углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$, калиброванным относительно международного стандартного образца.

м) Рабочий стандартный образец 1,5-пентандиола с установленным изотопным составом углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$, калиброванным относительно международного стандартного образца.

5.1.7.5 Аппаратура

а) Масс-спектрометр IRMS

Масс-спектрометр IRMS для измерения отношений изотопов, позволяющий определять относительное содержание изотопа углерода ^{13}C в диоксиде углерода CO_2 с внутренней точностью измерения 0,05 % или относительным значением, выраженным согласно 5.1.7.8. При этом значение внутренней точности устанавливают как разницу между двумя параллельными измерениями одной и той же пробы диоксида углерода CO_2 . Масс-спектрометр, обычно используемый для определения изотопного состава диоксида углерода CO_2 , как правило, оснащен тройным коллектором для одновременного измерения ионных токов молекул с массами $m/z = 44$, 45 и 46. Для регистрации измеряемых значений и расчета результатов используют программное обеспечение, которым оснащен масс-спектрометр.

¹⁾ Например, мембрана Nafion®. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования мембраны с аналогичными характеристиками.

б) Газовый хроматограф

Используют газовый хроматограф, совмещенный с устройством для сжигания пробы и масс-спектрометром для измерения отношения стабильных изотопов [см. 5.1.7.5а)].

Газовый хроматограф должен быть оснащен полярной капиллярной колонкой¹⁾, обеспечивающей хроматографическое отделение глицерина от других компонентов вина.

Устройство (интерфейс) для сжигания пробы должно (должен) состоять из окислительного реактора (керамическая трубка с внутренним проволочным катализатором из никеля, платины и меди) и восстановительного реактора (керамическая трубка с внутренним проволочным катализатором из меди).

в) Жидкостный хроматограф

Используют жидкостный хроматограф²⁾, совмещенный с масс-спектрометром для измерения отношения стабильных изотопов [см. 5.1.7.5а)] через устройство (интерфейс) для окислительного преобразования пробы.

Жидкостный хроматограф должен быть оснащен колонкой³⁾, обеспечивающей хроматографическое отделение глицерина от других компонентов вина без использования органических растворителей или добавок.

Устройство (интерфейс) для окислительного преобразования пробы должно(ен) быть оснащено (оснащен) окислительным реактором и мембранным обменником (три мембраны).

г) Оборудование

Используют оборудование общелaborаторного назначения, в том числе:

- микрошприц для ввода проб или автоматический податчик проб;
- мерные колбы;
- мембранные фильтры с диаметром пор 0,2 мкм;
- хроматографические флаконы для проб;
- микрошприц вместимостью 10 мм³ для жидкостей.

Перечисленное оборудование указано в качестве примера. При исследовании может быть использовано другое оборудование со схожими характеристиками.

5.1.7.6 Подготовка проб

а) Исследование изотопного состава углерода ¹³C/¹²C в глицерине в инструментальном варианте ГХ-IRMS

Каждый образец вина⁴⁾ фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм. Аликвоту разбавляют этанолом в соотношении 1:4. Пробу переносят в соответствующий хроматографический флакон, который плотно закупоривают и хранят до анализа при температуре не выше 4 °С.

б) Исследование изотопного состава углерода ¹³C/¹²C в глицерине с одновременным определением его количества в пробе в инструментальном варианте ГХ-IRMS

Каждый образец вина⁴⁾ фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм. Аликвоту разбавляют раствором 1,5-пентадиола в этаноле в соотношении 1:4 (5.1.7.4). Пробу переносят в соответствующий хроматографический флакон, который плотно закупоривают и хранят до анализа при температуре не выше 4 °С.

в) Исследование изотопного состава углерода ¹³C/¹²C в глицерине в инструментальном варианте ВЭЖХ-IRMS

Каждый образец вина⁴⁾ фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм. Аликвоту разбавляют водой в соотношении 1:4. Пробу переносят в соответствующий хроматографический флакон, который плотно закупоривают и хранят до анализа при температуре не выше 4 °С.

5.1.7.7 Проведение исследования

а) ГХ-IRMS вариант

¹⁾ Например, колонка Chrompack WCOT из плавленого кварца с неподвижной фазой — полиэтиленгликолем CP-Wax-57 CB, длиной 25 м, внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной неподвижной фазы 0,20 мкм. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другой колонки с аналогичными характеристиками.

²⁾ Например, LC Isolink. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого хроматографа с аналогичными характеристиками.

³⁾ Например, колонка HyperRez carbohydrate H+ длиной 30 см, диаметром 8 мм. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другой колонки с аналогичными характеристиками.

⁴⁾ Или спиртного напитка.

Нижеследующее описание относится к общей процедуре исследования отношения изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в глицерине, которая может быть реализована с использованием коммерчески доступных автоматизированных ГХ-IRMS-систем.

Процедура может быть адаптирована и изменена в соответствии с рекомендациями изготовителей конкретных инструментальных систем.

Примечание — Указанные объемы, температура, потоки и длительность являются примерами. Корректные значения должны быть установлены и оптимизированы в соответствии с указаниями изготовителей оборудования.

1) Рабочие условия

При использовании колонки и устройства для сжигания пробы, приведенных в 5.1.7.5б), действуют следующие параметры:

- температура инжектора — 270 °С;
- температурная программа — начальная температура колонки 120 °С, выдержка 2 мин. Затем повышают температуру со скоростью 10 °С/мин до уровня 220 °С с окончательной выдержкой в течение 2 мин. Длительность одного анализа составляет 14 мин (без учета времени на охлаждение оборудования);
- гелий (He) используют в качестве газа носителя;
- температура окислительного и восстановительного реакторов в устройстве для сжигания — 960 °С и 640 °С;
- введение в колонку хроматографа пробу в объеме 0,3 мм³, используя режим деления потока со скоростью 120 см³/мин.

Через регулярные временные интервалы (как правило, один раз в неделю) проводят регенерацию окислительного реактора путем подачи в него чистого кислорода O₂ (периодичность и длительность регенерации зависят от количества проб, преобразованных в реакторе).

2) Изотопный состав углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в глицерине

Во время измерения изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в системе генерируют как минимум два импульса рабочего стандартного образца — чистого диоксида углерода CO₂ [см. 5.1.7.4к)]. Этот образец предварительно калибруют относительно международных стандартных образцов V-PDB, в свою очередь калиброванных относительно стандартных образцов МАГАТЭ. Рабочий стандартный образец диоксида углерода может быть также калиброван относительно внутрилабораторных стандартных образцов.

Каждый образец вина [5.1.7.6а)] исследуют в трех повторностях. В каждой серии проб должны быть предусмотрены пробы со стандартными образцами.

Типичную серию проб составляют следующим образом:

- контрольная проба;
- контрольная проба;
- проба 1;
- проба 1;
- проба 1;
- проба 2.

...

Каждую пробу измеряют в трех повторностях.

...

- проба 6;
- проба 6;
- проба 6;
- контрольная проба;
- контрольная проба.

В качестве контрольной пробы используют спиртовой раствор глицерина с установленным значением показателя $\delta^{13}\text{C}$, измеренным, например, с применением элементного анализатора. Контрольная проба обеспечивает корректировку возможного дрефта значений в ходе измерения серии проб.

3) Изотопный состав углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в глицерине и его количественное определение

Если необходимо количественно определить глицерин одновременно с измерением в нем изотопного состава углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$, применяют вышеописанную процедуру [см. 5.1.7.7а)2)] в отношении проб, подготовленных согласно 5.1.7.6б).

1,5-Пентандиол как внутренний стандарт обеспечивает количественное определение концентрации глицерина. Значения показателя $\delta^{13}\text{C}$ для внутреннего стандарта могут быть использованы для корректировки результатов анализа и контроля качества измерений как изотопного состава, так и реакций окислительно-восстановительного преобразования пробы. Концентрацию глицерина в образце вина определяют способом внутреннего стандарта. Для этого, используя раствор 1,5-пентандиола установленных концентраций и раствор глицерина пяти концентраций в интервале от 0,50 до 1,0 г/дм³, строят калибровочный график. Эти растворы готовят взвешиванием и растворением глицерина [см. 5.1.7.4б)] и 1,5-пентандиола в этаноле [см. 5.1.7.4а)] в мерных колбах. Должен быть подтвержден линейный отклик измеренных в ходе анализа значений при исследовании проб в трех повторностях согласно построенной линейной зависимости для растворов, содержащих внутренний стандарт.

б) Вариант ВЭЖХ-IRMS

Нижеследующее описание относится к общей процедуре исследования отношения изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в глицерине, которая может быть реализована с использованием коммерчески доступных автоматизированных систем ВЭЖХ-IRMS.

Процедура может быть адаптирована и изменена в соответствии с рекомендациями изготовителей конкретных инструментальных систем.

Примечание — Указанные объемы, температура, потоки и длительность являются примерами. Корректные значения должны быть установлены и оптимизированы в соответствии с указаниями изготовителей оборудования.

1) Рабочие условия

При использовании колонки и устройства для сжигания пробы, приведенных в 5.1.7.5в), действуют следующие параметры:

- скорость потока элюента — 400 мм³/мин;
- скорость потоков кислоты и окислителя в LC-устройстве — 40 и 30 мм³/мин соответственно;
- температура реактора и колонки — 99,9 °C и 65 °C соответственно;
- скорость потока гелия при разделении — 1 мм³/мин.

Емкости с реагентами дегазируют гелием во время всего хроматографического анализа.

2) Изотопный состав углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в глицерине

Во время измерения изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в системе генерируют как минимум два импульса рабочего стандартного образца — чистого диоксида углерода CO_2 (пример хроматограммы приведен на рисунке 2). Этот образец предварительно калибруют относительно международных стандартных образцов V-PDB, в свою очередь калиброванных относительно стандартных образцов МАГАТЭ. Рабочий стандартный образец диоксида углерода может быть также калиброван относительно внутрилабораторных стандартных образцов.

Каждый образец вина [см. 5.1.7.6в)] исследуют в трех повторностях. В каждой серии проб должны быть предусмотрены пробы со стандартными образцами.

Типичную серию проб составляют следующим образом:

- контрольная проба;
- контрольная проба;
- проба 1;
- проба 1;
- проба 1;
- проба 2.

...

Каждую пробу измеряют в трех повторностях.

...

- проба 6;
- проба 6;
- проба 6;
- контрольная проба;
- контрольная проба.

В качестве контрольной пробы используют спиртовой раствор глицерина с установленным значением показателя $\delta^{13}\text{C}$, измеренным, например, с применением элементного анализатора. Контрольная проба обеспечивает корректировку возможного дрефта значений в ходе измерения серии проб.

5.1.7.8 Расчет и выражение результатов

а) Значение изотопного состава углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ может быть выражено относительно рабочего стандартного образца.

Содержание изотопа углерода ^{13}C (как показатель $\delta^{13}\text{C}$) рассчитывают по шкале δ в виде тысячной доли в сравнении значений, полученных для исследуемой пробы, и значений для стандартного образца, предварительно калиброванного относительно первичного международного стандартного образца (V-PDB). Во время измерения изотопов $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в систему вводят стандартный образец диоксида углерода CO_2 , калиброванный относительно международного стандартного образца, который в свою очередь калиброван относительно стандартного образца PDB.

Значения $\delta^{13}\text{C}$ в сравнении со значением показателя для пробы, измеренным относительно рабочего стандартного образца, $\delta^{13}\text{C}_{\text{пр/стан}}$, ‰, вычисляют по формуле

$$\delta^{13}\text{C}_{\text{пр/стан}} = \left(\frac{R_{\text{пр}}}{R_{\text{стан}}} - 1 \right) \cdot 1000, \quad (4)$$

где $R_{\text{пр}}$ — отношение изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в пробе;

$R_{\text{стан}}$ — отношение изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в стандартном образце.

С учетом международного стандартного образца V-PDB корректировку значения проводят по формуле (2).

Незначительные различия между измеренными значениями проб могут наблюдаться при измерениях в режиме реального времени по причине изменений характеристик инструментального оборудования. В этом случае значение показателя $\delta^{13}\text{C}$ должно быть скорректировано в соответствии с разницей между измеренным значением показателя $\delta^{13}\text{C}_{\text{пр/стан}}$ и его паспортным значением, которое должно быть получено калибровкой относительно первичного международного стандартного образца V-PDB. Вариации двух измерений рабочего стандартного образца и применяемая корректировка результатов измерения пробы подчиняются линейной зависимости. Рабочий стандартный образец должен быть исследован в начале и конце измерений каждой серии проб. Таким образом, корректировка может быть рассчитана путем линейной интерполяции между двумя значениями (разница между паспортным значением рабочего стандартного образца и измеренным значением этого образца).

б) Определение концентрации глицерина в варианте ГХ-IRMS

При построении калибровочного графика и каждом вводе пробы, измеряемым параметром, принимаемым во внимание, является площадь пика S (выражена в $V \cdot s$), регистрируемая на спектрометре. Вычисляют отношение R по формуле (5) и строят графическую зависимость R от соотношения C концентраций глицерина и внутреннего стандарта IS . Должен быть получен график линейной зависимости с коэффициентом корреляции не менее 0,99.

$$R = \frac{S}{IS} \quad (5)$$

При условиях анализа, описанных в [см. 5.1.7.7а)1)], 1,5-пентандиол (время ретенции примерно 310 с) проявляет меньшую полярность, чем глицерин (время ретенции 460 с). Пример хроматограммы приведен на рисунке 2.

Концентрацию глицерина в каждой пробе $C_{\text{глиц(пр)}}$, г/дм^3 , введенной в колонку хроматографа, вычисляют по формуле

$$C_{\text{глиц(пр)}} = K \cdot C_{1,5\text{ПД(пр)}} \cdot \frac{S_{\text{глиц(пр)}}}{S_{1,5\text{ПД(пр)}}} \cdot \text{фактор разбавления}, \quad (6)$$

где K — фактор отклика, который вычисляют по формуле;

$C_{1,5\text{ПД(пр)}}$ — концентрация внутреннего стандарта в пробе, г/дм^3 ;

$S_{\text{глиц(пр)}}$ — площадь пика глицерина в пробе;

$S_{1,5\text{ПД(пр)}}$ — площадь пика внутреннего стандарта в пробе;

$$K = \frac{C_{\text{глиц(стан)}}}{C_{1,5\text{ПД(стан)}}} \cdot \frac{S_{1,5\text{ПД(стан)}}}{S_{\text{глиц(стан)}}}, \quad (7)$$

где $C_{\text{глиц(стан)}}$ — концентрация стандартного раствора глицерина, г/дм^3 ;

$C_{1,5\text{ПД(стан)}}$ — концентрация раствора внутреннего стандарта, г/дм^3 ;

$S_{1,5\text{ПД(стан)}}$ — площадь пика внутреннего стандарта;

$S_{\text{глиц(стан)}}$ — площадь пика глицерина в стандартном растворе.

Обозначение «(стан)» относится к концентрациям и площадям пиков 1,5-пентадиола и глицерина в пяти стандартных растворах, приготовленных для калибровки [см. 5.1.7.7а)3)].

Фактор разбавления относится к этапу подготовки проб, описанных в 5.1.7.7. В этом случае фактор разбавления равен 4.

Значение концентрации, г/дм³, для каждой пробы является средним арифметическим значением трех параллельных определений.

5.1.7.9 Обеспечение качества исследования и контроль

а) Вариант ГХ-IRMS

Для каждой пробы контролируют значение стандартного отклонения (*SD*), которое в трех измерениях не должно превышать уровня 0,6 %. За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение, рассчитанное по результатам трех измерений. Если отклонение между результатами превышает 0,6 %, измерение повторяют.

Контроль качества измерений может быть основан на регистрации интенсивности ионного тока по массе *m/z* = 44, которая должна быть пропорциональна количеству углерода в пробе, внесенной в элементный анализатор. В стандартных условиях измерения интенсивность ионного тока должна оставаться постоянной для всех анализируемых проб. Значительные отклонения могут указывать на недостаточный уровень хроматографического выделения или на окисление глицерина, а также на нестабильную работу элементного анализатора/масс-спектрометра.

б) Вариант ВЭЖХ-IRMS

Контролируют значение по изотопу углерода ¹³C для рабочего стандартного образца, которое не должно быть более чем на 0,5 % в сравнении с паспортным значением. В противном случае проверяют настройку спектрометра.

Для каждой пробы контролируют значение стандартного отклонения (*SD*), которое в трех измерениях не должно превышать уровня 0,6 %. За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение, рассчитанное по результатам трех измерений. Если отклонение между результатами превышает 0,6 %, измерение повторяют.

Контроль качества измерений может быть основан на регистрации интенсивности ионного тока по массе *m/z* = 44, которая должна быть пропорциональна количеству углерода в пробе, внесенной в элементный анализатор. В стандартных условиях измерения интенсивность ионного тока должна оставаться постоянной для всех анализируемых проб. Значительные отклонения могут указывать на недостаточный уровень хроматографического выделения или на окисление глицерина, а также на нестабильную работу элементного анализатора/масс-спектрометра.

5.1.7.10 Характеристики точности метода (прецизионность)

а) Вариант ГХ-IRMS

1) Прецизионность

Предварительные исследования проведены на четырех модельных растворах «вина» (вода—этанол—глицерин), для приготовления которых использован глицерин различного происхождения с установленными значениями показателя $\delta^{13}\text{C}$, измеренными, например, с помощью элементного анализатора (EA) в комбинации с масс-спектрометром IRMS (метод EA-IRMS). Для трех параллельных определений (*n* = 3) и при использовании инструментального варианта ГХ-IRMS стандартное отклонение *SD* ≤ 0,6 % считается приемлемым. При исследовании сладких вин на прецизионность может повлиять перекрытие пика 1,5-пентадиола и пиков других компонентов вина или побочных продуктов.

2) Определение концентрации глицерина

Для подтверждения характеристик этого метода использованы два раствора глицерина. С учетом того, что типичные концентрации глицерина в сухих винах лежат в интервале от 4 до 10 г/дм³, два раствора глицерина приготовлены в соответствии с данным интервалом. Концентрация первого раствора составила 4,0 г/дм³, а значение, измеренное в эксперименте, 3,6 г/дм³ (*SD* = 0,2, *n* = 8); во втором растворе концентрация соответственно 8,0 и 7,9 г/дм³ (*SD* = 0,3, *n* = 8).

В дальнейшем в исследовании использованы пять образцов вина (А—Е), в которых в рамках теста BIPEA по оценке компетентности лабораторий другими методами определена концентрация глицерина (см. таблицу 19).

Таблица 19 — Сравнение концентраций глицерина в пяти образцах упакованного вина

Образец	А	В	С	Д	Е
Тип	Белое	Розовое	Белое	Красное	Белое
Заданный интервал	6,2—8,4	4,8—6,6	5,7—7,7	6,3—8,5	4,6—6,2
Среднее значение	7,3	5,4	6,7	7,4	5,4
Значение, определенное в варианте ГХ-IRMS	6,4	5,4	6,7	7,8	5,4

Примечания

1 Определение концентраций глицерина в тесте BIPEA проведено с использованием метода ВЭЖХ и (или) ферментативного анализа.

2 Указанные концентрации выражены в граммах на кубический дециметр ($n > 3$, $SD < 0,6$).

б) Вариант ВЭЖХ-IRMS

Для подтверждения характеристик метода в инструментальном варианте ВЭЖХ-IRMS использованы следующие образцы.

- стандартный образец глицерина;

- три модельных образца вина с типичными концентрациями глицерина, характерными для натурального вина;

- образец вина.

Прецизионность определения глицерина установлена путем десятикратного измерения каждой пробы в воспроизводимых условиях, а также путем проведения десяти независимых анализов одной и той же пробы в воспроизводимых условиях в течение трех произвольно выбранных дней (см. таблицу 20).

Таблица 20 — Точность и прецизионность измерений значения $\delta^{13}\text{C}$ для глицерина в инструментальном варианте ВЭЖХ-IRMS

План проведения измерений		ВЭЖХ-IRMS						Характеристики точности (прецизионность)	
		День 1		День 2		День 3			
Образец	Количество повторных определений для одного образца	Среднее значение $\delta^{13}\text{C}_{\text{глицер.}} \text{‰}$	$SD, \text{‰}$	Среднее значение $\delta^{13}\text{C}_{\text{глицер.}} \text{‰}$	$SD, \text{‰}$	Среднее значение $\delta^{13}\text{C}_{\text{глицер.}} \text{‰}$	$SD, \text{‰}$	$r, \text{‰}$	$R, \text{‰}$
Стандартный образец глицерина*	10	-27,99	0,05	-27,94	0,04	-27,95	0,08	0,17	0,18
Модельный образец вина (глицерин 6 г/дм ³)	10	-28,06	0,13	-28,14	0,12	-28,14	0,11	0,34	0,35
Модельный образец вина (глицерин 8 г/дм ³)	10	-28,11	0,12	-28,18	0,07	-28,21	0,07	0,25	0,28
Модельный образец вина (глицерин 10 г/дм ³)	10	-28,06	0,06	-28,06	0,09	-28,05	0,09	0,23	0,24
Вино	10	-28,88	0,10	-28,85	0,27	-28,72	0,23	0,60	0,62

* Значение показателя $\delta^{13}\text{C}$ для стандартного образца глицерина получено методом EA-IRMS и составляет — $(28,02 \pm 0,09) \text{‰}$.

При исследовании показателя $\delta^{13}\text{C}$ глицерина в одном образце вина получены характеристики точности метода:

- повторяемость $r = 0,60 \text{‰}$;

- воспроизводимость $R = 0,62 \text{‰}$.

5.1.7.11 Типичная хроматограмма ГХ-IRMS анализа глицерина в вине приведена на рисунке 2.




Рисунок 2 — Типичная хроматограмма ГХ-IRMS анализа глицерина в вине

5.1.7.12 Типичная хроматограмма ВЭЖХ-IRMS анализа глицерина приведена на рисунке 3.




Рисунок 3 — Типичная хроматограмма HPLC-IRMS анализа глицерина

5.1.8 Масс-спектрометрический метод определения отношений изотопов кислорода $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ в воде вина и суслу

5.1.8.1 Метод предназначен для определения изотопного состава кислорода $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ в воде вина и суслу с использованием уравновешивания с диоксидом углерода CO_2 и масс-спектрометрического измерения отношения изотопов (IRMS).

5.1.8.2 Стандартные образцы

V-SMOW — международный стандартный образец воды¹⁾ с установленным изотопным составом кислорода Vienna-Standard Mean Ocean Water ($^{18}\text{O}/^{16}\text{O} = R_{\text{V-SMOW}} = 0,0020052$).

GISP — международный стандартный образец воды¹⁾ с установленным изотопным составом кислорода Greenland Ice Sheet Precipitation.

SLAP — международный стандартный образец воды¹⁾ с установленным изотопным составом кислорода Standard Light Antarctic Precipitation.

5.1.8.3 Сокращения

$^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ — отношение изотопов кислорода ^{18}O и ^{16}O в исследуемой пробе.

$\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}}$ — относительный показатель для выражения результата измерения изотопного состава кислорода ^{18}O и ^{16}O в исследуемой пробе. Значение показателя $\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}}$, ‰, измеренное относительно международного стандартного образца V-SMOW, вычисляют по формуле

¹⁾ Допускается применение иных международных стандартных образцов, соответствующих цели исследования и предлагаемых МАГАТЭ.

$$\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}} = \frac{(^{18}\text{O}/^{16}\text{O})_{\text{пр}} - (^{18}\text{O}/^{16}\text{O})_{\text{стан}}}{(^{18}\text{O}/^{16}\text{O})_{\text{стан}}} \cdot 1000, \quad (8)$$

где $(^{18}\text{O}/^{16}\text{O})_{\text{пр}}$ — измеренное значение изотопного состава кислорода в пробе, ‰;
 $(^{18}\text{O}/^{16}\text{O})_{\text{стан}}$ — измеренное значение изотопного состава кислорода в стандартном образце, ‰;
 1000 — расчетный фактор.

BCR — Официальное бюро стандартных образцов Европейского союза.

IAEA — Международное агентство по атомной энергии (Вена, Австрия).

IRMM — Институт стандартных образцов и измерений.

IRMS — масс-спектрометрия отношений стабильных изотопов легких элементов.


m/z — отношение массы к заряду.

NIST — Национальный институт стандартов и технологий.

RM — стандартный образец.

5.1.8.4 Сущность метода

Метод основан на уравнивании изотопов кислорода воды, содержащейся в вине или сусле, со стандартным газом — диоксидом углерода CO_2 , протекающим в соответствии со следующим уравнением реакции изотопного обмена



После завершения реакции изотопного обмена диоксид углерода CO_2 , находящийся в газовой фазе, используют для проведения масс-спектрометрического измерения, по результатам которого вычисляют значение изотопного состава кислорода $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ в воде пробы.

5.1.8.5 Реактивы и материалы

Реактивы и расходные материалы зависят от технической конфигурации оборудования, используемого для измерения (см. 5.1.8.6). Большинство аппаратных систем основаны на принципе изотопного уравнивания воды вина или сусле с диоксидом углерода CO_2 . Могут быть использованы международные стандартные образцы, рабочие стандартные образцы и расходные материалы, в частности первичные стандартные образцы, приведенные в таблице 21.

а) Первичные стандартные образцы

Таблица 21¹⁾

Обозначение	Организация-поставщик	Значение $\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}}$, ‰
V-SMOW, RM 8535	IAEA/NIST	0,00
BCR-659	IRMM	-7,18
GISP, RM 8536	IAEA/NIST	-24,78
SLAP, RM 8537	IAEA/NIST	-55,5

б) Рабочие стандартные образцы

Используют следующие рабочие стандартные образцы:

- диоксид углерода CO_2 в качестве вторичного стандартного газа для проведения измерения (CAS 00124-38-9);

- диоксид углерода CO_2 для проведения изотопного уравнивания (в зависимости от аппаратной конфигурации допускается использовать или диоксид углерода как вторичный стандартный газ, указанный выше, или диоксид углерода, входящий в состав газовой смеси с гелием);

- рабочие стандартные образцы воды с установленными значениями изотопного состава кислорода ($\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}}$) относительно первичных международных стандартных образцов;

- гелий для анализа (CAS 07440-59-7).

5.1.8.6 Аппаратура

а) Масс-спектрометр для измерения отношений стабильных изотопов легких элементов (IRMS)

¹⁾ Допускается использовать международные стандартные образцы воды и других материалов, предлагаемые в настоящее время IAEA и BCR.

Масс-спектрометр должен обеспечивать определение относительного содержания изотопа кислорода ^{18}O в газообразном диоксиде углерода CO_2 со значением внутренней точности, которое не превышает 0,05 %. При этом значение внутренней точности устанавливается как разницу между двумя параллельными измерениями одной и той же пробы диоксида углерода CO_2 . Масс-спектрометр, обычно используемый для определения изотопного состава диоксида углерода CO_2 , как правило, оснащен тройным коллектором для одновременного измерения ионных токов молекул с массами:

- $m/z = 44$ ($^{12}\text{C}^{16}\text{O}^{18}\text{O}$);
- $m/z = 45$ ($^{13}\text{C}^{16}\text{O}^{16}\text{O}$ и $^{2}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$);
- $m/z = 46$ ($^{12}\text{C}^{16}\text{O}^{18}\text{O}$, $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{17}\text{O}$ и $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$).

Путем измерения интенсивности соответствующих сигналов определяют отношение изотопов кислорода $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ из отношения интенсивности сигналов с $m/z = 46$ и $m/z = 44$ с корректировкой сигналов изобаров ($^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{17}\text{O}$ и $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$), чей вклад может быть учтен путем измерения интенсивности сигнала с $m/z = 45$ и количественными значениями по обычному распространению изотопов углерода ^{13}C и кислорода ^{17}O в природе.

Масс-спектрометр, используемый в измерении, должен быть оснащен:

- или двойной системой напуска для измерения неизвестной пробы и стандартного образца;
- или системой для непрерывных измерений в потоке гелия, которая количественно подает в масс-спектрометр диоксид углерода CO_2 из флаконов с пробой после завершения реакции изотопного уравнивания со вторичным стандартным газом CO_2 .

б) Лабораторное оборудование и материалы

Используемое лабораторное оборудование должно удовлетворять требованиям метода, а также эксплуатироваться в соответствии с указаниями изготовителей. Применяют следующее оборудование или оборудование с аналогичными характеристиками:

- флаконы с герметичной укупоркой для проведения реакции изотопного уравнивания в соответствующей аппаратной конфигурации;
- дозаторы с наконечниками соответствующей вместимости для дозирования жидких проб;
- воздушная или жидкостная система для термостатирования флаконов с пробами для проведения изотопного уравнивания при постоянной температуре с точностью контроля ± 1 °C;
- вакуумный насос (если необходим для используемой аппаратной конфигурации);
- автоматический податчик проб (если необходим для используемой аппаратной конфигурации);
- газовая хроматографическая система с соответствующей колонкой для выделения CO_2 из газовой фазы после завершения реакции изотопного обмена (если необходима для используемой аппаратной конфигурации);
- устройство для удаления воды из газовой фазы (например, криоловушка, селективная мембрана или др.).

5.1.8.7 Отбор проб

Вино и сусло, а также стандартные образцы используют в определении без предварительной подготовки. При наличии признаков брожения в образцы добавляют бензойную кислоту (или другое вещество со схожим консервирующим действием) или фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,22 мкм.

Предпочтительно, если при проведении определения стандартные образцы, используемые для калибровки, измеряют в начале и в конце измерения одной серии проб, а также после измерения каждой десятой пробы.

5.1.8.8 Проведение исследования

Общая процедура исследования предусматривает определение отношения изотопов кислорода $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ путем предварительного изотопного уравнивания пробы воды с диоксидом углерода CO_2 , используемым в качестве рабочего стандартного вещества, с последующим масс-спектрометрическим измерением (IRMS). Эта процедура может быть модифицирована в соответствии с характеристиками аналитического оборудования и условиями его эксплуатации, установленными изготовителем, т. к. для проведения изотопного уравнивания могут быть использованы устройства, в которых реакция изотопного обмена реализуется в различных условиях. Для исследования может быть использована одна из двух принципиальных технических систем для напуска CO_2 в масс-спектрометр после завершения изотопного уравнивания — система двойного напуска или система для непрерывного измерения в потоке гелия. Представить полное описание данных систем и условий их применения в настоящем методе не представляется возможным.

Примечание — Все значения, приведенные в настоящем методе, для определения объема, температуры, давления и длительности операций являются ориентировочными. Точные значения должны быть установлены согласно требованиям изготовителей оборудования и/или определены экспериментально.

а) Проведение уравнивания в ручном режиме

Точный объем пробы или стандартного образца с помощью дозатора переносят в емкость, которую помещают в вакуумный манифолд. Манифолд охлаждают до температуры минус 80 °С для замораживания пробы (емкость, снабженная капиллярами не нуждается в охлаждении и замораживании пробы/стандарта). Из манифолда откачивают воздух.

После создания стабильного вакуума емкость с пробой заполняют газообразным диоксидом углерода CO_2 . Для проведения реакции изотопного обмена каждый манифолд размещают в водяном термостате для выдержки в течение 12 ч (через ночь) при температуре (25 ± 1) °С. Критическим моментом является поддержание температуры на постоянном уровне до завершения изотопного обмена.

После завершения реакции изотопного обмена диоксид углерода CO_2 направляют в зону подачи пробы двойной системы напуска масс-спектрометра. Измерения проводят путем неоднократного сравнения изотопных отношений диоксида углерода CO_2 , содержащегося в зоне подачи пробы, и стандартного образца — диоксида углерода CO_2 , находящегося в зоне стандарта системы двойного напуска масс-спектрометра. Подобные измерения продолжают выполнять со всеми пробами, входящими в серию проб, подготовленную для проведения исследования.

б) Применение автоматизированной системы изотопного уравнивания

Точный объем пробы или стандартного образца с помощью дозатора переносят во флакон, которую(ый) размещают в системе для изотопного уравнивания. Систему охлаждают до температуры минус 80 °С для замораживания пробы (емкость, снабженная капиллярами не нуждается в охлаждении и замораживании пробы/стандарта). Затем из системы откачивают воздух.

После создания стабильного вакуума флакон с пробой заполняют газообразным диоксидом углерода CO_2 . Состояние изотопного равновесия достигается в течение 5 ч при выдержке при температуре (22 ± 1) °С и умеренном перемешивании содержимого флакона. Вместе с тем, длительность изотопного обмена в данных условиях зависит от ряда параметров (например, от геометрии флакона с пробой, температуры, интенсивности перемешивания и др.). В этой связи минимальные затраты времени, необходимые для достижения изотопного равновесия, необходимо установить экспериментально.

После завершения реакции изотопного обмена диоксид углерода CO_2 направляют в зону подачи пробы двойной системы напуска масс-спектрометра. Измерения проводят путем неоднократного сравнения изотопных отношений диоксида углерода CO_2 , содержащегося в зоне подачи пробы, и стандартного образца — диоксида углерода CO_2 , находящегося в зоне стандарта системы двойного напуска масс-спектрометра. Подобные измерения продолжают выполнять со всеми пробами, входящими в серию проб, подготовленную для проведения исследования.

в) Подготовка в ручном режиме. Реализация изотопного уравнивания и анализ в автоматизированном режиме в системе двойного напуска масс-спектрометра IRMS

Точный объем пробы или стандартного образца (например, 200 мм³) с помощью дозатора переносят во флакон. Открытые флаконы с пробами размещают в герметичной емкости, в которую непрерывно подают газообразный диоксид углерода для проведения изотопного обмена [см. 5.1.8.5б)]. По истечении времени, достаточного для полного вытеснения из емкости воздуха, флаконы с пробами герметично укупоривают и размещают в держателе термостатируемого податчика проб. Равновесное состояние достигается в данных условиях в течение 8 ч при температуре 40 °С. После завершения изотопного обмена преобразованный в газовой фазе диоксид углерода CO_2 замораживают, затем переносят в зону подачи пробы системы двойного напуска масс-спектрометра. Измерения проводят путем неоднократного сравнения изотопных отношений диоксида углерода CO_2 , содержащегося в зоне подачи пробы, и стандартного образца — диоксида углерода CO_2 , находящегося в зоне стандарта системы двойного напуска масс-спектрометра. Подобные измерения продолжают со всеми пробами, входящими в серию проб, подготовленную для проведения исследования.

г) Применение автоматизированной системы для изотопного уравнивания в условиях непрерывного потока гелия

Точный объем пробы или стандартного образца с помощью дозатора переносят во флакон. Флаконы с пробами закрывают и размещают в термостатируемом держателе. Используя газовый микрошприц, объем во флаконах с пробами продувают газовой смесью гелия He и диоксида углерода CO_2 ,

который остается в газовой фазе внутри флакона и участвует в реакции изотопного обмена. Равновесие достигается в течение как минимум 18 ч при температуре $(30 \pm 1)^\circ\text{C}$.

После завершения реакции изотопного обмена преобразованный диоксид углерода CO_2 из газовой фазы подают в непрерывном потоке гелия в ионный источник масс-спектрометра. Стандартный образец — газообразный диоксид углерода CO_2 также подают в масс-спектрометр IRMS в потоке гелия.

Измерение проводят в соответствии с требованиями по использованию каждого типа аналитического оборудования.

5.1.8.9 Расчет и выражение результатов

Интенсивности сигналов для масс $m/z = 44, 45$ и 46 , измеренные в ходе исследования, регистрируют для каждой пробы и стандартного образца. Количественные данные об отношениях изотопов кислорода $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ рассчитывают с помощью программного обеспечения, прилагаемого к масс-спектрометрическому оборудованию, в соответствии с принципами, представленными в 5.1.8.6а). В практике рутинных исследований отношения изотопов кислорода $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ измеряют относительно вторичных (рабочих) стандартных образцов воды, предварительно калиброванных с помощью первичного международного стандарта воды V-SMOW.

Небольшие различия между измеренными значениями проб могут наблюдаться при измерениях в режиме реального времени по причине изменений характеристик инструментального оборудования. В этом случае значение показателя $\delta^{18}\text{O}$ должно быть скорректировано в соответствии с разницей между измеренным значением показателя $\delta^{18}\text{O}$ рабочего стандартного образца и его паспортным значением, которое должно быть получено калибровкой относительно первичного международного стандартного образца V-SMOW. Вариации двух измерений рабочего стандартного образца и применяемая корректировка результатов измерения пробы подчиняется линейной зависимости. Рабочий стандартный образец должен быть исследован в начале и конце измерений каждой серии проб. Таким образом, корректировка может быть рассчитана путем линейной интерполяции между двумя значениями (разница между паспортным значением рабочего стандартного образца и измеренным значением этого образца).

Окончательные результаты выражают в виде относительного показателя $\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}}$, ‰. Значение показателя $\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}}$ вычисляют по формуле (8).

Значение показателя $\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW/SLAP}}$, ‰, вычисляют по формуле

$$\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW/SLAP}} = \frac{\delta^{18}\text{O}_{\text{пр}} - \delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}}}{\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}} - \delta^{18}\text{O}_{\text{SLAP}}} \cdot 55,5, \quad (10)$$

где $\delta^{18}\text{O}_{\text{пр}}$ — измеренное значение изотопного состава кислорода в пробе, ‰;

$\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}}$ — измеренное значение изотопного состава кислорода в стандартном образце V-SMOW, ‰;

$\delta^{18}\text{O}_{\text{SLAP}}$ — измеренное значение изотопного состава кислорода в стандартном образце SLAP, ‰;

55,5 — расчетный фактор [соответствует по своему абсолютному значению принятому по паспорту международного стандартного образца SLAP — $\delta^{18}\text{O}_{\text{V-SMOW}} = -55,5$ ‰ (см. также таблицу 20)].

5.1.8.10 Характеристики точности метода (прецизионность)

Повторяемость r равна 0,24 ‰.

Воспроизводимость R равна 0,50 ‰.

Результаты межлабораторного эксперимента (см. [6]) по подтверждению характеристик точности метода приведены в таблице 22.

Таблица 22

Характеристика точности метода	Общее среднее значение, ‰	Стандартное отклонение повторяемости S_r , ‰	Повторяемость r , ‰	Стандартное отклонение воспроизводимости S_R , ‰	Воспроизводимость R , ‰
Вода:					
образец 1	−8,20	0,068	0,19	0,171	0,48
образец 2	−8,22	0,096	0,27	0,136	0,38

Окончание таблицы 22

Характеристика точности метода	Общее среднее значение, ‰	Стандартное отклонение повторяемости S_p , ‰	Повторяемость r , ‰	Стандартное отклонение воспроизводимости S_{gr} , ‰	Воспроизводимость R , ‰
Вино № 1:					
образец 5	6,87	0,098	0,27	0,220	0,62
образец 8	6,02	0,074	0,21	0,167	0,47
образец 9	5,19	0,094	0,26	0,194	0,54
образец 4	3,59	0,106	0,30	0,205	0,57
Вино № 2:					
образец 3	-1,54	0,065	0,18	0,165	0,46
образец 6	-1,79	0,078	0,22	0,141	0,40
образец 7	-2,04	0,089	0,25	0,173	0,49
образец 10	-2,61	0,103	0,29	0,200	0,56

5.1.9 Масс-спектрометрический метод определения отношений изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в углекислом газе CO_2 , растворенном в игристых винах

5.1.9.1 Настоящий метод разработан по соглашению с лабораториями, которые приняли участие в межлабораторном эксперименте, организованном в 2003—2004 гг. Международной организацией по виноградарству и виноделию OIV «IRMS-Анализ содержания изотопа углерода ^{13}C в диоксиде углерода игристых вин».

В верхней части бутылки с игристым вином содержится газовая фаза, которая обогащена диоксидом углерода CO_2 , находящимся в количественном равновесии с углекислым газом, растворенным в жидкой фазе (вине). Диоксид углерода CO_2 образуется во время вторичного брожения, индуцируемого добавлением сахаров винограда, сахарной свеклы, сахарного тростника или кукурузы. Вместе с тем, содержание диоксида углерода CO_2 в игристых винах может быть увеличено путем их искусственной сатурации промышленным диоксидом углерода CO_2 .

Данный метод учитывает, описывает основные принципы, обеспечивающие правильное определение содержания изотопа углерода ^{13}C в диоксиде углерода CO_2 игристых вин, и представляет обобщенное описание аналитических процедур, используемых в настоящее время, с указанием примеров и отдельных исчерпывающих сведений методических вариантов в режиме отключения и реального времени для проведения исследования.

5.1.9.2 Настоящим методом определяют отношение стабильных изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в диоксиде углерода CO_2 игристых вин с помощью масс-спектрометрии изотопных отношений (IRMS). Метод описывает ряд аналитических процедур, использование которых ориентировано на имеющиеся инструментальные ресурсы.

5.1.9.3 Сокращения

$^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ — отношение изотопов углерода ^{13}C и ^{12}C в исследуемой пробе.

$\delta^{13}\text{C}$ — содержание изотопа углерода ^{13}C , выраженное в промилле (одной тысячной доле), ‰.

PDB¹⁾ — первичный международный стандартный образец, содержащий карбонат кальция из ископаемого ракушечника и используемый для исследования природных вариаций содержания изотопа углерода ^{13}C . Изотопный состав углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в данном стандартном образце составляет $R_{\text{PDB}} = 0,0112372$.

m/z — отношение массы молекулы к ее заряду.

¹⁾ Допускается применение иных международных стандартных образцов, соответствующих цели исследования и предлагаемых МАГАТЭ.

S_r — относительное стандартное отклонение повторяемости. Стандартное отклонение результатов измерений соответствует условиям повторяемости, т. е. тем условиям, в которых независимые результаты измерений получают одним методом на идентичной пробе в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором с использованием одного и того же оборудования в течение короткого временного интервала.

r — предел повторяемости. Значение, которое с доверительной вероятностью 95 % не превышает абсолютной величиной разности между результатами двух измерений, полученными в условиях повторяемости ($r = 2,8 \cdot S_r$).

S_R — относительное стандартное отклонение воспроизводимости. Стандартное отклонение результатов измерений соответствует условиям воспроизводимости, т. е. условиям, в которых результаты измерений получают одним методом на идентичной пробе в разных лабораториях разными операторами с использованием разного оборудования.

R — предел воспроизводимости. Значение, которое с доверительной вероятностью 95 % не превышает абсолютной величиной разности между результатами двух измерений, полученными в условиях воспроизводимости ($r = 2,8 \cdot S_R$).

5.1.9.4 Сущность метода

Классификация растений на две группы C_3 и C_4 основана на различиях в пути синтеза сахаров. Сахар, синтезируемый в растениях группы C_3 , к которым относятся виноград и сахарная свекла, характеризуется пониженным содержанием изотопа углерода ^{13}C , в то время как сахар в растениях группы C_4 , в состав которой входят сахарный тростник и кукуруза, обогащен данным изотопом. Это различие сохраняется также для таких продуктов брожения сахаров, как этанол и диоксид углерода CO_2 . Содержание изотопа углерода ^{13}C в диоксиде углерода CO_2 промышленного происхождения, получаемого сжиганием ископаемого топлива или при термообработке карбонатов, отличается от продуктов из растений групп C_3 и C_4 . В этой связи изотопный состав углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в диоксиде углерода CO_2 игристых вин будет определен типом сахара, использованного для вторичного брожения (растения группы C_3 или C_4), или изотопным составом добавленного промышленного диоксида углерода CO_2 .

Результаты исследований содержания изотопа углерода ^{13}C в диоксиде углерода CO_2 игристых вин, проведенных в настоящее время, показали, что при брожении сахаров растений группы C_3 значения показателя $\delta^{13}\text{C}$ составили от -17‰ до -26‰ в то время, как брожение сахаров растений группы C_4 привело к образованию диоксида углерода CO_2 с показателем $\delta^{13}\text{C}$ от -7‰ до -10‰ . Изотопный состав углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в углекислом газе сатурированных вин составил менее -29‰ или более -10‰ . Таким образом, измерение изотопного состава углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в диоксиде углерода игристых вин может быть эффективным способом определения происхождения газа. Распределение основных изотопомеров диоксида углерода с массами 44 ($^{12}\text{C}^{16}\text{O}_2$), 45 ($^{13}\text{C}^{16}\text{O}_2$, $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$) и 46 ($^{12}\text{C}^{16}\text{O}^{18}\text{O}$), результирующихся из различных комбинаций изотопов кислорода и углерода ^{18}O , ^{17}O , ^{16}O , ^{13}C и ^{12}C , исследуется путем измерения ионных токов тремя разными коллекторами масс-спектрометра. Вкладами в интенсивность сигнала изотопомеров $^{13}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$ и $^{12}\text{C}^{17}\text{O}_2$ в некоторых случаях можно пренебречь ввиду их незначительного присутствия. Ионный ток по массе $m/z = 45$ подлежит корректировке из вклада в интенсивность сигнала изотопомера $^{12}\text{C}^{17}\text{O}^{16}\text{O}$, которая осуществляется в соответствии с интенсивностью сигнала по массе $m/z = 46$ и с учетом относительного распространения изотопов кислорода ^{18}O и ^{17}O (т. н. корректировка по Крейгу). Сравнение результата измерения с калиброванным стандартным образцом и международным стандартным образцом V-PDB позволяет рассчитать содержание изотопа углерода ^{13}C по относительной шкале показателя $\delta^{13}\text{C}$.

5.1.9.5 Реактивы и материалы

Реактивы и материалы зависят от типа инструментального оборудования, используемого в лаборатории. Если выделение и очистка проб диоксида углерода CO_2 осуществлены с помощью т. н. «криоловшки» при пониженном давлении, то применяют следующие реактивы:

- жидкий азот;
- этанол;
- твердый диоксид углерода CO_2 («сухой лед»).

В случае применения для исследования аналитической системы для непрерывных измерений в потоке гелия He (EA-IRMS или GC-IRMS) используют расходные материалы из нижеприведенного списка (другие материалы с аналогичными характеристиками могут заменить любой продукт из этого списка):

- гелий He для анализа (CAS 07440-59-7);
- кислород O для анализа (CAS 07782-44-7);

- диоксид углерода CO_2 для анализа для использования в качестве вторичного стандартного образца — газа, содержащего изотоп углерода ^{13}C (CAS 00124-38-9);
- окислитель для реактора системы для сжигания пробы, например оксид меди Cu_2O для микроанализа (CAS 1317-38-0);
- сиккатив для удаления воды, которая образуется при сжигании пробы, например перхлорат магния $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$ для микроанализа (CAS 10034-81-4). Сиккатив не используют при наличии системы EA-IRMS или GC-IRMS, оснащенной криоловушкой для удаления воды;
- в случае системы GC-IRMS капиллярная колонка и устройство для удаления воды на основе мембраны.

В качестве стандартного образца газа в исследовании может быть использован сертифицированный газ или рабочий стандартный образец диоксида углерода CO_2 , калиброванный относительно международного стандартного образца с установленным значением показателя $\delta^{13}\text{C}$ (сертифицированные газы или стандартные образцы). Международные стандартные образцы, которые могут быть использованы для калибровки стандартного образца газа и контроля его калибровки, приведены в таблице 23.

Таблица 23

Обозначение стандартного образца	Материал	Значение показателя $\delta^{13}\text{C}$, ‰	Поставщик
IMEP-8-A	Диоксид углерода	-6,40	Messer Griesheim
ISO-TOP	Диоксид углерода	-25,7	Messer Griesheim
BCR-656	Этанол	-20,91	IRMM
BCR-657	Глюкоза	-10,76	IRMM
SAI-692C	Диоксид углерода	-10,96	Oztech Trading Corporation (США)
NBS-22	Масло	-29,7	IAEA
IAEA-CH-6 (ANU)	Сахароза	-10,4	IAEA
NBS-18	Кальцит	-5,1	IAEA
NBS-19	Известняк	1,95	IAEA
FID-Mix	Смесь <i>n</i> -алканов в изооктаноле:		Varian
	C14	-29,61	
	C15	-25,51	
	C16	-33,39	

5.1.9.6 Аппаратура

Используют обычное оборудование для измерения отношений изотопов углерода, в частности:

- масс-спектрометр IRMS для измерения отношений изотопов (IRMS), позволяющий определять относительное содержание изотопа углерода ^{13}C в диоксиде углерода CO_2 с внутренней точностью измерения 0,05 ‰ или лучше, выраженном в виде относительного значения δ . При этом значение внутренней точности устанавливают как разницу между двумя параллельными измерениями одной и той же пробы диоксида углерода CO_2 . Масс-спектрометр, обычно используемый для определения изотопного состава диоксида углерода CO_2 , как правило, оснащен тройным коллектором для одновременного измерения ионных токов молекул с массами $m/z = 44, 45$ и 46 . Масс-спектрометр должен иметь систему двойного напуска для измерения неизвестной пробы и стандартного образца газа или систему для непрерывного измерения в потоке гелия (CF-IRMS);

- систему для непрерывного измерения в потоке гелия (CF-IRMS) (могут быть использованы различные типы систем¹⁾ с автоматизированным отбором проб газа);
- систему для подготовки проб IRMS — периферийную систему, которая может быть использована для подготовки проб газа в оперативном режиме, выделения CO₂ и его направления в масс-спектрометр для измерения изотопных отношений;
- стеклянную или стальную вакуумную линию, оснащенную криоловушками и соединенную с вакуумным насосом для создания пониженного давления ниже 0,5 Па;
- устройства для отбора проб газа (например, шприцы для отбора проб газа) или разработанные в лаборатории, обеспечивающие отбор аликвоты диоксида углерода CO₂ из игристого вина без изотопного фракционирования;
- герметичные флаконы для проб газа, применяемые для использования вместе с автоматическим податчиком проб в системах для непрерывного измерения в потоке гелия He;
- герметичные флаконы для аликвот игристого вина, применяемые для использования с вакуумными линиями и (или) в комбинации с автоматическим податчиком газовых проб в системах для непрерывного измерения в потоке гелия He.

5.1.9.7 Проведение исследования

Настоящий метод включает следующие три основные операции:

- отбор проб газовой смеси, содержащей диоксид углерода CO₂;
- выделение и очистка диоксида углерода CO₂;
- измерение отношение изотопов углерода ¹³C/¹²C.

Указанные операции могут быть реализованы независимо друг от друга путем использования внепоточных систем или могут быть полностью или частично осуществлены в поточных системах. Любая процедура, которая позволяет избежать изотопного фракционирования в пробе диоксида углерода CO₂, может быть использована в настоящем методе в рамках трех вышеуказанных операций. Отдельные примеры частичных процедур, основанных на применении внепоточных и поточных (CF) систем, приведены в 5.1.9.11—5.1.9.13.

Приведенное ниже описание относится к тем способам, которые использованы лабораториями во время проведения межлабораторного эксперимента.

а) Способы отбора газовой смеси, содержащей диоксид углерода CO₂

1) Отбор газовой пробы из верхней части бутылки осуществляют специальным устройством через бутылочную пробку при комнатной температуре.

2) Или отбор газовой пробы из верхней части бутылки осуществляют после удаления бутылочной пробки и герметичного укуповивания бутылки специальной пробкой, соединенной капилляром с устройством для отбора проб. При этом бутылка с игристым вином перед заменой укуповки должна быть предварительно охлаждена до температуры ниже 0 °С, затем нагрета до комнатной температуры. Аликвоту газа, собранного в устройстве для отбора проб, отбирают специальным газовым микрошприцем и переносят в герметичные флаконы для газовой хроматографии.

3) Или отбор пробы диоксида углерода CO₂ из аликвоты игристого вина производят нижеприведенным образом.

Бутылку с игристым вином предварительно охлаждают до температуры от 4 °С до 5 °С перед удалением пробки. Аликвоту игристого вина переносят в специальный флакон, который подходит для подключения к вакуумной линии или к автоматическому податчику газовых проб.

4) Бутылку предварительно охлаждают до температуры от 4 °С до 5 °С, затем быстро переносят определенный объем жидкости в бутылку и герметично укуповивают ее крышкой с тефлон-силиконовой мембраной. Затем 5,0 см³ жидкости переносят в другую бутылку вместимостью 10 см³ и используют в анализе. Если необходимо, флакон должен быть предварительно заполнен гелием He для удаления атмосферного диоксида углерода CO₂.

¹⁾ Например, коммерческие системы CF-IRMS:

- GX-IRMS (инструментальная конфигурация, основанная на GX и окислительно-восстановительном преобразовании пробы с масс-спектрометрией IRMS);
- EA-IRMS (инструментальная конфигурация, основанная на применении элементного анализатора EA, имеющего технические возможности для работы с жидкими или твердыми пробами).

Данные системы способны выделять, очищать диоксид углерода CO₂ и направлять его камеру ионизации масс-спектрометра. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования других систем с аналогичными характеристиками.

5) После охлаждения образца бутылку открывают при комнатной температуре с помощью пипетки, от образца отбирают 200 мм³ жидкости, которую переносят в подходящий флакон. Флакон герметично укупоривают и помещают перед анализом в ультразвуковую баню на 10 мин.

Результаты статистической обработки данных, полученных в межлабораторном эксперименте, в котором использовались способы отбора (4) и (5), приведены в 5.1.9.15.

б) Выделение и очистка диоксида углерода CO₂

1) Неконденсированные газы и вода, присутствующие в пробе газовой смеси, удаляют в вакуумной линии с использованием криогенных ловушек.

2) Или диоксид углерода CO₂ выделяют из пробы газовой смеси и очищают с применением различных поточных систем, соединенных с масс-спектрометром IRMS и работающих в потоке гелия He, или с помощью криогенных ловушек. Некоторые из поточных систем, которые могут быть использованы для этой цели, представлены ниже:

- криогенная ловушка для удаления воды, поточно соединенная с системой непрерывных измерений в потоке гелия He;

- ловушка на основе перхлората магния Mg(ClO₄)₂ для удаления воды в комбинации с газовым хроматографом;

- газовый хроматограф, соединенный или непосредственно с масс-спектрометром IRMS, или через устройство для сжигания проб.

в) Измерение отношения изотопов углерода ¹³C/¹²C

Измерение отношения изотопов углерода ¹³C/¹²C в диоксиде углерода CO₂, выделенном из игристого вина, проводят с помощью масс-спектрометра IRMS.

5.1.9.8 Расчет и выражение результатов

Значение изотопного состава углерода ¹³C/¹²C в диоксиде углерода CO₂ игристого вина выражают как отклонение от рабочего стандартного образца (показатель δ¹³C), предварительно калиброванного относительно международного стандартного образца PDB. Этот показатель определяют как относительную разность на 1/1000 между значением отношения изотопов углерода ¹³C/¹²C, полученным для исследуемой пробы, относительно первичного международного стандартного образца PDB. Стандартный образец PDB¹⁾ представляет собой ископаемый карбонат кальция, значение изотопного отношения в котором для углерода составляет R_{PDB} = 0,0112372. Это значение является эталонной точкой для международной шкалы PDB для значений показателя δ¹³C, которые выражают в виде тысячной доли — промилле, ‰.

Значения δ¹³C в сравнении с рабочим стандартным образцом вычисляют по формуле (1). С учетом международного стандартного образца PDB корректировку значения проводят по формуле (2). Результат записывают с двумя знаками после запятой.

5.1.9.9 Характеристики точности метода (прецизионность)

Детали межлабораторного эксперимента по оценке прецизионности метода приведены в 5.1.9.14 и 5.1.9.15.

а) Повторяемость

Абсолютная разность между двумя отдельными результатами, полученными на идентичной пробе одним оператором на одном и том же оборудовании в течение наименьшего промежутка времени, будет превышать предел повторяемости не более чем в 5 % случаев. Принятые средние значения стандартного отклонения повторяемости S_r и предела повторяемости r равны:

- S_r = 0,21 ‰, r = 0,58 ‰.

В исследовании использованы способы отбора проб по 5.1.9.7а)1) — 5.1.9.7а)3);

- S_r = 0,21 ‰, r = 0,56 ‰.

В исследовании использованы способы отбора проб по 5.1.9.7а)4), 5.1.9.7а)5).

б) Воспроизводимость

Абсолютная разность между двумя отдельными результатами, полученными на идентичной пробе в двух разных лабораториях, будет превышать предел воспроизводимости не более чем в 5 % случаев. Принятые средние значения стандартного отклонения воспроизводимости S_R и предела воспроизводимости R равны:

- S_R = 0,47 ‰, R = 1,33 ‰.

В исследовании использованы способы отбора проб по 5.1.9.7а)1) — 5.1.9.7а)3);

¹⁾ Допускается применение иных международных стандартных образцов, соответствующих цели исследования и предлагаемых МАГАТЭ.

- $S_R = 0,68 \%$, $R = 1,91 \%$.

В исследовании использованы способы отбора проб по 5.1.9.7а)4), 5.1.9.7а)5).

5.1.9.10 Протокол исследования

Протокол исследования должен содержать следующие данные:

- всю информацию, необходимую для идентификации исследуемого образца;
- ссылку на международный стандартизованный метод анализа;
- описание метода, включая процедуры отбора проб и измерения, а также описание использованной инструментальной системы;

- результаты исследования, единицы измерения, включая данные о значениях отдельных измерений, среднее арифметическое значение, вычисленные согласно 5.1.9.8;

- все отклонения от предписанной процедуры,
- все необычные отклонения, которые наблюдались во время исследования;
- дату исследования;
- наличие значения повторяемости измерений;

- описание процедуры калибровки стандартного образца диоксида углерода CO_2 , использованного при измерении серий проб.

5.1.9.11 Экспериментальная процедура, основанная на использовании внепоточной системы для отбора проб и измерения (система разработана в лаборатории, используется внепоточная вакуумная линия и масс-спектрометр IRMS с двойным напуском)

а) Аппаратура

Устройство для отбора проб, которое будет использовано для извлечения аликвот газа из бутылки, состоит из полого пуансона (стальной иглы) с тремя боковыми отверстиями, через которые поступает газ. Он подключен к системе вентиляей, состоящей из двух последовательно соединенных вентиляей, и обладает вместимостью примерно 1 см^3 . Один клапан прикреплен к пуансону (клапан 1), а другой прикреплен к стальной трубке (клапан 2), которая соединяет устройство с вакуумной линией. Для стеклянной вакуумной линии потребуется переходник с гибкой стальной трубкой. На рисунке 4 изображено устройство для отбора проб газа.

Внепоточная вакуумная линия с двумя криогенными ловушками ($P < 0,05$ мбар). Может быть использована стеклянная или стальная вакуумная линия.

Масс-спектрометр IRMS с двойной системой напуска с возможностью определения содержания изотопа углерода ^{13}C в диоксиде углерода CO_2 в диапазоне природной распространенности с внутренней прецизионностью измерений в $0,05 \%$ или лучше (выражается в виде относительного показателя δ). Под внутренней прецизионностью понимается разность между значениями двух измерений одной пробы диоксида углерода CO_2 .

б) Процедура (см. рисунок 4)

1) Отбор проб диоксида углерода CO_2 :


- соединяют устройство для отбора проб с вакуумной линией и проверяют ее герметичность;
- погружают вращающимися движениями пуансон устройства в пробку бутылки, которую держат вертикально (клапаны устройства закрыты);
- соединяют устройство с вакуумной линией и удаляют из нее воздух с помощью двух вентиляей (клапан 2 открыт, клапан 1 закрыт);
- после создания вакуума в резервуаре закрывают клапан 2, открывают клапан 1 и оставляют устройство в таком состоянии на 1 мин. После достижения равновесия закрывают клапан 1. Газ, оставшийся в резервуаре, подвергают очистке.

2) Выделение и очистка диоксида углерода CO_2 :

- переводят диоксид углерода CO_2 , собранный в резервуаре, в 1-ю криогенную ловушку с жидким азотом для выдержки в течение не менее 1 мин, затем откачивают неконденсированный газ, контролируя давление до $0,05$ мбар или ниже;
- переводят пробу диоксида углерода CO_2 в измерительное устройство с жидким азотом во 2-ю криогенную ловушку, заменив при этом жидкий азот в 1-й криогенной ловушке на ловушку для воды с температурой минус $(80 \pm 5) \text{ }^\circ\text{C}$. Оставляют в таком состоянии как минимум на 1 мин,
- откачивают неконденсированный газ (до достижения давления $0,05$ мбар или ниже) прежде, чем закрыть измерительное устройство.

3) Измерение отношения изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$

Отношение изотопов углерода в диоксиде углерода CO_2 измеряют с использованием масс-спектрометра IRMS с двойным напуском.



а) Устройство для отбора газовой пробы

б) Выдавление и очистка CO₂

1 — соединитель с вакуумной линией; 2 — вентиль; 3 — вентиль; 4 — резервуар с CO₂; 5 — отверстие; 6 — пуансон;
7 — измерительный прибор; 8 — к насосу; 9 — первая криоловушка; 10 — вторая криоловушка; 11 — вакуумная линия

Рисунок 4 — Схема внепоточной системы

5.1.9.12 Экспериментальная процедура, основанная на использовании поточной системы для отбора проб и измерения (CF-IRMS)

а) Способ отбора проб

В первую очередь из системы удаляют воздух, затем с помощью устройства для отбора проб из бутылки получают определенный объем диоксида углерода CO₂, который подают в емкость для хранения. Путем создания противодействия и использования ограничителя небольшое количество газа вводится в поток гелия He. Система для отбора проб представлена на рисунке 5. Таким образом в потоке гелия He (поток пробы) создается поток диоксида углерода CO₂. Оставшийся поток гелия He свободен от диоксида углерода и служит в этой связи в качестве нулевого потока. Искусственные пики подключения, регистрируемые масс-спектрометром, генерируются временным подключением нулевого потока к потоку пробы (время подключения — 2 с).

б) Процедура (см. рисунок 5)

1) Удаление воздуха из системы отбора проб

Из всей системы для отбора проб откачивают воздух до достижения негативного давления 1 мбар (вентиль 3 закрыт).

2) Отбор проб


Пробку бутылки прокалывают устройством для отбора проб и весь газовый объем в верхней части бутылки подают в емкость для хранения (GV) путем создания пониженного давления с увеличением общего давления до 50 мбар. Тонкая регулировка вентиля VF осуществляет контролируемый и медленный перевод газа. Во время перевода газ подвергается очистке в криоловушке.

3) Подача газа

После отбора пробы (вентили 3, 2 закрыты, вентиль 4 открыт) с помощью гелия He создают повышенное давление в 1,5 бар. Газ, подлежащий измерению, подают в систему масс-спектрометра CF-IRMS путем открытия вентиля 3. Процесс измерения можно запустить после предварительной выдержки в течение 150 с. В качестве ограничителя в систему интегрирован капилляр, через который подают крайне малые количества газа-носителя (скорость подачи 10 см³/мин).

4) Измерение отношения изотопов углерода ¹³C/¹²C

Поток диоксида углерода CO₂ непрерывно подают в поток гелия He пробы (PRO). Переключение от потока пробы (PRO) к чистому (нулевому) потоку гелия (NUL) генерирует искусственные пики подключения. Подключение потока пробы — 2 с, подключение нулевого потока — от 10 до 30 с.



1—4 — контрольные вентили; VP — вакуумный насос; VF — вентиль тонкой регулировки; SK — устройство для отбора проб; PRO — поток пробы (гелий, 50 см³/мин); NUL — нулевой поток (гелий, 60 см³/мин); KF — ловушка для воды (пропанол, температура минус 90 °С); GV — емкость для хранения газа (250 см³); DM — манометр; KA — капилляр-ограничитель (10 см, 150 мкм); VM — 2/4-путевой вентиль; 5 — бутылка с вином; 6 — масс-спектрометр IRMS

Рисунок 5 — Схема поточной системы

5.1.9.13 Экспериментальная процедура, основанная на использовании газового хроматографа GC-C-IRMS

а) Характеристики оборудования:

- газовый хроматограф¹⁾;
- капиллярная колонка²⁾ (неподвижная фаза — поперечносвязанный полиэтиленгликоль), длиной 30 м, с внутренним диаметром 0,25 мм, толщиной слоя неподвижной фазы 0,5 мкм;
- система для сжигания пробы³⁾ с окислительным реактором (температура 940 °С) и восстановительным реактором (температура 640 °С);
- масс-спектрометр⁴⁾ для измерения отношений стабильных изотопов.

б) Процедура

1) Отбор пробы диоксида углерода CO₂:

- аликвоты газа собирают с помощью шприца вместимостью 25 см³, протыкая длинной стальной иглой пробку бутылки. Давление газа в бутылке способствует спонтанному наполнению внутреннего объема шприца;

¹⁾ Например, GC Varian 3400. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.


²⁾ Например, HP-INNOWax. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.

³⁾ Например, ThermoFinnigan-MAT. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.

⁴⁾ Например, DeltaPlus ThermoFinnigan-MAT. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.

- газ переводят в предварительно закупоренную бутылку для последующего анализа. Закупорка бутылки должна включать тефлон-силиконовую мембрану. Для удаления воздуха из флакона и соответственно атмосферного диоксида углерода CO_2 через мембрану вводят вторую иглу, чтобы газ из вина выдавил воздух из бутылки (см. рисунок 6).

Примечание — Для отбора используют шприц большой вместимости, превышающей объем бутылки. В описанном выше случае применяют шприц вместимостью 25 см^3 (или большей вместимости) и флакон объемом 2 см^3 .



Примечание — Объем флакона должен быть меньше объема шприца.

Рисунок 6 — Отбор пробы диоксида углерода CO_2

2) анализ ГХ-IRMS — ввод диоксида углерода CO_2 и измерение изотопного состава углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$.

Небольшое количество газа, мм^3 , напрямую вводят в колонку газового хроматографа, используя микрошприц на 10 мм^3 . Прибор предварительно настраивают на использование деления в потоке. Давление газа — носителя гелия He , составляет $0,138 \text{ МПа}$.

Каждую пробу исследуют в четырех повторностях. Общее время анализа одной пробы составляет 6 мин (см. рисунок 7 с типичной хроматограммой).




Рисунок 7 — Типичная хроматограмма анализа GC-C-IRMS

3) Обработка результатов

Для регистрации сигналов масс-спектрометра и обработки результатов используют программное обеспечение¹⁾ для операционной системы MS Windows NT.

Для каждой пробы по результатам трех измерений вычисляют среднее значение для показателя $\delta^{13}\text{C}$. Значение $\delta^{13}\text{C}$ для первого измерения систематически отбрасывают.

5.1.9.14 Статистическая обработка результатов межлабораторного эксперимента

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2 для проведения межлабораторного эксперимента, в котором приняли участие 11 европейских и одна мексиканская лаборатория (см. таблицу 24), определены следующие параметры:

- период проведения межлабораторного эксперимента — 2003—2004 гг.;
- количество лабораторий — 12;
- количество образцов — 5 («слепые двойные» пробы);
- показатель для исследования — $\delta^{13}\text{C}$ диоксида углерода CO_2 .

Таблица 24

Обозначение образца	A	B	C	D	E
Количество участвовавших лабораторий	12				
Количество лабораторий, оставшихся после исключения выбросов	12	11	12		
Количество повторов на лабораторию	2				
Количество принятых результатов	24	22	24		
Среднее значение $\delta^{13}\text{C}$, ‰	-9,92	-20,84	-23,66	-34,80	-36,43

¹⁾ Например, Isodat NT, вер. 1.50 компании ThermoFinnigan (г. Бремен, Германия). Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.

Окончание таблицы 24

Обозначение образца	А	В	С	Д	Е
Стандартное отклонение повторяемости S_{r2}	0,057	0,031	0,119	0,006	0,044
Стандартное отклонение повторяемости $S_r, ‰$	0,24	0,18	0,35	0,08	0,21
Повторяемость $r (2,8 \cdot S_r), ‰$	0,67	0,49	0,97	0,21	0,58
S_{R2}	0,284	0,301	0,256	0,140	0,172
Стандартное отклонение воспроизводимости $S_R, ‰$	0,53	0,55	0,51	0,37	0,41
Воспроизводимость $R (2,8 \cdot S_R), ‰$	1,49	1,54	1,42	1,05	1,16
Описание образцов: А — игристое вино (C_4 -сахар), В — игристое вино (C_3 -сахар), С — игристое вино (C_3 -сахар), Д — газированное вино, Е — газированное вино.					

5.1.9.15 Статистическая обработка результатов межлабораторного эксперимента по исследованию игристых и газированных вин [способы отбора проб 5.1.9.7а)4) и 5.1.9.7а)5)]

Ниже приведены параметры, которые определены в качестве части межлабораторного эксперимента (см. таблицы 25, 26, рисунок 8), в котором приняли участие 16 лабораторий:

- период проведения межлабораторного эксперимента — 2013—2014 гг.;
- количество лабораторий — 16;
- типы образцов — игристые и газированные вина;
- количество образцов — 3 («слепые двойные» пробы);
- показатель для исследования — $\delta^{13}C$ диоксида углерода CO_2 .

Таблица 25

Параметр	Вино № 1	Вино № 2	Вино № 3
Количество участвовавших лабораторий	16	14	16
Количество повторов	2	2	2
Минимальное значение	-32,90	-33,10	-23,64
Максимальное значение	-29,83	-30,97	-20,57
Отклонение повторяемости S_{r2}	0,0467	0,0118	0,0648
Отклонение внутри группы S_{L2}	0,43853	0,29762	0,51616
Отклонение воспроизводимости S_{R2}	0,4852	0,3094	0,5810
Общее среднее значение	-31,42	-31,83	-22,15
Стандартное отклонение повторяемости S_r	0,22	0,11	0,25
Предел повторяемости r	0,612	0,307	0,720
Стандартное отклонение воспроизводимости	0,70	0,56	0,76
Предел воспроизводимости R	1,971	1,574	2,157

Таблица 26

Код лаборатории	А	В	А	В	А	В	Вино № 1	Вино № 2	Вино № 3
Lab 1	-31,40	-31,69	-31,56	-31,88	-21,93	-22,12	-0,18	-0,19	0,16
Lab 2	-31,23	-31,29	-31,43	-31,41	-21,46	-22,04	0,23	-0,73	0,52
Lab 3	-32,65	-32,12	-32,15	-32,13	-23,41	-23,64	-1,39	-0,56	-1,81

Окончание таблицы 26

Код лаборатории	А	В	А	В	А	В	Вино № 1	Вино № 2	Вино № 3
Lab 4	-31,55	-31,50	-31,46	-31,66	-22,40	-22,54	-0,15	0,48	-0,42
Lab 5	-31,50	-31,30	-31,80	-31,90	-22,00	-22,30	0,03	-0,04	0,00
Lab 6	-31,46	-31,75	-31,96	-31,75	-22,39	-22,10	-0,27	-0,05	-0,13
Lab 7	-31,48	-30,66	-31,29	-29,35	-21,47	-20,57	0,50	2,71	1,48
Lab 8	-29,83	-30,17	-29,73	-31,35	-21,50	-21,96	2,04	2,31	0,55
Lab 9	-30,96	-30,90	-31,34	-31,21	-22,22	-22,27	0,70	0,99	-0,13
Lab 10	-32,34	-32,29	-32,68	-32,75	-23,25	-23,14	-1,29	-1,60	-1,37
Lab 11	-32,90	-32,70	-33,10	-33,10	-23,00	-23,50	-1,98	-2,29	-1,45
Lab 12	-31,91	-31,68	-32,22	-32,14	-22,58	-22,66	-0,54	-0,63	-0,62
Lab 13	-31,03	-31,10	-31,61	-31,68	-21,78	-21,74	0,51	0,33	0,51
Lab 14	-31,25	-30,93	-31,43	-31,54	-22,01	-22,02	0,57	0,62	0,17
Lab 15	-30,89	-30,88	-31,59	-31,47	-21,08	-21,07	0,76	0,53	1,41
Lab 16	-31,05	-30,98	-31,24	-30,97	-21,09	-21,49	0,58	1,30	1,13




Рисунок 8

5.1.10 Метод определения основных соединений, экстрагируемых из древесины во время созревания алкогольных напитков виноградно-го происхождения

5.1.10.1 Настоящий метод предназначен для определения фурфурала, 5-гидрокси-метилфурфу-рола, 5-метилфурфу-рола, ванилина, сиреневого альдегида, кониферилового альдегида, синапового альдегида, галловой, эллаговой, ванильной и сиреневой кислот и скополетина с помощью ВЭЖХ.

5.1.10.2 Сущность метода

Определение с помощью ВЭЖХ с детектированием методами спектрофотометрии в ультрафио-летовой области на нескольких длинах волн и спектрофлуориметрии.

5.1.10.3 Реактивы

Следует использовать реактивы аналитической чистоты. Используемая вода должна быть дис-тиллированной или, по меньшей мере, эквивалентной чистоты. Предпочтительно использовать воду, прошедшую микрофильтрацию и имеющую сопротивление 18,2 МОм.

Перечень используемых реактивов:

- спирт этиловый объемной долей 96 %;
- метанол квалификации для ВЭЖХ (растворитель В);
- кислота уксусная, разбавленная до объемной доли 0,5 % (растворитель А);
- подвижные фазы (приведены только в качестве примера). Растворитель А (0,5 %-ная уксусная кислота) и растворитель В (чистый метанол) фильтруют через мембранный фильтр (размер пор 0,45 мкм), при необходимости дегазируют на ультразвуковой бане;
- стандартные образцы сравнения чистотой не менее 99 %: фурфурола, 5-гидрокси-метилфурфу-рола, 5-метилфурфу-рола, ванилина, сиреневого альдегида, кониферилового альдегида, синапового альдегида, галловой, эллаговой, ванильной и сиреневой кислот и скополетина;
- градуировочные растворы. Стандартные образцы сравнения растворяют в водном растворе этилового спирта объемной долей 50 %. Конечная концентрация градуировочных растворов должна составлять около 5 мг/дм³ для фурфурола, 10 мг/дм³ для 5-гидрокси-метилфурфу-рола, 2 мг/дм³ для 5-метилфурфу-рола, 5 мг/дм³ для ванилина, 10 мг/дм³ для сиреневого альдегида, 5 мг/дм³ для конифе-рилового альдегида, 5 мг/дм³ для синапового альдегида, 10 мг/дм³ для галловой кислоты, 10 мг/дм³ для эллаговой кислоты, 5 мг/дм³ для ванильной кислоты, 5 мг/дм³ для сиреневой кислоты, 5 мг/дм³ для скополетина.

5.1.10.4 Аппаратура

Обычная лабораторная аппаратура, в том числе:

- высокоэффективный жидкостный хроматограф, пригодный для работы в двухкомпонентном градиентном режиме, оснащенный следующими модулями: спектрофотометрическим детектором, пригодным для измерения при длинах волн от 280 до 313 нм (для подтверждения чистоты пиков предпочтителен многоволновой детектор с диодной матрицей или аналогичный); спектрофлуориметрическим детектором с длиной волны возбуждения 354 нм и длиной волны эмиссии 446 нм (для определения следовых количеств скополетина, также детектируемого спектрофотометрически при длине волны 313 нм); инжектором, обеспечивающим объем ввода пробы 10 или 20 мм³ (значения даны для примера); колонкой для ВЭЖХ¹⁾ размером частиц сорбента не более 5 мкм;
- шприцы для ВЭЖХ;
- устройство для мембранной фильтрации малых объемов;
- интегратор, компьютер или самописец с разрешающей способностью, согласующейся с разрешающей способностью прибора в целом, и в частности имеющие несколько каналов регистрации данных.

5.1.10.5 Проведение исследования

а) Подготовка анализируемых растворов к хроматографическому анализу

Градуировочные растворы и алкогольный напиток при необходимости фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор не более 0,45 мкм.

б) Условия хроматографического анализа

Анализ проводят при комнатной температуре при условиях, приведенных в 5.1.10.4, с использованием подвижных фаз (см. 5.1.10.3) при скорости потока около 0,5 см³/мин по следующей градиентной программе (приведена только в качестве примера):

Время	0 мин	50 мин	70 мин	90 мин
Растворитель А (вода — уксусная кислота)	100 %	60 %	100 %	100 %
Растворитель В (метанол)	0 %	40 %	0 %	0 %

В некоторых случаях во избежание наложения пиков может потребоваться корректировка градиентной программы.

в) Анализ

Проводят хроматографический анализ градуировочных растворов по отдельности, затем в смеси. Корректируют условия хроматографического анализа таким образом, чтобы факторы разделения пиков всех компонентов были не менее двух. Проводят хроматографический анализ пробы, подготовленной по 5.1.10.5а), фильтрованной через мембранный фильтр. Определяют площади пиков на хроматограммах градуировочных растворов и пробы алкогольного напитка, рассчитывают концентрации компонентов.

¹⁾ Например, типа RP C18. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.

5.1.10.6 Выражение результатов исследования

Концентрацию каждого компонента выражают в миллиграммах на кубический дециметр.

5.1.10.7 Характеристики точности метода (прецизионность)

Приведенные в таблицах 27—38 данные получены в 2009 г. в результате межлабораторных испытаний метода на различных алкогольных напитках, которые проведены в соответствии с процедурами, согласованными на международном уровне.

Обозначения:

n_{LT} — число лабораторий — участников испытаний;

n_L — число лабораторий, чьи результаты использованы для расчета характеристик прецизионности;

r — предел повторяемости;

S_r — стандартное отклонение повторяемости;

RSD_r — относительное стандартное отклонение повторяемости, выраженное в процентах от среднего значения;

R — предел воспроизводимости;

S_R — относительное стандартное отклонение воспроизводимости;

RSD_R — относительное стандартное отклонение воспроизводимости, выраженное в процентах от среднего значения;

$PRSD_R$ — прогнозируемое по формуле Горвица RSD_R , %;

Ho_R — индекс Горвица (HorRat) = $RSD_R/PRSD_R$.

Таблица 27 — Галловая кислота

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Виски	16	15	1,2	0,2	0,07	6,1	1,2	0,43	36	16	2,3
Бренди	15	14	0,4	0,1	0,04	8,1	0,6	0,20	47	18	2,6
Ром	16	16	2,0	0,2	0,06	2,9	1,7	0,62	31	14	2,1
Коньяк 1	16	16	6,1	0,5	0,18	3,0	9,1	3,3	53	12	4,4
Бурбон	16	16	7,3	0,5	0,18	2,4	6,2	2,2	30	12	2,6
Коньяк 2	16	16	21,8	1,7	0,60	2,8	21,7	7,7	35	10	3,5

Таблица 28 — 5-Гидроксиметилфурфурал

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Виски	16	14	5,0	0,2	0,09	1,7	1,1	0,39	8	13	0,6
Бренди	16	14	11,1	0,3	0,09	0,8	2,8	1,01	9	11	0,8
Ром	16	14	9,4	0,3	0,09	1,0	1,4	0,50	5	11	0,5
Коньяк 1	16	14	33,7	1,2	0,42	1,3	12,5	4,5	13	9	1,4
Бурбон	16	14	5,8	0,2	0,07	1,2	1,1	0,4	9	12	0,6
Коньяк 2	16	14	17,5	0,4	0,13	0,8	4,6	1,6	7	10	0,9

Таблица 29 — Фурфурал

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Виски	15	14	2,9	0,1	0,04	1,4	0,7	0,24	8	14	0,6
Бренди	15	12	1,2	0,2	0,05	4,5	0,5	0,18	5	16	0,9

Окончание таблицы 29

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение, мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Ром	15	13	1,7	0,1	0,04	2,3	0,3	0,09	5	15	0,4
Коньяк 1	15	14	10,6	0,5	0,18	1,7	3,8	1,4	13	11	1,1
Бурбон	15	13	15,3	0,6	0,23	1,5	1,4	0,49	3	11	0,3
Коньяк 2	15	13	13,9	0,6	0,20	1,5	1,9	0,69	5	11	0,5

Таблица 30 — Ванильная кислота

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение, мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Виски	15	12	0,2	0,1	0,03	14,2	0,2	0,06	28	20	1,4
Бренди	15	11	0,2	0,1	0,04	16,5	0,10	0,05	20	20	1,0
Ром	15	14	1,5	0,1	0,03	2,3	1,4	0,51	35	15	2,3
Коньяк 1	15	14	0,8	0,3	0,10	12,6	0,7	0,2	31	17	1,9
Бурбон	15	15	2,4	0,4	0,13	5,3	3,4	1,22	51	14	3,6
Коньяк 2	15	14	2,7	0,6	0,21	7,7	2,0	0,70	28	14	1,9

Таблица 31 — 5-Метилфурфурал

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение, мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Виски	11	11	0,1	0,0	0,01	10,7	0,1	0,03	35	24	1,5
Бренди	11	11	0,2	0,0	0,01	6,1	0,1	0,04	18	20	0,9
Ром	11	8	0,1	0,1	0,02	13,6	0,1	0,03	22	22	1,0
Коньяк 1	11	11	0,5	0,1	0,02	4,7	0,5	0,18	39	18	2,2
Бурбон	11	10	1,7	0,1	0,03	2,0	0,6	0,20	12	15	0,8
Коньяк 2	11	11	0,8	0,2	0,07	10,0	0,7	0,26	35	17	2,1

Таблица 32 — Сиреневая кислота

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение, мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Виски	16	16	0,4	0,1	0,03	6,7	0,2	0,08	19	18	1,0
Бренди	15	15	0,2	0,1	0,02	12,6	0,1	0,05	29	21	1,4
Ром	16	15	2,5	0,2	0,06	2,3	0,8	0,29	11	14	0,8
Коньяк 1	16	15	1,4	0,4	0,13	9,0	0,7	0,26	18	15	1,2
Бурбон	16	16	3,4	0,2	0,08	2,3	1,2	0,43	13	13	0,9
Коньяк 2	16	15	4,8	0,3	0,11	2,3	1,9	0,67	14	13	1,1

Таблица 33 — Ванилин

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Виски	16	16	0,5	0,1	0,03	6,8	0,3	0,09	19	18	1,1
Бренди	15	15	0,2	0,1	0,02	9,6	0,2	0,06	25	20	1,2
Ром	16	16	1,2	0,2	0,06	4,6	0,5	0,18	15	16	1,0
Коньяк 1	16	16	1,2	0,3	0,11	8,9	0,8	0,27	22	16	1,4
Бурбон	16	16	3,2	0,3	0,11	3,5	1,2	0,41	13	13	0,9
Коньяк 2	16	16	3,9	0,3	0,09	2,3	1,7	0,62	16	13	1,2

Таблица 34 — Сиреневый альдегид

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение, мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Виски	16	13	1,0	0,1	0,03	2,6	0,2	0,08	8	16	0,5
Бренди	15	13	0,2	0,1	0,02	8,1	0,2	0,07	33	20	1,6
Ром	16	13	4,8	0,1	0,04	0,8	0,7	0,23	5	13	0,4
Коньяк 1	16	12	3,2	0,2	0,08	2,6	0,5	0,19	6	14	0,4
Бурбон	16	14	10,5	0,3	0,10	0,9	1,1	0,39	4	11	0,3
Коньяк 2	16	13	9,7	0,3	0,09	0,9	1,2	0,43	4	11	0,4

Таблица 35 — Скополетин

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение, мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Виски	10	9	0,09	0,007	0,0024	2,6	0,04	0,01	15	23	0,6
Бренди	10	8	0,04	0,002	0,0008	2,2	0,02	0,01	16	26	0,6
Ром	10	9	0,11	0,005	0,0018	1,6	0,07	0,03	23	22	1,0
Коньяк 1	10	8	0,04	0,004	0,0014	3,3	0,02	0,01	17	26	0,7
Бурбон	10	8	0,65	0,015	0,0054	0,8	0,26	0,09	15	17	0,8
Коньяк 2	10	8	0,15	0,011	0,0040	2,7	0,06	0,02	15	21	0,7

Таблица 36 — Кониферилловый альдегид

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение, мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Виски	13	12	0,2	0,04	0,02	9,2	0,1	0,04	23	21	1,1
Бренди	12	12	0,2	0,04	0,02	9,8	0,1	0,04	27	21	1,3
Ром	13	13	0,6	0,07	0,03	4,6	0,3	0,11	21	18	1,2
Коньяк 1	12	12	0,8	0,09	0,03	4,3	0,5	0,18	23	17	1,4
Бурбон	13	13	4,6	0,24	0,09	1,9	1,1	0,38	8	13	0,6
Коньяк 2	13	13	1,3	0,16	0,06	4,5	0,7	0,25	19	15	1,2

Таблица 37 — Синаповый альдегид

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение, мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Виски	14	14	0,3	0,06	0,02	7,5	0,2	0,09	31	19	1,6
Бренди	14	13	0,2	0,03	0,01	4,6	0,2	0,05	27	20	1,3
Ром	14	12	0,2	0,06	0,02	11,2	0,2	0,08	46	21	2,2
Коньяк 1	14	13	1,6	0,17	0,06	3,7	0,6	0,20	13	15	0,8
Бурбон	15	13	8,3	0,38	0,14	1,6	2,3	0,81	10	12	0,8
Коньяк 2	14	12	0,3	0,08	0,03	11,4	0,5	0,18	73	20	3,7

Таблица 38 — Эллаговая кислота

Образец	n_{LT}	n_L	Среднее значение, мг/дм ³	r , мг/дм ³	S_r , мг/дм ³	RSD_r , %	R , мг/дм ³	S_R , мг/дм ³	RSD_R , %	$PRSD_R$, %	Ho_R
Виски	7	7	3,2	0,6	0,20	6,3	4,0	1,41	44	13	3,2
Бренди	7	7	1,0	0,4	0,16	16	1,2	0,42	43	16	2,7
Ром	7	7	9,5	0,9	0,30	3,2	11	4,0	42	11	3,7
Коньяк 1	7	7	13	1,1	0,41	3,2	14	5,0	39	11	3,6
Бурбон	7	7	13	2,7	0,95	7,4	14	4,9	39	11	3,5
Коньяк 2	7	7	36	1,0	0,34	1,0	40	14	40	9	4,3

5.1.11 Качественный тест для определения карамельного колера в винах и других спиртных напитках

5.1.11.1 Аппаратура

Используют аппаратуру общелабораторного назначения.

- тест-бутылку Бабкока;
- пробирки для центрифугирования;
- стеклянную лабораторную посуду для приготовления реактивов.

5.1.11.2 Реактивы

Используют следующие реактивы:

- дистиллированная вода;
- раствор гидроксида калия в дистиллированной воде массовой долей 2 %;
- раствор хлорида цинка в дистиллированной воде массовой долей 5 %;
- раствор этилового спирта в дистиллированной воде объемной долей 85 %, содержащий 0,5 % соляной кислоты.

5.1.11.3 Проведение теста

Пробу объемом 10 см³ помещают в тест-бутылку Бабкока или подходящую центрифужную пробирку, нейтрализуют добавлением раствора гидроксида калия массовой долей 2 %, после чего добавляют 2 см³ раствора хлорида цинка массовой долей 5 % и 2 см³ раствора гидроксида калия массовой долей 2 %. Емкость интенсивно встряхивают и центрифугируют в течение 5—10 мин.

Супернатант аккуратно декантируют от осадка, к осадку добавляют горячую или кипящую дистиллированную воду. Емкость интенсивно встряхивают, центрифугируют, после чего содержимое снова промывают горячей водой. Процедуру повторяют до получения практически бесцветного водного слоя, используя горячую воду в подходящем объеме.

К промытому осадку добавляют 50 см³ или более водно-спиртового раствора объемной долей этанола 85 %, содержащего 0,5 % соляной кислоты, после чего центрифугирование повторяют. При этом карамельный колер проявляется в виде коричневого слоя на дне емкости. Добавляют новую порцию водно-спиртового раствора объемной долей этанола 85 %, содержащего 0,5 % соляной кислоты, после чего центрифугирование повторяют. Данную процедуру повторяют до получения практически бесцвет-

ного и прозрачного супернатанта. Для облегчения промывки осадка емкость для центрифугирования с содержимым помещают в стакан с кипящей водой. Если раствор прозрачный и имеет коричневый цвет, то в нем может присутствовать карамельный колер. Для подтверждения проводят анализ с 2,4-динитрофенилгидразином по методу 11.046¹⁾.

5.1.11.4 Оценка результатов теста

После окончания промывки и декантирования супернатанта остаток в емкости для центрифугирования растворяют в 10 см³ воды. Проводят визуальную оценку цвета полученного раствора. Коричневый цвет раствора говорит о вероятном присутствии карамели.

5.1.12 Метод общего определения фенольных соединений в алкогольных напитках виноградного происхождения, не содержащих добавок карамельного колера

5.1.12.1 Метод Фолина-Чокалтеу позволяет измерять общее содержание фенольных соединений древесного происхождения, присутствующих в спиртах, выдержанных в бочках и не содержащих добавленной карамели. Этот метод неспецифичен по отношению к фенольным соединениям. Карамельный колер также реагирует с реактивом Фолина-Чокалтеу. Но в случае спиртов, выдержанных в деревянных бочках, подавляющее большинство результатов анализа следует относить к присутствию фенольных компонентов из древесины дуба.

5.1.12.2 Сущность метода

Все фенольные компоненты окисляются реактивом Фолина-Чокалтеу. Этот реактив состоит из смеси фосфорновольфрамовой и фосфорномолибденовой кислот, которая при окислении фенольных соединений восстанавливается в смесь оксидов молибдена и вольфрама голубого цвета. Развивающаяся в результате этого голубая окраска обладает максимумом оптической плотности в области от 750 до 760 нм, пропорциональной количеству окисленных фенольных компонентов.

5.1.12.3 Аппаратура

Применяют обычную лабораторную аппаратуру:

- водяную баню с возможностью контроля температуры (70 °С);
- спектрофотометр.

5.1.12.4 Реактивы

а) Реактив Фолина-Чокалтеу

Реактив доступен для приобретения в виде, готовом к употреблению. Его также можно приготовить следующим способом: 100 г вольфрамвокислого натрия (CAS № 13472-45-2) и 25 г молибденово-кислого аммония (CAS № 7631-95-0) растворяют в 700 см³ дистиллированной воды (CAS № 7732-18-5). В полученный раствор добавляют 50 см³ фосфорной кислоты массовой долей 85 % (CAS № 7664-38-2) ($\rho_{20} = 1,71 \text{ г/см}^3$) и 100 см³ концентрированной соляной кислоты (CAS № 7647-01-0) ($\rho_{20} = 1,19$). Полученный раствор кипятят в колбе с дефлегматором в течение 10 ч, после чего добавляют 150 г сульфата лития (CAS № 10377-48-7) и несколько капель брома (CAS № 7726-95-6), после чего кипятят еще в течение 15 мин. Раствор охлаждают и доводят его объем до 1 дм³ дистиллированной водой.

б) Безводный карбонат натрия

Готовят раствор массовой долей 4,25 % в дистиллированной воде.

в) Безводная галловая кислота (CAS № 149-91-7).

5.1.12.5 Проведение исследования

а) Градуировка по галловой кислоте

Готовят основной водно-спиртовой раствор галловой кислоты путем растворения ее точной навески. Путем разбавления основного раствора готовят градуировочные растворы (не менее 2). Диапазон градуировки также должен включать в себя нулевую точку для холостого раствора (водно-спиртовой раствор). Например, градуировку можно проводить по растворам концентрациями 0,2000 и 0,4000 мг/дм³. Проверяют линейность градуировочной характеристики.

5.1.12.6 Подготовка проб к исследованию

Проба должна быть абсолютно прозрачной и не содержать осадка.

5.1.12.7 Проведение реакции

В пробирку последовательно вносят:

- 0,2 см³ пробы (или градуировочного раствора);
- 1 см³ реактива Фолина-Чокалтеу;
- 18,8 см³ раствора карбоната натрия.

¹⁾ Подтверждение присутствия карамельного колера проводят по методу, приведенному в 5.1.12.

После перемешивания раствор выдерживают при температуре примерно 70 °С в течение 20 мин на водяной бане с функцией контроля температуры, после чего охлаждают в проточной холодной воде.

5.1.12.8 Измерение оптической плотности при длине волны 760 нм

Оптическую плотность при длине волны 760 нм измеряют в кюветах длиной оптического пути 1 см.

5.1.12.9 Выражение результатов

Результат выражают в миллиграммах галловой кислоты на кубический дециметр, исходя из градуировочной характеристики и принимая во внимание разбавление пробы, если оно имело место. Если оптическая плотность испытуемого раствора превышает 1, раствор разбавляют и проводят измерение повторно (при условии соблюдения линейности).

5.1.13 Метод анализа α -дикарбонильных соединений в алкогольных напитках виноградно-го происхождения с помощью газовой хроматографии с дериватизацией с 1,2-диаминобензолом

5.1.13.1 Основными α -дикарбонильными соединениями, содержащимися в спиртах виноградно-го происхождения винных спиртах, являются глиоксаль, метилглиоксаль, диацетил и пентан-2,3-дион:

- глиоксаль — OCH-CHO (этандиаль);
- метилглиоксаль — $\text{CH}_3\text{-CO-CHO}$ (2-оксoproпаналь);
- диацетил — $\text{CH}_3\text{-CO-CO-CH}_3$ (бутан-2,3-дион);
- пентан-2,3-дион — $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-CO-CH}_3$;
- гексан-2,3-дион — $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CO-CO-CH}_3$.

Дикарбонильные соединения оказывают влияние на органолептические свойства винодельческой продукции, поэтому их исследование имеет большое значение для идентификации продуктов. Настоящий метод распространяется на спиртные напитки виноградно-го происхождения с содержанием карбонильных компонентов от 0,05 до 20 мг/дм³.

5.1.13.2 Сущность метода

Метод основан на образовании из α -дикарбонильных соединений хиноксалиновых производных с 1,2-диаминобензолом (см. рисунок 9).




Рисунок 9 — Образование производных дикарбонильных соединений

Реакция протекает в спиртном напитке, разбавленном четыре раза, при pH 8,0 в течение 3 ч при температуре 60 °С. Дальнейший анализ производных проводят после их экстракции дихлорметаном с последующим определением методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС) или с использованием детектора, селективного к азотсодержащим компонентам.

5.1.13.3 Реактивы

а) Дикарбонильные соединения:

- глиоксаль (CAS № 107-22-3), раствор массовой долей 40 %;
- метилглиоксаль (CAS № 78-98-8), раствор массовой долей 40 %;
- диацетил (CAS № 431-03-8) чистотой более 99 %;
- пентан-2,3-дион (CAS № 600-14-6) чистотой более 97 %;
- гексан-2,3-дион (CAS № 3848-24-6) чистотой более 90 %.

б) Реактивы для аналитического исследования:

- 1,2-диаминобензол (CAS № 95-54-5) порошкообразный чистотой более 97 %;
- вода для ВЭЖХ (в соответствии с ГОСТ Р 52501);
- этанол (CAS № 64-17-5), чистый для ВЭЖХ;
- гидроксид натрия (CAS № 1310-73-2), раствор концентрации 0,1 моль/дм³;
- кислота серная (CAS № 7664-93-9) чистотой, обеспечивающей кристаллизацию,
- дихлорметан (CAS № 75-09-2);
- сульфат натрия безводный (CAS № 7757-82-6);
- водно-спиртовой раствор с объемной долей этанола 50 % (смешивают 50 см³ чистого этанола для ВЭЖХ с 50 см³ воды);

- раствор внутреннего стандарта гексан-2,3-диона $2,0 \text{ г/дм}^3$ (40 мг гексан-2,3-диона помещают в колбу вместимостью 30 см^3 и растворяют в 20 см^3 водного раствора этанола объемной долей 50 %, перемешивают до полного растворения).

5.1.13.4 Аппаратура

Обычная лабораторная аппаратура, в том числе.

- газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором или с детектором, селективным к азотсодержащим компонентам;

- капиллярная колонка¹⁾ умеренной полярности с полиэтиленгликолем в качестве неподвижной жидкой фазы длиной 50 м, внутренним диаметром 0,32 мм, толщиной слоя неподвижной фазы 0,25 мкм (характеристики приведены в качестве примера);

- устройство сбора данных (компьютер с программным обеспечением для регистрации и обработки хроматографических данных);

- рН-метр;

- магнитная мешалка;

- весы аналитические с точностью взвешивания до 0,1 мг;

- воздушный термостат, пригодный для поддержания температуры $60 \text{ }^\circ\text{C}$;

- стандартное лабораторное оборудование из стекла, включая пипетки, колбы с винтовой крышкой вместимостью 30 см^3 и микрошприцы.

5.1.13.5 Подготовка пробы

Исходный образец спиртного напитка разбавляют водой для ВЭЖХ четыре раза.

5.1.13.6 Проведение исследования

Помещают 10 см^3 подготовленной пробы (см. 5.1.13.5) в колбу вместимостью 30 см^3 . Значение рН раствора в колбе доводят до 8,0 добавлением раствора гидроксида натрия концентрации $0,1 \text{ моль/дм}^3$ при перемешивании. Добавляют 5 мг раствора 1,2-диаминобензола. Добавляют 10 мм^3 гексан-2,3-диона (внутренний стандарт) концентрации $2,0 \text{ г/дм}^3$. Закрывают колбу винтовой крышкой с тефлоновой прокладкой. Перемешивают на магнитной мешалке до полного растворения реактивов. Колбу помещают в воздушный термостат при температуре $60 \text{ }^\circ\text{C}$ на 3 ч, после чего колбу охлаждают.

а) Экстрагирование хиноксалинов:

- значение рН реакционной смеси, приготовленной по 5.1.13.6, доводят до 2,0 путем добавления раствора серной кислоты концентрации 2 моль/дм^3 ;

- проводят экстрагирование двумя порциями дихлорметана в течение 5 мин с использованием магнитной мешалки;

- после каждого экстрагирования отделяют нижнюю фазу;

- объединяют оба полученных экстракта;

- объединенный экстракт обезвоживают добавлением примерно 1 г безводного сульфата натрия;

- обезвоженный экстракт отделяют от осадка.

б) Параметры хроматографического анализа (приведенные значения даны в качестве примера)

Детектирование. Для анализа методом ГХ-МС использован газовый хроматограф²⁾, соединенный с устройством обработки данных и масс-спектрометром³⁾ (ионизация электронным ударом при 70 эВ ; $2,7 \text{ кВ}$).

Примечание — Допускается использовать детектор, селективный к азотсодержащим компонентам.

Колонка. Использована колонка⁴⁾ (SGE, $50 \text{ м} \times 0,32 \text{ мм} \times 0,25 \text{ мкм}$).

Температурный режим. Температура инжектора и детектора — $250 \text{ }^\circ\text{C}$ и $280 \text{ }^\circ\text{C}$ соответственно. Температурная программа термостата колонок — 1 мин при $60 \text{ }^\circ\text{C}$, затем повышение температуры до $220 \text{ }^\circ\text{C}$ со скоростью $2 \text{ }^\circ\text{C/мин}$, продолжительность конечного изотермического участка — 20 мин.

¹⁾ Например, Carbowax 20M, BP21. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.

²⁾ Например, Hewlett Packard HP 5890. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.

³⁾ Например, HP 5970. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.

⁴⁾ Например, BP21. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.

Параметры инъекции. Объем инъекции — 2 мм³, время перекрытия клапана сброса потока (режим без деления потока) — 30 мин.

в) Анализ хиноксалинов в подготовленном растворе пробы

Хроматографическое разделение. Хроматограмма производных с 1,2-диаминобензолом в пробе вина, полученная путем регистрации в режиме мониторинга выбранных ионов (SIM) приведена на рисунке 10.

Идентификация пиков. Для идентификации производных дикарбонильных компонентов в вине используется ГХ-МС в режиме мониторинга общего ионного тока (сканирование), позволяющего получать масс-спектры хиноксалиновых производных и сравнивать их с библиотечными спектрами. В дополнение к этому времени удерживания пиков на хроматограмме испытуемого раствора пробы сравниваются с временами удерживания пиков на хроматограммах аналитических стандартов, полученных при аналогичных условиях. В таблице 39 приведены основные ионы масс-спектров производных дикарбонильных соединений.

Количественное определение. Количественное определение дикарбонильных компонентов проводят в режиме SIM путем мониторинга ионов с m/z , равными 76, 77, 103, 117, 130, 144, 158 и 171. Ионы с m/z 76 и 77 используют для количественного анализа, прочие ионы — для идентификации, в частности для глиоксаля — ионы с m/z 103 и 130, для метилглиоксаля — ионы с m/z 117 и 144, для диацетила — ионы с m/z 117 и 158, для пентан-2,2-диона — ион с m/z 171 и для гексан-2,3-диона — ионы с m/z 158 и 171.

5.1.13.7 Характеристики точности метода

Метод прошел внутривлабораторную валидацию, не являющуюся формальной валидацией в соответствии с протоколом, регулирующим планирование, проведение и интерпретацию исследований эффективности методов анализа.

Повторяемость. При исследовании повторяемости для четырех дикарбонильных компонентов получены коэффициенты вариации в диапазоне от 2 % до 5 %.


Полнота обнаружения. Добавленные в вино компоненты обнаружены в количествах, на 6 % менее ожидаемых значений.

Линейность. Линейная корреляция получена в диапазоне концентраций от 0,05 до 20 мг/дм³.

Предел обнаружения. Для большинства производных дикарбонильных компонентов предел обнаружения составил 0,05 мг/дм³.

Т а б л и ц а 39 — Масс-спектры производных дикарбонильных соединений с 2,3-диаминобензолом (указаны значения m/z ионов и их интенсивность относительно пика с максимальной интенсивностью)

Дикарбонильное соединение	Производное	Масс-спектр (основные ионы и их интенсивность)
Глиоксаль	Хиноксалин	130 (100), 103 (56,2), 76 (46,8), 50 (20,2), 75 (10,4), 131 (9,4)
Метилглиоксаль	2-метилхиноксалин	144 (100), 117 (77,8), 76 (40,5), 77 (23,3), 50 (21,9), 75 (11,3), 145 (10,3)
Диацетил	2,3-диметилхиноксалин	117 (100), 158 (75,6), 76 (32,3), 77 (23,1), 50 (18,3), 75 (10,4)
Пентан-2,3-дион	2-этил-3-метилхиноксалин	171 (100), 172 (98), 130 (34,1), 75 (33,3), 77 (21), 50 (19,4), 144 (19), 143 (14,1), 103 (14)
Гексан-2,3-дион	2,3-диэтилхиноксалин	158 (100), 171 (20,1), 76 (13,7), 77 (12,8), 159 (11,4), 157 (10,8), 50 (8,1)



1 — глиоксаль; 2 — метилглиоксаль; 3 — 0 диацетил; 4 — пентан-2,3-дион,
5 — гексан-2,3-дион (внутренний стандарт)

Примечания

- 1 Колонка: ВР 21 длиной 50 м, внутренним диаметром 0,32 мм, толщиной слоя фазы 0,25 мкм.
- 2 Температурная программа: 60 °С в течение 1 мин, затем повышение до 220 °С со скоростью 2 °С/мин. Температура инжектора — 250 °С.

Рисунок 10 — Хроматограмма 1,2-диаминофенольных производных дикарбонильных компонентов вина, полученная с масс-спектрометрическим детектированием в режиме мониторинга ионов с m/z 76, 77, 103, 117, 130, 131, 144, 158, 160 и 171

5.1.14 Метод анализа α -дикарбонильных соединений в алкогольных напитках виноградно-го происхождения с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с дериватизацией с 1,2-диаминобензолом

5.1.14.1 Основными α -дикарбонильными соединениями, содержащимися в спиртах виноградно-го происхождения (винных спиртах), являются глиоксаль, метилглиоксаль, диацетил и пентан-2,3-дион.

- глиоксаль — OCH-CHO (этандиаль);
- метилглиоксаль — $\text{CH}_3\text{-CO-CHO}$ (2-оксoproпаналь);
- диацетил — $\text{CH}_3\text{-CO-CO-CH}_3$ (бутан-2,3-дион);
- пентан-2,3-дион — $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-CO-CH}_3$;
- гексан-2,3-дион — $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CO-CO-CH}_3$.

Дикарбонильные соединения оказывают влияние на органолептические свойства винодельческой продукции, поэтому их исследование имеет большое значение для идентификации продуктов. Настоящий метод распространяется на спиртные напитки виноградно-го происхождения с содержанием карбонильных компонентов от 0,05 до 20 мг/дм³.

5.1.14.2 Сущность метода

Метод основан на образовании из α -дикарбонильных компонентов хиноксалиновых производных с 1,2-диаминобензолом (см. рисунок 11).




Рисунок 11 — Образование производных дикарбонильных соединений

Реакция протекает в спиртном напитке, разбавленном четыре раза, при pH 8 в течение 3 ч при температуре 60 °С. Далее анализ производных проводят методом ВЭЖХ со спектрофотометрическим детектированием при длине волны 313 нм.

5.1.14.3 Реактивы

а) Дикарбонильные соединения:

- глиоксаль (CAS № 107-22-3), раствор массовой долей 40 %;
- метилглиоксаль (CAS № 78-98-8), раствор массовой долей 40 %;
- диацетил (CAS № 431-03-8) чистотой более 99 %;
- пентан-2,3-дион (CAS № 600-14-6) чистотой более 97 %;
- гексан-2,3-дион (CAS № 3848-24-6) чистотой более 90 %.

б) Реактивы для аналитического исследования:

- 1,2-диаминобензол (CAS № 95-54-5) порошкообразный чистотой более 97 %;
- вода для ВЭЖХ (в соответствии с ГОСТ Р 52501);
- этанол (CAS № 64-17-5), чистый для ВЭЖХ;
- гидроксид натрия (CAS № 1310-73-2) раствор концентрации 0,1 моль/дм³;
- кислота уксусная (CAS № 64-19-7) ледяная;
- подвижная фаза А для анализа ВЭЖХ (к 1 дм³ воды для ВЭЖХ добавляют 0,5 см³ уксусной кислоты, перемешивают, дегазируют, например с помощью ультразвука);
- подвижная фаза В для анализа ВЭЖХ (метанол CAS № 67-56-1) чистотой, пригодной для ВЭЖХ;
- водно-спиртовой раствор с объемной долей этанола 50 % (смешивают 50 см³ чистого этанола для ВЭЖХ с 50 см³ воды для ВЭЖХ);
- раствор внутреннего стандарта гексан-2,3-диона 2,0 г/дм³ (40 мг гексан-2,3-диона помещают в колбу вместимостью 30 см³ и растворяют в 20 см³ водного раствора этанола объемной долей 50 %, перемешивают до полного растворения).

5.1.14.4 Аппаратура

Обычная лабораторная аппаратура, в том числе:

- высокоэффективный жидкостный хроматограф со спектрофотометрическим детектором, позволяющим проводить измерения при длине волны 313 нм;
- аналитическая колонка, заполненная силикагелем с привитыми октадецильными группами размером частиц 5 мкм, длиной 250 мм, внутренним диаметром 4,6 мм (размеры даны в качестве примера);
- устройство сбора данных (компьютер с программным обеспечением для регистрации и обработки хроматографических данных);
- pH-метр;
- магнитная мешалка;
- весы аналитические с точностью взвешивания до 0,1 мг;
- устройство для дегазации подвижной фазы для ВЭЖХ (например, ультразвуковая баня);
- воздушный термостат, пригодный для поддержания температуры 60 °С;
- стандартное лабораторное оборудование из стекла, включая пипетки, колбы с винтовой крышкой вместимостью 30 см³ и микрошприцы.

5.1.14.5 Подготовка пробы

Исходный образец спиртного напитка разбавляют водой для ВЭЖХ четыре раза.

5.1.14.6 Проведение исследования

Помещают 10 см³ спиртного напитка, разбавленного четыре раза (см. 5.1.14.5), в колбу вместимостью 30 см³. Значение pH раствора в колбе доводят до 8,0 добавлением раствора гидроксида натрия концентрации 0,1 моль/дм³ при перемешивании. Добавляют 5 мг раствора 1,2-диаминобензола. Добавляют 10 мм³ гексан-2,3-диона (внутренний стандарт) концентрации 2,0 г/дм³. Закрывают колбу винтовой крышкой с тефлоновой прокладкой. Перемешивают на магнитной мешалке до полного растворения реагентов. Колбу помещают в воздушный термостат при температуре 60 °С на 3 ч, после чего колбу охлаждают до комнатной температуры.

а) Параметры хроматографического анализа

Параметры инъекции. Исследуемый раствор, содержащий хиноксалины (см. 5.1.14.6), после охлаждения инжектируют в систему для ВЭЖХ при объеме инъекции 20 мм³.

Программа элюирования. В таблице 40 приведен пример программы элюирования, обеспечивающей хроматографическое разделение.

Таблица 40 — Пример программы элюирования при анализе ВЭЖХ

Время, мин	Подвижная фаза А	Подвижная фаза В
0	80	20
8	50	50
26	25	75
30	0	100
32	0	100
40	100	0
45	80	20
50	80	20

Примечание — Скорость подачи подвижной фазы — 0,6 мл/мин.

Хроматографическое разделение. Типичная хроматограмма анализа ВЭЖХ настоящим методом приведена на рисунке 12.

Детектирование. Для производных всех дикарбонильных соединений установлены максимумы спектрального поглощения и найдена оптимальная длина волны 313 нм.

Идентификация пиков производных. Идентификацию пиков производных проводят путем сопоставления с временами удерживания пиков на хроматограммах стандартных растворов. Приведенные параметры хроматографического анализа обеспечивают удовлетворительное разделение пиков при анализе любой винодельческой продукции.




Рисунок 12 — Хроматограмма 1,2-диаминофенольных производных дикарбонильных компонентов вина, полученная при спектрофотометрическом детектировании при длине волны 313 нм, колонка¹⁾ длиной 250 мм, внутренним диаметром 4,6 мм, размером частиц сорбента 5 мкм

5.1.14.7 Характеристики точности метода

Метод прошел внутривлабораторную валидацию, не являющуюся формальной валидацией в соответствии с протоколом, регулирующим планирование, проведение и интерпретацию исследований эффективности методов анализа.

Линейность. Линейность метода испытана с использованием стандартных растворов (в качестве матрицы применен водно-спиртовой раствор с объемной долей спирта 12 %) (см. таблицу 41). Количественное определение добавленных дикарбонильных компонентов показало, что метод обеспечивает линейность для всех четырех компонентов с полнотой обнаружения в диапазоне от 92 % до 117 %.

Т а б л и ц а 41 — Коэффициенты корреляции, полученные при проверке линейности метода и полноты обнаружения с использованием стандартных растворов (водно-спиртовые растворы объемной долей этанола 12 %)

Глюкоаль	Метилгликоаль	Дицетил	Пентан-2,3-дион
0,992	0,997	0,999	0,999

¹⁾ Например, Spherisorb ODS. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.




Предел количественного определения. Для всех дикарбонильных компонентов предел количественного определения очень низкий, при этом наилучшие результаты получены для диацетила, предел обнаружения которого в 10 раз меньше, чем для остальных компонентов (см. таблицу 42).

Таблица 42 — Параметры эффективности метода ВЭЖХ для количественного определения дикарбонильных компонентов

Компонент	Предел обнаружения, мг/дм ^{3а}	Предел определения, мг/дм ^{3а}	Предел количественного определения, мг/дм ^{3а}
Глиоксаль	0,015	0,020	0,028
Метилглиоксаль	0,015	0,020	0,027
Диацетил	0,002	0,002	0,003
Пентан-2,3-дион	0,003	0,004	0,006
^а Результаты, мг/дм ³ , для водно-спиртового раствора объемной долей спирта 10 %.			

5.1.15 Метод определения распределения изотопов водорода — дейтерия в этаноле, полученном брожением виноградного сусла, концентрированного виноградного сусла, виноградного сахара, ректифицированного виноградного сусла, и в этаноле вина с помощью ядерного магнитного резонанса

5.1.15.1 Изотоп водорода дейтерий, содержащийся в углеводах (сахарах) и воде виноградного сусла, перераспределяется после брожения в молекулах I, II, III и IV этанола и воды вина.



5.1.15.2 Настоящий метод предназначен для измерения отношения изотопов водорода — дейтерия (D/H) в этаноле вина и этаноле, полученном брожением продуктов переработки винограда (сусло, концентрированное сусло, ректифицированное концентрированное сусло).

5.1.15.3 Сокращения

$(\text{D}/\text{H})_I$ — отношение изотопов водорода, ассоциированное с молекулой I¹⁾.

$(\text{D}/\text{H})_{II}$ — отношение изотопов водорода, ассоциированное с молекулой II²⁾.

$(\text{D}/\text{H})_W$ — отношение изотопов водорода в воде вина (или в сброженных продуктах переработки винограда).

$R = 2(\text{D}/\text{H})_{II}/(\text{D}/\text{H})_I$, показатель R характеризует относительное распределение дейтерия в молекулах I и II, значение R получают прямым измерением интенсивности сигналов h (высота пиков) и равен соответственно $R = 3h_{II}/h_I$.

5.1.15.4 Сущность метода

Показатели R , $(\text{D}/\text{H})_I$ и $(\text{D}/\text{H})_{II}$, приведенные выше, исследуют методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) дейтерия в этаноле, выделенном из вина или из продуктов брожения сусла, концентрированного сусла или виноградного сахара (ректификованного концентрированного сусла), полученных в заданных условиях.

5.1.15.5 Реактивы и материалы

а) Реактивы:

1) реактивы для определения содержания воды по методу Карла Фишера (в случае применения этого метода для измерения доли спирта в дистилляте);

2) гексафторбензол (C_6F_6), используемый для стабилизации магнитного поля (lock substance);

3) трифторуксусная кислота (TFA, CAS 76-05-1) или альтернативный реактив — трифторуксусный ангидрид (TFAA, CAS 407-25-0).

б) Стандартные образцы:

¹⁾ Структурный элемент молекулы этанола — метильная группа.

²⁾ Структурный элемент молекулы этанола — метиленовая группа.

- 1) запаянная стеклянная ЯМР ампула¹⁾ для проверки калибровки оборудования;
 2) стандартный образец N,N-тетраметилмочевины (TMU) с калиброванным значением отношения изотопов водорода (D/H);
 3) другие стандартные образцы²⁾ типа CRM для проверки дистилляции и подготовки проб (согласно таблице 43).

Таблица 43

Стандартный образец (тип CRM)	Состав стандартного образца	Параметр	Сертифицированное значение	Неопределенность (погрешность)
CRM-656	Этанол из вина, 96 % об.	—	—	—
		t^D (этанол), % мас.	94,61	0,05
		$\delta^{13}C$ (этанол), ‰ VPDB	-26,91	0,07
		$(D/H)_I$ (этанол), ppm	102,84	0,20
		$(D/H)_{II}$ (этанол), ppm	132,07	0,30
		R (этанол)	2,57	0,005
CRM-660	Водный раствор этанола, 12 % об.	—	—	—
		t^D (этанол), % об.	11,96	0,06
		$\delta^{13}C$ (этанол), ‰ VPDB	-26,72	0,09
		$(D/H)_I$ (этанол), ppm	102,90	0,16
		$(D/H)_{II}$ (этанол), ppm	131,95	0,23
		R (этанол)	2,567	0,005
		$(D/H)_W$ (вода), ppm	148,68	0,14

в) Аппаратура

1) ЯМР-спектрометр, оснащенный специальным «дейтерным» датчиком, настроенным на характерную частоту ν_0 поля B_0 (например, для $B_0 = 7,05T$, $\nu_0 = 46,05$ МГц, для $B_0 = 9,4T$, $\nu_0 = 61,4$ МГц), а также обладающий каналом с развязкой от протонов (B_2) и каналом стабилизации частоты поля (lock) на частоте фтора. Дополнительно ЯМР-спектрометр может быть оснащен автоматической системой смены проб и программным обеспечением для оценки спектров и обработки результатов измерений. Настройка и характеристики ЯМР-спектрометра могут быть проверены использованием сертифицированного стандартного образца — запаянной стеклянной ампулы [см. 5.1.15.56)1)].

2) Стеклянная ЯМР-ампула диаметром 10 мм.

3) Дистилляционная установка.

Примечание — Допускается использовать любой способ выделения этанола из исследуемого образца при условии, что этанол получают из вина без изотопного фракционирования (изменения изотопного состава).

¹⁾ Например, типа CRM-123. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования других ампул с аналогичными характеристиками.

²⁾ Например, типа CRM. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования других стандартных образцов с аналогичными характеристиками.

На рисунке 13 представлен пример дистилляционной системы на основе колонны Кадио, которая позволяет в ручном режиме выделить из образца этанол с выходом от 96 % до 98 % без изменения его изотопного состава. При этом доля этанола в получаемом дистилляте составляет от 92 % мас. до 93 % мас. (95 % об.). Подобная система состоит:


- из электрического нагревателя с регулятором напряжения;
- круглодонной колбы вместимостью 1 дм³ со шлифовым соединением;
- дистилляционной колонны Кадио с размещенной внутри вращающейся лентой из тефлона;
- конических колб со шлифовыми соединениями для сбора дистиллята.

Проверку соответствия дистилляционной системы требованиям по выходу этанола и точности изотопных измерений проводят периодически, например путем использования для дистилляции и измерения стандартного образца CRM-660 (см. таблицу 43).

4) Для проведения исследований требуется следующее оборудование общелабораторного назначения и расходные материалы:

- микродозаторы с соответствующими наконечниками;
- весы с точностью взвешивания 0,1 мг или лучше;
- весы с точностью взвешивания 0,1 г или лучше;
- одноразовые шприцы для жидкостей;
- точно градуированные мерные цилиндры вместимостью 50, 100, 250 см³ и др.;
- флаконы с герметичной укупоркой с инертной мембраной (для хранения аликвот вина, дистиллятов и остатков до их измерения);
- оборудование и расходные материалы из описаний других методов, ссылки на которые приведены в настоящем методе.

Вышеперечисленное оборудование и расходные материалы являются примерами. В исследовании допускается использовать другое оборудование с эквивалентными характеристиками.



1 — мотор; 2 — герметичное соединение; 3 — термометр; 4 — колонна; 5 — пробка; 6 — атмосфера; 7 — зонд; 8 — колба

Рисунок 13 — Дистилляционная система для выделения этанола

5.1.15.6 Отбор и подготовка проб

а) Если отсутствуют сведения о доле этанола в образце вина или сброженного продукта (t_v), их исследуют пригодным для этой цели методом. Доля этанола должна быть определена с точностью, близкой к 0,05 % об.

б) Выделение этанола

Мерным цилиндром соответствующей вместимости отбирают необходимый объем V , см³, пробы от образца вина или сброженного продукта и переносят его в круглодонную колбу дистилляционной системы. К системе присоединяют коническую колбу для сбора дистиллята. Включают нагреватель и доводят продукт до дистилляции, поддерживая постоянное количество флегмы, образующейся на уровне конденсатора. Сбор дистиллята начинают при достижении стабильной температуры паров, типичной азеотропной смеси этанола и воды (78 °С). Сбор дистиллята останавливают при повышении температуры. Сбор дистиллята следует продолжать до полного выделения азеотропной смеси этанола и воды из образца.

В случае использования дистилляционной колонны Кадио (см. рисунок 13) операции по выделению этанола могут быть осуществлены следующим образом:

- начинают собирать кипящую фракцию, соответствующую азеотропной смеси этанола и воды, при повышении температуры;

- затем прерывают сбор на 5 мин;

- после снижения температуры до 78 °С возобновляют сбор дистиллята до следующего повышения температуры паров;

- указанные операции повторяют до тех пор, пока температура после последнего прекращения сбора дистиллята не будет снижаться до 78 °С.

В качестве альтернативного варианта могут быть использованы дистилляционные системы, которые имеются в продаже и соответствуют требованиям настоящего метода.

После завершения дистилляции взвешиванием определяют вес дистиллята m^D с точностью более 0,1 г.

Для предотвращения изотопного фракционирования дистиллят необходимо хранить в герметично закупоренном флаконе, избегая любого испарения, до последующего определения в нем крепости [см. 5.1.15.6в)] и подготовки зонда для ЯМР [см. 5.1.15.7.1а)]. Во флаконе оставляют аликвоту (несколько миллилитров) дистиллята для хранения на случай определения отношения изотопов, характеризующего показателем $(\delta^{13}C)_{\text{‰}}$.

в) Определение крепости дистиллята

Долю этанола, % мас., в дистилляте определяют с точностью более 0,1 %. Содержание воды в дистилляте (ρ' , г) может быть исследовано методом Карла Фишера, используя для этого 0,5 см³ пробы массой ρ , г.

Долю этанола дистиллята $\xi_{\text{э}}^D$ % мас., вычисляют по формуле

$$\xi_{\text{э}}^D = 100 \cdot \frac{1 - \rho'}{\rho} \quad (11)$$

где ρ' — содержание воды в дистилляте, г;

ρ — вес 0,5 см³ дистиллята, г.

В качестве альтернативного метода для определения доли этанола может быть использовано измерение плотности дистиллята, например с помощью электронного денситометра.

г) Выход этанола после дистилляции

Выход этанола, %, после дистилляции вычисляют по формуле

$$\text{Выход этанола} = \frac{100 \cdot \xi_{\text{э}}^D \cdot m^D}{V \cdot t_v} \quad (12)$$

где $\xi_{\text{э}}^D$ — доля этанола (крепость) в дистилляте, % мас.;

m^D — вес дистиллята, г;

V — объем исходной пробы, использованный для дистилляции, см³;

t_v — доля этанола в образце вина или сброженного продукта переработки винограда, % об.

С учетом уровней неопределенности для каждой составляющей по формуле (12), в особенности для показателя t_v , точность определения выхода этанола после дистилляции составит $\pm 0,5$ % (в случае вина с долей этанола 10 % об.).

При использовании дистилляционной колонны Кадио для выхода этанола выше чем 96 % существенное изотопное фракционирование в дистилляте отсутствует. В любом случае оператор может использовать для дистилляции достаточный объем исходного вина (V , см³)¹⁾ или сброженного продукта переработки винограда для обеспечения достаточного выхода этанола. Типичными объемами для вина или сброженных продуктов для дистилляции с использованием колонны Кадио являются 750, 500, 400 и 300 см³ ($t_v = 4, 6, 8$ и 10 % об. соответственно). Эти объемы достаточны для обеспечения выхода этанола не менее 96 %.

д) Брожение сусла, концентрированного сусла и ректификованного концентрированного сусла

Перед использованием дрожжи могут быть активированы в небольшом объеме сусла. Емкость для брожения должна быть оснащена клапаном, исключающим проникновение воздуха и потери этанола.

¹⁾ Практика применения настоящего метода показывает, что объем V должен составлять не менее 300 см³.

1) Сусло

В емкость для брожения вносят 1 дм³ сусла, в котором предварительно определена концентрация сбраживаемых сахаров. К суслу добавляют 1 г сухих или заранее активированных дрожжей. Емкость закрывают и обеспечивают ее герметичность от проникновения воздуха извне. Проводят полное сбраживание сахаров. Полученный сброженный продукт используют для выделения этанола путем дистилляции, варианты которой представлены в 5.1.15.6а)—5.1.15.6г).

Примечание — Сусло, консервированное с помощью диоксида серы, подвергают десульфитации барботированием сусла азотом в водяной бане при температуре от 70 °С до 80 °С с возвратом и улавливанием флегмы для предотвращения изотопного фракционирования в результате испарения воды. Диоксид серы можно удалить альтернативным способом путем добавления в сусло небольшого количества перекиси (H₂O₂).

2) Концентрированное сусло

В емкость для брожения вносят V, см³, концентрированного сусла с установленным количеством сбраживаемых сахаров (примерно 170 г). Объем содержимого в емкости доводят добавлением воды, см³, до 1 дм³ (1000 – V). К содержимому добавляют 1 г сухих дрожжей и 3 г азотсодержащей подкормки без аминокислот¹⁾. Содержимое гомогенизируют, далее ведут процесс согласно 5.1.15.6д)1).

3) Виноградный сахар (ректификованное концентрированное сусло)

Процесс брожения ведут согласно 5.1.15.6д)2), добавляя к ректификованному концентрированному суслу воду (1000 – V) для повышения объема содержимого до 1 дм³. Объем воды, используемый для корректировки объема, должен содержать 3 г винной кислоты.

Примечание — Концентрированное сусло и ректификованное концентрированное сусло разбавляют имеющейся в распоряжении водой, значения показателей (D/H)_I и (D/H)_{II}, которые исследуют в этаноле, должны быть нормализованы так, как это было бы при использовании при брожении воды с концентрацией дейтерия, соответствующей международному стандартному образцу воды V-SMOW (155,76 ppm). Нормализованное значение (D/H)_I, ppm, вычисляют по формулам:

$$(D/H)_I^{\text{Norm. V-SMOW}} = (D/H)_I - 0,18 \cdot [(D/H)_W^{\delta} - 155,76] \quad (13)$$

где (D/H)_I — значение до нормализации, ppm;

(D/H)_W^δ — отношение изотопов водорода — дейтерия в воде разбавленного сусла, ppm [определяют по формуле (15) — Крейга «Global Meteoric Water Line», 1961 г.];

$$(D/H)_{II}^{\text{Norm. V-SMOW}} = (D/H)_{II} - 0,18 \cdot [(D/H)_W^{\delta} - 155,76] \quad (14)$$

где (D/H)_{II} — значение до нормализации, ppm;

(D/H)_W^δ — отношение изотопов водорода — дейтерия в воде разбавленного сусла, ppm [определяют по формуле (15) — Крейга «Global Meteoric Water Line», 1961 г.];

$$(D/H)_W^{\delta} = 155,76 \cdot \left(\frac{8 \cdot \delta^{18}\text{O} + 10}{1000} + 1 \right) \quad (15)$$

где δ¹⁸O — изотопный состав кислорода в воде разбавленного сусла, определенный методом масс-спектрометрии отношений изотопов в воде вин и сусл, ‰ (см. 5.1.8).

От каждой пробы сусла, сульфитированного сусла, концентрированного сусла или ректификованного концентрированного сусла сохраняют 50 см³ для возможного выделения воды и определения в ней изотопного состава водорода, характеризуемого показателем (D/H)_W^δ.

5.1.15.7 Проведение исследования

5.1.15.7.1 Подготовка пробы этанола для ЯМР-измерения

а) Подготовка ЯМР-ампулы диаметром 10 мм:

- в предварительно взвешенный флакон вносят 3,2 см³ дистиллята по 5.1.15.6б);
- флакон с дистиллятом взвешивают с точностью 0,1 мг (m_A);

¹⁾ Например, Bacto Yeast Nitrogen Base. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

- отбирают $1,3 \text{ см}^3$ стандартного образца TMU [см. 5.1.15.5б)2]] и взвешивают его с точностью $0,1 \text{ мг}$ ($m_{\text{СТ}}$).

В зависимости от типа ЯМР-спектрометра и используемого датчика в пробу вносят достаточное количество гексафторбензола [см. 5.1.15.5а)2]] в качестве вещества стабилизатора частоты поля (lock):

Спектрометр	Датчик диаметром 10 мм
7,05Т	вносят 150 мм^3 гексафторбензола
9,4Т	вносят 35 мм^3 гексафторбензола

Указанные количества являются примерами. Актуальный объем выбирают в зависимости от чувствительности ЯМР-спектрометра. Во время подготовки пробы и ЯМР-измерения оператор должен избегать испарения этанола и стандартного образца TMU, т. к. это может вызвать изотопное фракционирование, ошибки в весе дистиллята (m_A) и стандартного образца ($m_{\text{СТ}}$), что в свою очередь может привести к ошибочным результатам ЯМР-измерения. Контроль процессов подготовки пробы и ее измерения может быть проведен с использованием стандартного образца CRM-656.

Примечание — В состав гексафторбензола может быть введена трифторуксусная кислота в количестве 10 % об. [см. 5.1.15.5а)3]] для катализа быстрого водородного обмена по гидроксильным связям, который регистрируется в отдельном ЯМР-пике для сигналов гидроксильной группы и воды.

б) Регистрация ^2H -ЯМР-спектров этанола

Однородность магнитного поля B_0 в пробе обеспечивается посредством т. н. шиммирования, которое усиливает ^{19}F -ЯМР-стабилизирующий сигнал, наблюдаемый по гексафторбензолу. Современные ЯМР-спектрометры реализуют эту процедуру в автоматическом режиме, что обеспечивает начальную настройку, близкую к оптимальной однородности магнитного поля для заданных проб, например для серии проб этанола, подготовленной согласно условиям в 5.1.15.7а). Эффективность этой процедуры может быть проверена через разрешающую способность, измеренную в спектре, полученном без экспоненциального увеличения (например, $LB = 0$, см. рисунок 15) и выраженном как ширина пиков на полувысоте сигналов метильной, метиленовой групп этанола и метильной группы TMU, которая должна быть менее $0,5 \text{ Гц}$ в наиболее благоприятных условиях. Чувствительность, измеренная с экспоненциальным фактором $LB = 2$ (см. рисунок 15), должна быть более или равна 150 для сигнала метильной группы этанола, который имеет чистоту в 95 % об. (93,5 % мас.).

в) Проверка настройки оборудования

Проверку однородности поля и чувствительности проводят согласно инструкциям изготовителя оборудования. Для проверки используют запаянные стандартные образцы CRM-123 типов H (high), M (medium), L (low). Следуя процедуре, описанной в 5.1.15.7г), проводят измерение этих спиртов, обозначая их как « H_{meas} », « M_{meas} », « L_{meas} ». Результаты измерения сравнивают с паспортными значениями « H_{st} », « M_{st} » и « L_{st} ». Типичные значения для стандартного отклонения результатов серии измерений из 10 повторностей составляют 0,01 для показателя R , 0,05 ppm для показателя $(D/H)_i$ и 1 ppm для показателя $(D/H)_{ii}$.

Средние значения, полученные для разных изотопных показателей [R , $(D/H)_i$ и $(D/H)_{ii}$] должны коррелировать с соответствующим стандартным отклонением для каждого показателя стандартного образца CRM-123. В противном случае проверку настроек оборудования повторяют.

г) Условия для измерения ЯМР-спектров

Вносят пробу этанола, подготовленную по 7.1, в стеклянную ЯМР-ампулу диаметром 10 мм [см. 5.1.15.5в)] и вводят ее в датчик.

Предлагаемые условия для измерения ЯМР-спектров представлены в нижеприведенном перечислении:

- устанавливают постоянную температуру датчика с точностью более $\pm 0,5 \text{ К}$, в диапазоне от 302 К до 306 К в зависимости от мощности нагрева, генерируемой в результате развязки;
- время измерения составляет как минимум 6,8 с для спектральной широты 1200 Гц (память 16 К), например примерно 20 ppm при 61,4 МГц или 27 ppm при 46,1 МГц;
- импульс 90° ;
- параболическое детектирование: значение офсет 01 фиксируют между сигналами гидроксильной (OD) и метиленовой (CHD) групп для этанола и между сигналами воды (HOD) и стандартного образца TMU;
- определяют значение офсет 02 развязки из протонного спектра, измеренного на канале развязки (датчика) на одной и той же пробе. Положительная развязка достигается в том случае, если значение 02 локализовано в центре частотного интервала, существующего между метильной CH_3 - и метилено-

вой CH_2 -группами. Для обеспечения гомогенной развязки необходимо использовать широкополосный режим или составные последовательности импульсов.

Для каждого спектра проводят ряд измерений для аккумулярования (NS) сигнала, достаточного для получения отношения «сигнал/шум», характеризуемого как чувствительность в 5.1.15.7б), и повторяют определенное количество раз (NE) этот набор аккумулярующих измерений. Значения NS -сигналов зависят от типа спектрометра и используемого датчика. Примеры для возможного выбора приведены ниже:

Спектрометр	Датчик 10 мм
7,05Т	$NS = 304$
9,4Т	$NS = 200$

Количество повторов NE должно быть статистически значимым и достаточным для обеспечения характеристик точности метода, представленных в 5.1.15.9.

При исследовании двух проб, подготовленных согласно условиям, указанным в 5.1.15.7а), для каждой пробы могут быть зарегистрированы пять ЯМР-спектров ($NE = 5$). За окончательный результат для каждого изотопного показателя принимают среднее арифметическое значение для двух ЯМР-проб. В этом случае критериями приемлемости для подтверждения результатов исследования, полученных на этих двух пробах, будут являться следующие:

$$| \text{Mes1 (D/H)}_I - \text{Mes2 (D/H)}_I | < 0,05 \text{ ppm},$$

где Mes1 (D/H)_I и Mes2 (D/H)_I — измеренные значения для показателя $(\text{D/H})_I$ — метильная группа молекулы этанола;

$$| \text{Mes1 (D/H)}_{II} - \text{Mes2 (D/H)}_{II} | < 0,08 \text{ ppm},$$

где Mes1 (D/H)_{II} и Mes2 (D/H)_{II} — измеренные значения для показателя $(\text{D/H})_{II}$ — метиленовая группа молекулы этанола.

5.1.15.8 Расчет и выражение результатов

Для каждого спектра NE (см. ЯМР-спектр этанола на рисунке 14) вычисляют значения изотопного показателя R по формуле

$$R = 3 \cdot \frac{h_{II}}{h_I}, \quad (16)$$

где h_{II} — высота пика для сигнала II — метиленовая группа молекулы этанола ($\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$);

h_I — высота пика сигнала I — метильная группа молекулы этанола ($\text{CH}_3\text{DCH}_2\text{OH}$).

Изотопный состав водорода в метильной группе молекул этанола $(\text{D/H})_I$, ppm, вычисляют по формуле

$$(\text{D/H})_I = 1,5888 \cdot T_1 \cdot \frac{m_{\text{СТ}}}{m_A} \cdot \frac{(\text{D/H})_{\text{СТ}}}{\xi_{\text{Э}}^{\text{D}}}, \quad (17)$$

где T_1 — корректирующий фактор — отношение высоты пика сигнала I — метильная группа молекулы этанола ($\text{CH}_3\text{DCH}_2\text{OH}$) к высоте пика сигнала внутреннего стандартного образца (TMU);

$m_{\text{СТ}}$ — вес 1,3 см³ внутреннего стандартного образца [см. 5.1.15.7а)], г;

m_A — вес 3,2 см³ дистиллята [см. 5.1.15.7а)], г;

$(\text{D/H})_{\text{СТ}}$ — паспортное значение изотопного состава водорода во внутреннем стандартном образце (TMU), ppm;

$\xi_{\text{Э}}^{\text{D}}$ — доля этанола в дистилляте, % мас.

Изотопный состав водорода в метильной группе молекул этанола $(\text{D/H})_{II}$, ppm, вычисляют по формуле

$$(\text{D/H})_{II} = 2,3729 \cdot T_2 \cdot \frac{m_{\text{СТ}}}{m_A} \cdot \frac{(\text{D/H})_{\text{СТ}}}{\xi_{\text{Э}}^{\text{D}}}, \quad (18)$$

- где T_{II} — корректирующий фактор — отношение высоты пика сигнала II — метиленовая группа молекулы этанола (CH_2CHDOH) к высоте пика сигнала внутреннего стандартного образца (TMU);
- m_{ST} — вес 1,3 мл внутреннего стандартного образца [см. 5.1.15.7а)], г;
- m_A — вес 3,2 мл дистиллята [см. 5.1.15.7а)], г;
- $(D/H)_{ST}$ — паспортное значение изотопного состава водорода во внутреннем стандартном образце (TMU), ppm;
- ζ_m^D — доля этанола в дистилляте, % мас.




Рисунок 14 — ^2H -ЯМР-Спектр этанола, выделенного из вина, с внутренним стандартным образцом (TMU: N,N-тетраметилмочевина)




Рисунок 15 — ^2H -ЯМР-Спектр этанола, зарегистрированный в тех же условиях, что и спектр на рисунке 14, но без применения экспоненциального увеличения ($LB = 0$)

Использование в расчете высоты пиков вместо площади пиков, что является менее точным, предполагает, что ширина пика на половине его высоты является идентичным значением и, если применимо, разумной аппроксимацией (см. рисунок 15).

Для каждого изотопного показателя вычисляют среднее значение и доверительный интервал для всего количества повторных регистраций спектра для заданной пробы. В исследовании может быть использовано соответствующее программное обеспечение, которое позволяет провести расчет результатов в оперативном режиме.

5.1.15.9 Характеристики точности метода (прецизионность)

Характеристики повторяемости и воспроизводимости метода SNIF-NMR исследованы в рамках межлабораторного эксперимента на фруктовых соках. Однако в этом эксперименте рассматривался только показатель изотопного состава водорода в метильной группе молекулы этанола (D/H)_I. В случае данных по вину, которые получены в рамках собственных исследований в нескольких лабораториях, результаты, лежащие в основе значений для стандартного отклонения повторяемости и предела повторяемости, представлены в 5.1.15.10. Результаты теста на компетентность, приведенные в 5.1.15.11, могут быть использованы для расчета стандартного отклонения воспроизводимости и предела воспроизводимости для исследования вина.

Все данные о характеристиках точности метода могут быть обобщены. (см. таблицу 44)

Таблица 44

Наименование показателя	(D/H) _I	(D/H) _{II}	R
Стандартное отклонение повторяемости S_r	0,26	0,30	0,005
Предел повторяемости r	0,72	0,84	0,015
Стандартное отклонение воспроизводимости S_R	0,35	0,62	0,006
Предел воспроизводимости R	0,99	1,75	0,017

5.1.15.10 Исследование повторяемости в межлабораторном эксперименте

В ходе межлабораторного эксперимента, проведенного с участием четырех лабораторий, получены данные о повторяемости данного метода (метод SNIF-NMR). Исследование проведено с применением для каждой пробы двух дистилляций и измерений 10, 9 или 15 разных образцов вина в лабораториях № 1, 2 и 3 (см. таблицы 45—47). В качестве альтернативы в лаборатории № 4 в короткий временной интервал выполнены 16 дистилляций одного образца вина с соблюдением условий повторяемости метода (см. таблицу 48).

Таблица 45 — Лаборатория № 1. Результаты исследования 10 образцов вина, проведенного в двух повторениях

Образец	(D/H) _I	(D/H) _{II}	R	$\Delta(D/H)_I$	$[\Delta(D/H)_I]^2$	(D/H) _{II}	$[(D/H)_I]^2$	ΔR	$[\Delta R]^2$
1	103,97	130,11	2,503	0,55	0,302	0,68	0,462	0,000	0,00000
	104,52	130,79	2,503						
2	103,53	130,89	2,529	0,41	0,168	0,32	0,102	0,016	0,00026
	103,94	130,57	2,513						
3	102,72	130,00	2,531	0,32	0,102	0,20	0,040	0,004	0,00002
	103,04	130,20	2,527						
4	105,38	132,39	2,513	0,14	0,020	0,20	0,040	0,000	0,00000
	105,52	132,59	2,513						
5	101,59	127,94	2,519	0,48	0,230	0,20	0,040	0,016	0,00026
	101,11	128,14	2,535						
6	103,23	132,14	2,560	0,30	0,090	0,36	0,130	0,001	0,00000
	102,93	131,78	2,561						
7	103,68	130,95	2,526	0,15	0,023	0,75	0,563	0,011	0,00012
	103,53	130,20	2,515						
8	101,76	128,86	2,533	0,24	0,058	0,42	0,176	0,003	0,00001
	101,52	128,44	2,530						

Окончание таблицы 45

Образец	$(D/H)_1$	$(D/H)_2$	R	$\Delta(D/H)_1$	$[\Delta(D/H)_1]^2$	$(D/H)_2$	$[(D/H)_2]^2$	ΔR	$[\Delta R]^2$
9	103,05	129,59	2,515	0,04	0,002	0,44	0,194	0,007	0,00005
	103,01	129,15	2,508						
10	101,47	132,63	2,614	0,50	0,250	0,18	0,032	0,010	0,00010
	100,97	132,45	2,624						
—	—	—	—	Сумма квадратов:	1,245	—	1,779	—	0,00081
—	—	—	—	S_r	0,25	—	0,30	—	0,006
—	—	—	—	r	0,71	—	0,84	—	0,018

Таблица 46 — Лаборатория № 2. Результаты исследования девяти образцов вина, проведенного в двух повторностях

Образец	$(D/H)_1$	$(D/H)_2$	R	$\Delta(D/H)_1$	$[\Delta(D/H)_1]^2$	$(D/H)_2$	$[(D/H)_2]^2$	ΔR	$[\Delta R]^2$
1	105,02	133,78	2,548	0,26	0,068	0,10	0,010	0,008	0,00007
	104,76	133,88	2,556						
2	102,38	130,00	2,540	0,73	0,533	0,40	0,160	0,010	0,00011
	101,65	129,60	2,550						
3	100,26	126,08	2,515	0,84	0,706	0,64	0,410	0,008	0,00007
	99,42	125,44	2,523						
4	101,17	128,83	2,547	0,51	0,260	0,45	0,203	0,004	0,00002
	100,66	128,38	2,551						
5	101,47	128,78	2,538	0,00	0,000	0,26	0,068	0,005	0,00003
	101,47	128,52	2,533						
6	106,14	134,37	2,532	0,12	0,014	0,04	0,002	0,002	0,00000
	106,26	134,41	2,530						
7	103,62	130,55	2,520	0,05	0,003	0,11	0,012	0,003	0,00001
	103,57	130,66	2,523						
8	103,66	129,88	2,506	0,28	0,078	0,55	0,302	0,004	0,00001
	103,38	129,33	2,502						
9	103,50	129,66	2,506	0,43	0,185	0,22	0,048	0,015	0,00021
	103,93	129,44	2,491						
—	—	—	—	Сумма квадратов:	1,846	—	1,214	—	0,00053
—	—	—	—	S_r	0,32	—	0,26	—	0,005
—	—	—	—	r	0,91	—	0,74	—	0,015

Таблица 47 — Лаборатория № 3. Результаты исследования 14 образцов вина, проведенного в двух повторностях

Образец	$(D/H)_I$	$(D/H)_{II}$	R	$\Delta(D/H)_I$	$[\Delta(D/H)_I]^2$	$(D/H)_{II}$	$[(D/H)_{II}]^2$	ΔR	$[\Delta R]^2$
1	101,63	125,87	2,477	0,06	0,004	0,46	0,212	0,007	0,00005
	101,57	125,41	2,470						
2	99,24	124,41	2,507	0,05	0,002	0,04	0,002	0,001	0,00000
	99,19	124,37	2,508						
3	101,23	125,07	2,471	0,06	0,004	0,16	0,026	0,005	0,00002
	101,17	125,23	2,476						
4	100,71	125,29	2,488	0,07	0,005	1,16	1,346	0,024	0,00058
	100,78	124,13	2,464						
5	99,89	124,02	2,483	0,18	0,032	0,56	0,314	0,007	0,00005
	99,71	123,46	2,476						
6	100,60	124,14	2,468	0,19	0,036	0,66	0,436	0,018	0,00032
	100,41	124,80	2,486						
7	101,47	125,60	2,476	0,23	0,053	0,14	0,020	0,003	0,00001
	101,70	125,74	2,473						
8	102,02	124,00	2,431	0,13	0,017	0,07	0,005	0,005	0,00002
	102,15	123,93	2,426						
9	99,69	124,60	2,500	0,40	0,160	0,53	0,281	0,000	0,00000
	100,09	125,13	2,500						
10	99,17	123,71	2,495	0,30	0,090	0,19	0,036	0,004	0,00002
	99,47	123,90	2,491						
11	100,60	123,89	2,463	0,40	0,160	0,54	0,292	0,001	0,00000
	101,00	124,43	2,464						
12	99,38	124,88	2,513	0,33	0,109	0,55	0,302	0,002	0,00000
	99,05	124,33	2,511						
13	99,51	125,24	2,517	0,44	0,194	0,01	0,000	0,011	0,00012
	99,95	125,25	2,506						
14	101,34	124,68	2,460	0,43	0,185	0,41	0,168	0,002	0,00000
	101,77	125,09	2,458						
—	—	—	—	Сумма квадратов:	1,050	—	3,437	—	0,00120
—	—	—	—	S_r	0,19	—	0,34	—	0,006
—	—	—	—	r	0,53	—	0,96	—	0,018

Таблица 48 — Лаборатория № 4. Результаты исследования одного образца вина в 16 повторностях

Повторность	(D/H) _I	(D/H) _{II}	R
1	101,38	126,87	2,503
2	101,30	126,22	2,492
3	100,98	125,86	2,493
4	100,94	126,00	2,497
5	100,71	125,79	2,498
6	100,95	126,05	2,497
7	101,17	126,30	2,497
8	101,22	126,22	2,494
9	100,99	125,91	2,494
10	101,29	126,24	2,493
11	100,78	126,07	2,502
12	100,65	125,65	2,497
13	101,01	126,17	2,498
14	100,89	126,05	2,499
15	101,66	126,52	2,489
16	100,98	126,11	2,498
Отклонение	0,0703	0,0840	0,00013
S_r	0,27	0,29	0,004
r	0,75	0,82	0,010

Обобщенные данные для стандартного отклонения повторяемости приведены в таблице 49.

Таблица 49

Наименование показателя	(D/H) _I	(D/H) _{II}	R
Стандартное отклонение повторяемости S_r	0,26	0,30	0,005
Предел повторяемости	0,72	0,84	0,015

5.1.15.11 Оценка воспроизводимости по результатам теста на компетентность

С декабря 1994 г. на регулярной основе проводят международные тесты на компетентность по ряду изотопных параметров в вине и других пищевых матрицах. Данные тесты на компетентность обеспечивают возможность для участвующих лабораторий для оценки характеристик и качества своих анализов. Статистическая обработка результатов, полученных на большом количестве образцов на протяжении длительного периода времени, позволяет получить данные о вариабельности значений измерений в условиях воспроизводимости. Это также дает возможность качественно оценить уровень отклонений и предел воспроизводимости метода. Суммированные результаты 40 тестов на компетентность, проведенных лабораториями в период с 1994 по 2010 гг. на разных типах вина (красное, белое, розовое, сухое, сладкое и игристое), представлены в таблице 50.

Таблица 50 — Тест FIT на компетентность лабораторий (суммированные статистические значения, полученные для образцов вина)

Образец	Год	Номер теста	$(D/N)_i$			$(D/N)_c$		
			N	Среднее значение	S_R	N	Среднее значение	S_R
Красное вино	1994	R1	10	102,50	0,362	10	130,72	0,33
Розовое вино	1995	R1	10	102,27	0,333	10	128,61	0,35
Красное вино	1995	R2	11	101,45	0,389	11	127,00	0,55
Красное вино	1996	R1	11	101,57	0,289	11	132,23	0,34
Розовое вино	1996	R2	12	102,81	0,322	12	128,20	0,60
Белое вино	1996	R3	15	103,42	0,362	15	127,97	0,51
Красное вино	1996	R4	15	102,02	0,377	13	131,28	0,30
Розовое вино	1997	R1	16	103,36	0,247	16	126,33	0,44
Белое вино	1997	R2	16	103,42	0,444	15	127,96	0,53
Сладкое белое вино	1997	R2	14	99,16	0,419	15	130,02	0,88
Вино	1997	R3	13	101,87	0,258	15	132,03	0,61
Сладкое вино	1997	R3	12	102,66	0,214	12	128,48	0,48
Розовое вино	1997	R4	16	102,29	0,324	16	129,29	0,63
Сладкое вино	1997	R4	15	102,04	0,269	13	131,27	0,30
Белое вино	1998	R1	16	105,15	0,302	16	127,59	0,59
Сладкое вино	1998	R3	16	102,17	0,326	16	129,60	0,56
Красное вино	1998	R4	17	102,44	0,306	17	131,60	0,47
Белое вино	1999	R1	14	102,93	0,404	13	129,64	0,46
Сладкое вино	2000	R2	15	103,19	0,315	14	129,43	0,60
Вино	2001	R1	12	105,28	0,264	16	131,32	0,68
Сладкое вино	2001	R2	14	101,96	0,249	15	128,99	1,05
Вино	2002	R1	17	101,01	0,365	16	129,02	0,74
Вино	2002	R2	17	101,30	0,531	17	129,28	0,93
Вино	2003	R1	18	100,08	0,335	18	128,98	0,77
Сладкое вино	2003	R2	17	100,51	0,399	18	128,31	0,80
Вино	2004	R1	18	102,88	0,485	19	128,06	0,81
Сладкое вино	2004	R3	16	101,47	0,423	16	130,10	0,71
Вино	2005	R1	19	101,33	0,447	19	129,88	0,76
Сладкое вино	2005	R2	15	102,53	0,395	15	131,36	0,38
Сухое вино	2006	R1	18	101,55	0,348	18	131,30	0,51
Сладкое вино	2006	R2	18	100,31	0,299	18	127,79	0,55
Вино	2007	R1	18	103,36	0,403	18	130,90	0,90
Сладкое вино	2007	R2	19	102,78	0,437	19	130,72	0,55

Окончание таблицы 50

Образец	Год	Номер теста	(D/H) _I			(D/H) _{II}		
			N	Среднее значение	S _R	N	Среднее значение	S _R
Вино	2008	R1	24	103,20	0,261	23	131,29	0,59
Сладкое вино	2008	R2	20	101,79	0,265	19	129,73	0,34
Сухое вино	2009	R1	24	102,96	0,280	23	130,25	0,49
Сладкое вино	2009	R2	21	101,31	0,310	21	127,07	0,50
Сухое вино	2010	R1	21	101,80	0,350	20	129,65	0,40
Игристое вино	2010	R1	11	101,51	0,310	11	129,09	0,68
Сухое вино	2010	R2	20	104,05	0,290	19	133,31	0,58

Для показателей (D/H)_I и (D/H)_{II} обобщенные значения стандартного отклонения воспроизводимости S_R вычисляют по формуле

$$S_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^K (N_i - 1) S_{R_i}^2}{\sum_{i=1}^K (N_i - 1)}} \quad (19)$$

где N_i и S_{R,i} — количество значений и стандартное отклонение воспроизводимости i-го теста;
K — количество тестов.

С учетом определения, данного для показателя внутримолекулярного отношения R, применяя правила для ширины распространения стандартной ошибки и исходя из условия о некорректируемых значениях показателей (D/H)_I и (D/H)_{II} (составляющие ковариантности равны нулю), можно оценить стандартное отклонение воспроизводимости для этого параметра.

Обобщенные данные приведены в таблице 51.




Таблица 51

Наименование показателя	(D/H) _I	(D/H) _{II}	R
Стандартное отклонение воспроизводимости S _R	0,35	0,62	0,006
Предел воспроизводимости R	0,99	1,75	0,01

5.1.16 Метод определения распределения изотопа водорода — дейтерия в этаноле спиртных напитков виноградного происхождения с помощью ядерного магнитного резонанса

5.1.16.1 Сокращения

Изотопы водорода (например, дейтерий) в углеводах (сахарах) и воде, содержащихся в виноградном сусле, перераспределяются после брожения в молекулах I, II, III и IV этанола и воды вина:



Добавление экзогенного сахара (например, шапталлизация) до брожения сусла окажет влияние на распределение дейтерия. Как следует из характеристик натуральных вин из одного и того же региона, обогащение экзогенным сахаром приводит к возникновению следующих изменений в количественных значениях изотопных показателей, приведенных в таблице 52.

Таблица 52

Показатель	$(D/H)_I$	$(D/H)_{II}$	$(D/H)_{Q/W}$	R
Натуральное вино	→	→	→	→
Вино, с добавленным: свекловичным сахаром	↘	↗	↗	↗
тростниковым сахаром	↗	↗	↗	↘
кукурузным сахаром	↗	↗	↗	↘

$(D/H)_I$ — отношение изотопов водорода, ассоциированное с молекулой I.
 $(D/H)_{II}$ — отношение изотопов водорода, ассоциированное с молекулой II.
 $(D/H)_W^Q$ — отношение изотопов водорода в воде вина (или в сброженных продуктах переработки винограда),
 $R = 2(D/H)_{II}/(D/H)_I$, показатель R характеризует относительное распределение дейтерия в молекулах I и II, значения R получают прямым измерением интенсивности сигналов h (высота пиков) и равен соответственно $R = 3h_{II}/h_I$.

Показатель $(D/H)_I$ в основном характеризует ботанический вид растений, которые синтезируют сахар, и в меньшей степени — географическое происхождение (место сбора урожая) и тип воды, использованной в ходе фотосинтеза. Показатель $(D/H)_{II}$ характеризует климатические условия произрастания винограда (тип атмосферных осадков и погоду) и в меньшей степени содержание сахаров в исходном сусле. Показатель $(D/H)_{Q/W}$ характеризует климатические условия места производства и содержание сахара в исходном сусле. Вместе с тем, данный показатель больше не рассматривается, т. к. он не характеризует свойства воды, входящей в состав спиртных напитков.

5.1.16.2 Сущность метода

Значения показателей R , $(D/H)_I$ и $(D/H)_{II}$, приведенных выше, измеряют методом спектроскопии ЯМР ядер дейтерия в этаноле, выделенном из спиртного напитка. Результаты исследования указанных показателей могут быть дополнены масс-спектрометрическим измерением отношения изотопов углерода $^{13}C/^{12}C$ в этаноле.


5.1.16.3 Подготовка проб к анализу

Примечание — Для выделения этанола из спиртного напитка может быть использован любой метод, если он обеспечивает выход этанола от 98,0 % до 98,5 % с долей от 92 % мас. до 93 % мас. (95 % об.).

а) Выделение этанола

1) Аппаратура и реактивы:

- дистилляционная система для выделения этанола (см. рисунок 16), состоящая из электрического нагревателя с регулятором напряжения, круглодонной колбы вместимостью 1 дм³ со шлифовым соединением, дистилляционной колонны Кадио с вращающейся тефлоновой лентой, из конических колб вместимостью 125 см³ со шлифовым соединением, емкостей вместимостью 125 и 60 см³ с пластиковыми пробками;



1 — мотор; 2 — герметичное соединение; 3 — термометр; 4 — колонна; 5 — пробка; 6 — атмосфера; 7 — зонд; 8 — колба

Рисунок 16 — Дистилляционная система для выделения этанола

- реактивы для определения содержания воды в дистилляте по методу Карла Фишера.

2) Процедура

Выделение этанола

В круглодонную колбу вносят от 50 до 300 см³ спиртного напитка (объем зависит от доли этанола в спиртном напитке). Дистилляционная система должна быть настроена на постоянное отношение отбора флегмы 0,9. Для сбора дистиллята к дистилляционной системе присоединяют предварительно калиброванную коническую колбу вместимостью 125 см³. Собирают примерно от 40 до 60 см³ кипящей жидкой фракции в температурном интервале от 78,0 °С до 78,2 °С. Если температура превышает 78,5 °С, сбор дистиллята прерывают на 5 мин. После охлаждения до температуры 78 °С сбор дистиллята возобновляют до повышения температуры 78,5 °С. Эту операцию повторяют до момента сохранения температуры на постоянном уровне, после прекращения сбора дистиллята и операций в закрытой системе. Полная длительность дистилляции составляет примерно 5 ч. Данная процедура позволяет получить от 98 % до 98,5 % этанола от общего содержания спирта, доля которого в дистилляте составит в этом случае от 92 % мас. до 93 % мас. (95 % об.), которая соответствует условиям ЯМР-измерения, описанным в 5.1.16.4. Собранный этанол взвешивают.

Определение крепости дистиллята

Содержание воды в дистилляте (ρ' , г) может быть исследовано методом Карла Фишера, используя для этого 0,5 см³ пробы с точно установленной массой ρ , г.

Долю этанола, % мас., вычисляют по формуле (11).

б) Подготовка пробы спирта для ЯМР-измерения

1) Реактивы

В исследовании используют N,N-тетраметилмочевину (TMU) с установленным изотопным составом водорода D/H.

2) Процедура

Подготовка ЯМР-ампулы диаметром 15 мм:

- в предварительно взвешенный флакон вносят 7 см³ дистиллята по 5.1.16.3а)2);

- флакон с дистиллятом взвешивают с точностью 0,1 мг (m_A);

- отбирают 3 см³ стандартного образца TMU и взвешивают его с точностью 0,1 мг (m_{ST}).

Для ампулы диаметром 10 мм будут достаточными 3,2 см³ дистиллята и 1,3 см³ стандартного образца TMU.

В зависимости от типа ЯМР-спектрометра и используемой ампулы в пробу вносят достаточное количество гексафторбензола в качестве вещества стабилизатора частоты магнитного поля:

Спектрометр	Датчик 10 мм	Датчик 15 мм
7,05Т	150 мм ³ гексафторбензола	200 мм ³ гексафторбензола
9,4Т	35 мм ³ гексафторбензола	50 мм ³ гексафторбензола

5.1.16.4 Регистрация ²H-ЯМР-спектров этанола. Определение изотопных параметров

а) Аппаратура

В исследовании используют ЯМР-спектрометр, который оснащен специальным «дейтерным» датчиком, настроенным на характерную частоту ν_0 канала B_0 (например, для $B_0 = 7,05Т$, $\nu_0 = 46,05$ МГц, для $B_0 = 9,4Т$, $\nu_0 = 61,4$ МГц), а также обладает каналом развязки от протонов (B_2) и каналом стабилизации частоты магнитного поля на частоте фтора.

Дополнительно ЯМР-спектрометр может быть оснащен автоматической системой смены проб и программным обеспечением для оценки спектров и обработки результатов измерений. Настройка и характеристики ЯМР-спектрометра могут быть проверены путем использования сертифицированного стандартного образца — запаянной стеклянной ампулы [см. 5.1.15.5б)1)].

Однородность магнитного поля B_0 в пробе обеспечивается посредством т. н. шиммирования, которое усиливает ¹⁹F-ЯМР-стабилизирующий сигнал, наблюдаемый по гексафторбензолу. Современные ЯМР-спектрометры реализуют эту процедуру в автоматическом режиме, что обеспечивает начальную настройку, близкую к оптимальной однородности магнитного поля для заданных проб. Эффективность этой процедуры может быть проверена через разрешающую способность, измеренную в спектре, полученном без экспоненциального увеличения (например, $LB = 0$, см. рисунок 18) и выраженном как ширина пиков на полувывоте сигналов метильной, метиленовой групп этанола и метильной группы TMU, которая должна быть частотой менее 0,5 Гц в наиболее благоприятных условиях. Чувствительность, измеренная с экспоненциальным фактором $LB = 2$ (см. рисунок 17), должна быть более или равна 150 для сигнала метильной группы этанола, который имеет чистоту в 95 % об. (93,5 % мас.). В данных условиях доверительный интервал для измерения высоты пика, учитывающий 97,5 %-ную вероятность (односторонний тест) при 10 повторностях регистрации спектра, составит 0,35 %.




Рисунок 17 — ^2H -ЯМР-спектр этанола, выделенного из вина, с внутренним стандартным образцом (TMU: N,N-тетраметилмочевина)




Рисунок 18 — ^2H -ЯМР-Спектр этанола, зарегистрированный в таких же условиях, как и спектр на рисунке 17, но без применения экспоненциального увеличения ($LB = 0$)

ЯМР-спектрометр может быть оснащен автоматической системой смены проб, программным обеспечением и датчиками на 15 или 10 мм в зависимости от технических характеристик оборудования.

б) Настройка и контроль оборудования

1) Настройка

Осуществляют обычную настройку в части гомогенности и чувствительности измерений в соответствии с требованиями изготовителя оборудования.

2) Подтверждение настройки

Для проверки настройки используют стандартные образцы — водно-спиртовые растворы, обозначенные как «С» (этанол из сахарного тростника или кукурузы), «V» (винный спирт) и «В» (спирт из сахарной свеклы). В соответствии с процедурой, описанной в 5.1.16.4в), проводят исследование изотопного состава указанных спиртов, обозначая результаты исследования как « C_{mes} », « V_{mes} » и « B_{mes} » [см. 5.1.16.5в)]. Результаты исследования сравнивают с паспортными значениями данных стандартных образцов, обозначая их как « C_{st} », « B_{st} » и « V_{st} » [см. 5.1.16.5в)]. Типичные значения для стандартного отклонения повторяемости результатов серии измерений из 10 повторностей составляют 0,01 ppm для показателя R , 0,3 ppm для показателей $(D/H)_I$ и $(D/H)_{II}$.

Средние значения, полученные для разных изотопных показателей $[R, (D/H), \text{ и } (D/H)_i]$, должны коррелировать с соответствующим стандартным отклонением для каждого показателя трех стандартных образцов. В противном случае проверку настроек оборудования повторяют.

в) Условия для измерения ЯМР-спектров

Вносят пробу этанола, подготовленную согласно 5.1.16.3б), в ампулу вместимостью 10 или 15 мм и вводят ее в датчик.

Предлагаемые условия для измерения ЯМР-спектров:

- устанавливают постоянную температуру датчика (например, 302 К);
- время измерения составляет как минимум 6,8 с для спектральной ширины 1200 Гц (память 16 К), например: примерно 20 ppm при частоте 61,4 МГц или 27 ppm при частоте 46,1 МГц;
- импульс 90° ;
- корректируют время измерения, которое должно быть одного порядка со временем пребывания;
- параболическое детектирование. Значение офсет 01 фиксируют между сигналами гидроксильной (OD) и метиленовой (CHD) групп для этанола и между сигналами воды (HOD) и стандартного образца TMU;
- определяют значение офсет 02 развязки из протонного спектра, измеренного путем разъединения катушки (датчика) на одной и той же пробирке. Благополучная развязка достигается, если значение 02 локализовано в центре частотного интервала, существующего между метильной CH_3 - и метиленовой CH_2 -группами. Для обеспечения гомогенной развязки необходимо использовать широкополосный режим.

Для каждого спектра проводят ряд измерений для аккумуляирования (NS) сигнала, достаточного для получения отношения «сигнал/шум», характеризуемого как чувствительность в 5.1.16.4а), и повторяют этот набор аккумуляирующих измерений ($NE = 10$ раз). Значения NS-сигналов зависят от типа спектрометра и используемого датчика. Примеры для возможного выбора приведены ниже:

Спектрометр	Датчик 10 мм	Датчик 15 мм
7,05T	NS = 304	NS = 200
9,4T	NS = 200	NS = 128

5.1.16.5 Расчет и выражение результатов

а) Для каждого спектра NE (см. ЯМР-спектр этанола на рисунке 18) определяют значение изотопных показателей по формулам (16)—(18).

Использование в расчете высоты пиков вместо площади пиков, что является менее точным, предполагает, что ширина пика на половине его высоты является идентичным значением и, если применимо, разумной аппроксимацией (см. рисунок 17).

б) Для каждого изотопного показателя вычисляют среднее значение и доверительный интервал для всего количества повторных регистраций спектра для заданной пробы. В исследовании может быть использовано соответствующее программное обеспечение, которое позволяет проводить расчет результатов в оперативном режиме.

Примечание — Если после настройки спектрометра после измерения будет наблюдаться систематическая разница между средними значениями, полученными для характерных изотопов в стандартных образцах этанола [см. 5.1.16.4б)2)], и значениями, указанными Бюро стандартных образцов Европейского союза (г. Брюссель) или другим авторизованным ведомством в паспорте стандартного образца и лежащими в пределах стандартного отклонения, для вычисления действительного значения X пробы может быть применена нижеследующая процедура. Интерполяцию осуществляют на основе значений для стандартного образца, соответствующего пробе X .

Принимая, что $(D/H)_i^{X_{\text{проб}}}$, ppm, является измеренным значением, а $(D/H)_i^{X_{\text{стант}}}$, ppm — скорректированным значением, получают

$$(D/H)_i^{X_{\text{стант}}} = (D/H)_i^{X_{\text{проб}}} + \alpha \cdot [(D/H)_i^{X_{\text{проб}}} - (D/H)_i^{X_{\text{стант}}}] \quad (20)$$

$$\text{где } \alpha = \frac{(D/H)_i^{X_{\text{стант}}} - (D/H)_i^{X_{\text{стант}}}}{(D/H)_i^{X_{\text{проб}}} - (D/H)_i^{X_{\text{стант}}}}$$

Пример

Стандартные образцы этанола приобретены у Бюро стандартных образцов Европейского союза (г. Брюссель) или другого авторизованного ведомства:

$$(D/H)_i^{X_{\text{стант}}} = 102,0 \text{ ppm} \quad (D/H)_i^{X_{\text{стант}}} = 91,95 \text{ ppm}$$

Измеренные значения для стандартных образцов составили:

$$D_{14C}^{1000} = 102,8 \text{ ррт} \quad D_{14C}^{2000} = 93,00 \text{ ррт}$$

Значение, подлежащее корректировке:

$$D_{14C}^{1000} = 100,2 \text{ ррт}$$

Расчет:

$$\alpha = 1,0255, D_{14C}^{2000} = 99,3.$$

5.1.17 Метод прямого определения содержания нестабильного изотопа углерода ^{14}C в этаноле с помощью жидкого сцинтилляционного детектора LSC

5.1.17.1 Поскольку спирт может использоваться при изготовлении ряда алкогольных напитков, настоящий метод применяют для идентификации его природы — растительного или неорганического происхождения. Определение содержания нестабильного изотопа углерода ^{14}C (^{14}C) в этаноле может быть использовано для того, чтобы отличать спирт, полученный из природных ископаемых (т. е. синтетический спирт), и спирт, полученный из растительного сырья (т. е. спирт, полученный путем брожения растительных углеводов).

5.1.17.2 Под содержанием ^{14}C в этаноле следует понимать содержание ^{14}C , определенное с помощью данного метода. Естественное содержание ^{14}C в атмосфере (эталонное значение), который ассимилируется живыми растениями, не является постоянной величиной. Соответственно, эталонное значение определяют на основе этанола, взятого каждый раз из сырья, выращенного в самый последний вегетационный период¹⁾.

5.1.17.3 Сущность метода

Содержание ^{14}C определяют непосредственно путем прямого жидкостного сцинтилляционного детектирования в образцах, содержащих спирт с массовой долей этанола не менее 85 %.

5.1.17.4 Реактивы

Следует использовать реактивы аналитической чистоты.

а) Используемая вода должна быть дистиллированной или, по меньшей мере, эквивалентной чистоты. Предпочтительно применять воду, прошедшую микрофильтрацию и имеющую сопротивление 18,2 МОм.

б) Толуольный сцинтиллятор

Растворяют 5 г 2,5-дифенилсказола (ППО) и 0,5 г *п-п*-бис [4-метил-5-фенил оксазол (2)] бензола (диметил-РОРОР) в 1 дм³ чистого толуола. Коммерчески доступные, готовые к применению толуольные сцинтилляторы данного состава также могут быть использованы.

в) Стандартный образец ^{14}C

Используют ^{14}C *n*-гексадекан с активностью около $1 \cdot 10^6$ распадов в минуту/г углерода (dpm/gC), что составляет приблизительно $1,67 \cdot 10^6$ сБк/г углерода (сBq/gC), и с гарантированной точностью установленной активности ± 2 % отн.

г) Этанол, не содержащий ^{14}C , — синтетический спирт, изготовленный из сырья минерального происхождения с массовой долей этанола не менее 85 % (используют для определения нулевого эффекта).

д) Эталонный раствор спирта, приготовленный брожением углеводов растительного сырья (виноградного происхождения) самого последнего урожая, с массовой долей этанола не менее 85 %.

5.1.17.5 Аппаратура

В исследовании используют обычное оборудование общелабораторного назначения, а также:

- многоканальный жидкостный сцинтилляционный спектрометр с компьютером и автоматической внешней калибровкой и индикацией состояния внешнего стандартного канала (обычная конструкция — трехметровые каналы и два внешних стандартных канала);

- соответствующие спектрометру низкокалийевые счетные пробирки с темными крышками с полиэтиленовой вставкой;

- стеклянные объемные пипетки вместимостью 10 см³;

- автоматический дозатор вместимостью 10 см³;

- круглодонную колбу вместимостью 250 см³;

- лабораторную установку²⁾ для перегонки спирта с обогреваемой рубашкой;

¹⁾ Это ежегодное эталонное значение определяют каждый год на основе межлабораторных испытаний, организованных Общественным бюро стандартов и Центром совместных исследований (г. Испра, Италия).

²⁾ Например, типа «Мико». Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не исключает возможности использования другого оборудования с аналогичными характеристиками.

- микрошприц вместимостью 50 мм³;
- пикнометры вместимостью 25 и 50 см³;
- стеклянную воронку для пикнометра;
- термостат, обеспечивающий поддержание постоянной температуры с точностью $\pm 0,01$ °С;
- таблицы для определения содержания спирта в водно-спиртовых растворах в соответствии с международными стандартами.

5.1.17.6 Проведение исследования

а) Настройка многоканального жидкостного сцинтилляционного спектрометра

Прибор следует настроить в соответствии с инструкциями производителя. Условия измерения являются оптимальными, когда значение E2/B (показатель качества измерения) является максимальным (E — эффективность, B — фон). При настройке оптимизируют только два измерительных канала. Третий канал оставляют полностью открытым для целей контроля.

б) Отбор счетных пробирок

Счетные пробирки в количестве, превышающем требуемое в дальнейшем число пробирок, заполняют синтетическим этанолом в объеме 10 см³, свободным от ¹⁴C, и толуольным сцинтиллятором (10 см³). Для каждой пробирки проводят измерения в течение не менее 100 мин. Счетные пробирки, фон которых выходит за границы ± 1 % отн. от среднего значения, в исследовании не учитывают. Для отбора могут быть использованы только новые счетные пробирки из той же партии.

в) Определение отношения «внешний стандарт/канал (ESCR)»

При настройке канала, предусмотренного в 5.1.17.6а), одновременно с проведением расчета коэффициента эффективности с использованием соответствующей компьютерной программы также определяют отношение внешнего стандартного канала (CEGN). При этом применяют внешний стандарт — цезий-137, который уже встроен в прибор его производителем.

г) Подготовка проб

Исследуют образцы с содержанием этанола с массовой долей этанола не менее 85 % и без примесей, которые поглощаются при длине волны менее 450 нм. Низкое остаточное содержание сложных эфиров и альдегидов не оказывает разрушающего действия. При перегонке после того, как первые несколько миллилитров дистиллята отброшены, пробу перегоняют непосредственно в пикнометр. Содержание спирта в дистилляте определяют пикнометрическим методом. Значения, которые используют в исследовании, вычисляют исходя из официальных таблиц для расчета содержания спирта в водно-спиртовых растворах.

5.1.17.7 Измерение проб с использованием внешнего стандарта

а) Пробы с низкой поглощающей способностью, как описано в 5.1.17.6г), со значением ESCR, равным приблизительно 1,8, могут быть исследованы через измерение отношения «внешний стандарт/канал», которое обеспечивает измерение коэффициента эффективности.

б) Проведение измерения

Используя пипетку, в счетную пробирку, отобранную по фоновому сигналу, вносят 10 см³ пробы, подготовленной в соответствии с 5.1.17.6г), и затем каждый раз добавляют 10 см³ толуольного сцинтиллятора с помощью автоматического дозатора.

Пробы гомогенизируют в калибровочной бутылке вращением, следя за тем, чтобы жидкость не смачивала полистироловую вставку в завинчивающейся крышке. Аналогичным образом подготавливают счетную пробирку, содержащую синтетический этанол без ¹⁴C, для измерения фонового сигнала. Для проверки соответствующего ежегодного значения ¹⁴C готовят дубликат этанола, полученного из углеводов растительного сырья последнего урожая, добавляя в счетную пробирку внутренний стандарт в соответствии с 5.1.17.8.

Контрольные и фоновые пробы помещают в начале серии измерений, которая должна содержать не более 10 образцов для анализа. Общее время измерения на пробу составляет не менее 2 · 100 мин. При этом каждую индивидуальную пробу измеряют на отдельном этапе длительностью 100 мин, чтобы обнаружить приборный дрейф сигнала или другой дефект измерения (один цикл соответствует интервалу измерения 100 мин на образец).

Фоновые и контрольные пробы готовят каждые 4 нед. Этот метод требует мало времени и материалов и применяется в лабораториях, обрабатывающих большое количество образцов. Для образцов с низкой абсорбцией (значения отношения «внешний стандарт/канал» составляет примерно 1,8) изменение данной величины незначительно влияет на эффективность. Если это изменение не превышает ± 5 % отн., расчет можно выполнить с той же эффективностью. Для образцов с более высокой абсорбцией, таких как денатурированные спирты, эффективность может быть установлена с помощью гра-

фика коррекции экстинкции. Если соответствующая компьютерная программа недоступна, необходимо использовать внутренний стандарт, что дает однозначный результат.

5.1.17.8 Измерение проб с использованием внутреннего стандарта гексадекана ^{14}C

а) Проведение измерения

Контрольные и фоновые пробы (этанол из растительного сырья и синтетический этанол) и исследуемый материал измеряют в двух параллельных определениях. Одну пробу готовят в пробирке, не прошедшей процедуру отбора, в которую в качестве внутреннего стандарта добавляют точно дозированное количество (30 мм³) гексадекана ^{14}C [добавленная активность примерно 26 269 распадов в минуту на грамм углерода (dpm/gC), приблизительно 43 782 сБк/г углерода¹⁾ (сBq/gC)]. Время приготовления и измерения для других проб соответствует условиям 5.1.17.7б). При этом время измерения для проб с внутренним стандартом можно сократить до 5 мин, предварительно установив 105 импульсов. Одно параллельное определение каждого из фоновых и контрольных проб используют для каждой серии измерений. Эти пробирки помещают в начале серии измерений.

б) Использование внутреннего стандарта и пробирок

Для того чтобы предотвратить загрязнение при измерении с внутренним стандартом, все операции с ним и его хранение следует проводить вдали от того места, где готовят и измеряют исследуемые пробы. После измерения счетные пробирки, проверенные на фон, могут быть повторно использованы. Винтовые крышки и счетные пробирки, содержащие внутренний стандарт, утилизируют.

5.1.17.9 Выражение результатов

а) Единицей активности распада радиоактивного вещества является беккерель (Бк/Bq): 1 Бк равен одному акту радиоактивного распада за 1 с. Показатель удельной радиоактивности выражают в виде беккерелей относительно 1 г углерода — Бк/гC/(Bq/gC). Для выражения результатов в более практичной форме используют единицу измерения сантибеккерель сБк/гC (сBq/gC). Используемые в литературе описания и формулы, основанные на dpm (количество распадов в минуту), могут быть применены и в настоящее время. Для пересчета значений в единицы сBq значение, выраженное в dpm, умножают на фактор 100/60.

б) Выражение результатов с помощью внешнего стандарта:

$$(\text{сrmpg} - \text{сrмNg}) \cdot 1,918 \cdot 100 \text{ сБк/гC} = V \cdot F \cdot Z \cdot 60.$$

в) Выражение результатов с помощью внутреннего стандарта:

$$(\text{сrmpg} - \text{сrмNg}) \cdot \text{dpmis} \cdot 1,918 \cdot 100 \text{ сБк/гC} = (\text{сrpmis} - \text{сrmpg}) \cdot V \cdot F \cdot 60.$$

г) Применяемые сокращения:

- сrmpg — средняя скорость счета за все время измерения;
- сrмNg — средняя частота импульса, рассчитанная аналогичным образом;
- сrpmis — скорость счета проб с внутренним стандартом;
- dpmis — количество добавленного внутреннего стандарта (dpm калибровочной радиоактивности);

- V — объем использованных проб, см³;

- F — содержание в граммах чистого этанола на кубический сантиметр, соответствующее его концентрации;

- Z — эффективность, соответствующая значению ESCR;

- 1,918 — количество граммов этанола, содержащее 1 г углерода.

5.1.17.10 Характеристики повторяемости метода

а) Повторяемость (r):

$$r = 0,632 \text{ сБк/гC}; S_r = \pm 0,223 \text{ сБк/гC}.$$

б) Воспроизводимость (R):

$$R = 0,821 \text{ сБк/гC}; S_R = \pm 0,290 \text{ сБк/гC}.$$

5.2 Интерпретация результатов

5.2.1 Требования к эксперту

Работу по идентификации компонентного состава винодельческой продукции проводит эксперт — сотрудник лица, осуществляющего идентификацию (см. 3.11). К обязанностям эксперта относятся:

- отбор (прием) образцов продукции (см. 5.1.1);
- экспертиза документов, прилагаемых к продукции (см. 5.1.2);

¹⁾ сБк/г углерода — сантибеккерель на 1 г углерода (1 сБк = 10⁻² Бк).

- разработка программы идентификации [см. 5.1.3 (таблица 1)];
- при необходимости выбор и взаимодействие со сторонней(ими) лабораторией(ями) для полной или частичной реализации программы идентификации;
- проведение инструментальных исследований с применением методов, приведенных в 5.1.4—5.1.17;

- интерпретация результатов инструментальных исследований (см. 5.2.2);
- представление результата идентификации (см. раздел 6).

Эксперт, проводящий идентификацию, должен обладать теоретическими и практическими знаниями, навыками и опытом, подтверждающими его квалификационную пригодность для проведения комплексного исследования винодельческой продукции и (или) ее компонентов, в том числе:

- высшим профессиональным образованием в области технологий винодельческой продукции и (или) в смежных областях, в том числе технологий алкогольных и безалкогольных напитков, виноградарства, пищевой химии, аналитической и органической химии, биохимии и биофизики растений, экологии;

- опытом работы в сфере аналитической и экспертной оценок качества и безопасности пищевой продукции, в особенности продуктов переработки винограда в течение не менее трех лет;

- опытом эксплуатации инструментальных средств измерений, предусмотренных в 5.1.4—5.1.17 для проведения идентификации компонентного состава винодельческой продукции для получения результатов исследований с надлежащей точностью и достоверностью, а также опытом работы со вспомогательным и инфраструктурным оборудованием общелабораторного назначения;

- квалификацией, необходимой для математической обработки результатов исследований с использованием методов оценки точности результатов, а также хемометрических методов обработки больших массивов данных с применением современных компьютерных программных средств;

- научно-технической квалификацией и знаниями, необходимыми для учета при интерпретации результатов идентификации факторов, способных оказывать прямое влияние на состав и характеристики объектов идентификации, в том числе природно-климатические и агротехнические условия в географических регионах выращивания и переработки винограда, особенности технологий его переработки, например: промышленной перегонки коньячных виноматериалов (тип перегонного оборудования), созревания (выдержки) дистиллятов, изготовления коньяков (бренди) и др.;

- знаниями о современном состоянии нормативной правовой базой в области оценки качества и безопасности винодельческой продукции и (или) ее компонентов в Российской Федерации, ЕАЭС (Таможенном союзе), а также о состоянии международной нормативной базы в сфере регулирования производства и торгового обращения продуктов виноделия и сырья для их производства, в том числе профильных стандартов Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV), Комиссии Кодекса Алиментарии ООН (Codex Alimentarius Commission of the United Nations), Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной ассоциации официального сотрудничества в области аналитики (International Association of Official Analytical Collaboration International, AOAC International).

Для подтверждения соответствия вышеприведенным требованиям эксперт должен не реже одного раза в два года проходить повышение квалификации в организации, осуществляющей научную, образовательную и (или) экспертную деятельность в области исследований, оценки качества и (или) безопасности пищевой продукции, в том числе винодельческой, растительных объектов (сырья) окружающей среды, а также обладающей лицензией на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования. Повышение квалификации эксперта должно быть подтверждено документом организации, предоставившей услуги по повышению квалификации. При невыполнении требования о периодическом повышении квалификации эксперт не допускается к проведению идентификации компонентного состава винодельческой продукции.

5.2.2 Критерии интерпретации результатов

Критериями для интерпретации результатов идентификации компонентного состава винодельческой продукции являются количественные и (или) качественные существенные признаки продуктов и их компонентов, эталонных образцов винодельческой продукции и ее компонентов, содержащиеся в настоящем стандарте, в нормативных правовых актах Российской Федерации, национальных, межгосударственных стандартах, характеризующих физико-химические свойства, качество, в том числе подлинность, географическое и ботаническое происхождение продуктов, и используемых в виде дополнений к настоящему стандарту, а также в единой базе данных о компонентном составе винодельческой продукции (см. 6.3).

Критерии для интерпретации, представленные в таблице 53 в виде общих количественных интервалов изменения соответствующих показателей, исследуемых согласно программе идентификации (см. 5.1.3), сформированы по результатам анализа и обобщения научно-технических данных, опубликованных в общедоступных литературных источниках. Установленные критерии учитывают результаты исследований компонентного состава продуктов, проведенных на протяжении нескольких десятилетий в разных виноградарских и винодельческих регионах мира, а также в Российской Федерации, ЕАЭС и ряде стран СНГ. На основе имеющихся в настоящее время подтвержденных научно-технических данных при определении критериев принимались во внимание влияние факторов природно-климатического (географического), агротехнического и технологического характера на физико-химический состав продукции и свойства ее компонентов, а также сведения о влиянии способов недопустимой модификации состава продуктов на их свойства и свойства компонентов. Установленные критерии подлежат обновлению на регулярной основе по мере получения и обобщения новых научных и экспертных знаний для приведения настоящего стандарта в соответствие с актуальным уровнем научно-технического и регуляторного обеспечения виноградарской и винодельческой отраслей в рамках общей процедуры обновления и изменения международных, региональных, межгосударственных и национальных стандартов, которая определена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Таблица 53 — Количественные критерии для интерпретации результатов инструментального исследования

Вид винодельческой продукции (компонента)	Задача исследования	Показатель исследования	Структурный элемент, № этапа	Количественный критерий	Примечание
1 Вино, в т. ч. молодое, выдержанное, коллекционное, сортовое, защищенного наименования места происхождения, защищенного географического указания, ароматизированное, игристое (шампанское), игристое жемчужное, газированное, газированное жемчужное, крепленое (ликерное), наливом (виноматериал), ароматизированное. Напитки, в т. ч. винные, виноградные, виноградосодержащие. Коктейли винные	Ботаническое (виноградное) происхождение этанола	$\delta^{13}\text{C}$ в этаноле, ‰	5.1.4, этап 2	-29,0... -25,50*	Общий научно обоснованный интервал изменения количественных значений показателя $\delta^{13}\text{C}$ в этаноле составляет от -30,70 ‰ до -20,93 ‰. При интерпретации результатов необходимо принимать во внимание природно-климатические и агротехнические условия выращивания винограда, которые оказывают прямое влияние на изотопный состав углерода и водорода в сахарах и, соответственно, в получаемом из них этаноле. Как правило, изотопные показатели будут проявлять более высокие значения в продукции с заявленным происхождением географических регионов с тропическим (субтропическим) климатом при отсутствии орошения или с низким уровнем орошения виноградников, чем продукция из регионов с умеренным климатом со средним или интенсивным орошением виноградников. Определенное влияние на изотопный состав оказывает изменение климата, в частности через повышение среднегодовой температуры. Влияние изменения климата нуждается в дополнительной научной оценке
		$(\text{D}/\text{H})_{\text{I}}$, метильная группа молекулы этанола, ppm	5.1.15, этап 3	97,0... 106,0	
		$(\text{D}/\text{H})_{\text{II}}$, метиленовая группа молекулы этанола, ppm	5.1.15, этап 3	121,0... 136,0	
		R [отношение между $(\text{D}/\text{H})_{\text{II}}$ и $(\text{D}/\text{H})_{\text{I}}$]	5.1.15, этап 3	2,28... 2,78	

Вид винодельческой продукции (компонента)	Задача исследования	Показатель исследования	Структурный элемент, № этапа	Количественный критерий	Примечание
2 Дистилляты, в т. ч. винные, винные ректифицированные, виноградные, для бренди, коньячные, виноградного происхождения, виноградного происхождения ректифицированные, винные выдержанные, винные молодые. Бренди, коньяки. Спирты, в т. ч. винные, виноградные. Водка виноградная	Ботаническое (виноградное) происхождения этанола	$\delta^{13}\text{C}$ в этаноле, ‰	5.1.5, этап 2	-29,0... -25,50*	Общий научно обоснованный интервал изменения количественных значений показателя $\delta^{13}\text{C}$ в этаноле составляет от -30,70 ‰ до -20,93 ‰. При интерпретации результатов необходимо принимать во внимание природно-климатические и агротехнические условия выращивания винограда, которые оказывают прямое влияние на изотопный состав углерода и водорода в сахарах и, соответственно, в получаемом из них этаноле. Как правило, изотопные показатели будут проявлять более высокие значения в продукции с заявленным происхождением географических регионов с тропическим (субтропическим) климатом при отсутствии орошения или с низким уровнем орошения виноградников, чем продукция из регионов с умеренным климатом со средним или интенсивным орошением виноградников. Определенное влияние на изотопный состав оказывает изменение климата, в частности через повышение среднегодовой температуры. Влияние изменения климата нуждается в дополнительной научной оценке. Определенное влияние на изотопный состав этанола оказывает тип промышленного оборудования, используемого для дистилляции (перегонки) коньячного виноматериала на дистиллят (этанол), а также длительность и условия выдержки (созревания) дистиллята (этанола). Характер данного влияния нуждается в дополнительной научной оценке
		$(\text{D}/\text{H})_I$, метильная группа молекулы этанола, ppm	5.1.16, этап 3	97,0... 106,0	
		$(\text{D}/\text{H})_{II}$, метиленовая группа молекулы этанола, ppm	5.1.16, этап 3	121,0... 136,0	
		R [отношение между $(\text{D}/\text{H})_{II}$ и $(\text{D}/\text{H})_I$]	5.1.16, этап 3	2,28... 2,78	
		Содержание нестабильного изотопа углерода ^{14}C в этаноле, cBq/gC	5.1.17, этап 3	Не менее 16,0	Активность изотопа углерода ^{14}C в синтетическом этаноле составляет 0 cBq/gC

Продолжение таблицы 53

Вид винодельческой продукции (компонента)	Задача исследования	Показатель исследования	Структурный элемент, № этапа	Количественный критерий	Примечание
3 Сусло виноградное, в т. ч. виноградное концентрированное, виноградное концентрированное ректифицированное. Сок виноградный. Вино, в т. ч. молодое, выдержанное, коллекционное, сортовое, защищенного наименования места происхождения, защищенного географического указания, ароматизированное, игристое (шампанское), игристое жемчужное, газированное, газированное жемчужное, крепленое (ликерное), наливом (виноматериал). Напитки, в т. ч. винные, виноградные, виноградосодержащие. Коктейли винные	Ботаническое (виноградное) происхождение углеводов/сахаров	$\delta^{13}\text{C}$ в углеводах (сахарах), ‰	5.1.6, этап 3	-29,0... -20,0	Общий научно обоснованный интервал изменения количественных значений показателя $\delta^{13}\text{C}$ в этаноле составляет от -30,70 ‰ до -20,93 ‰. При интерпретации результатов необходимо принимать во внимание природно-климатические и агротехнические условия выращивания винограда, которые оказывают прямое влияние на изотопный состав углерода и водорода в сахарах и, соответственно, в получаемом из них этаноле. Как правило, изотопные показатели будут проявлять более высокие значения в продукции с заявленным происхождением географических регионов с тропическим (субтропическим) климатом при отсутствии орошения или с низким уровнем орошения виноградников, чем продукция из регионов с умеренным климатом со средним или интенсивным орошением виноградников. Определенное влияние на изотопный состав оказывает изменение климата, в частности через повышение среднегодовой температуры. Влияние изменения климата нуждается в дополнительной научной оценке. Дополнительно необходимо принимать во внимание, что для одной и той же пробы сброженного сусла, вина, виноматериала значения показателя $\delta^{13}\text{C}$ для углеводов (сахаров) должно превышать значение показателя $\delta^{13}\text{C}$ для этанола
		$\delta^{13}\text{C}$ в этаноле, полученном сбраживанием углеводов (сахаров) сусла или выделенном из продукта, ‰	5.1.4, этап 3	-29,0... -25,50*	
		(D/H) _I , метильная группа молекулы этанола, полученного сбраживанием углеводов (сахаров) сусла или выделенного из продукта, ppm	5.1.15, этап 3	97,0... 106,0	
		(D/H) _{II} , метиленовая группа молекулы этанола, полученного сбраживанием углеводов (сахаров) сусла или выделенного из продукта, ppm	5.1.15, этап 3	121,0... 136,0	
		R [отношение между (D/H) _{II} и (D/H) _I]	5.1.15, этап 3	2,28... 2,78	

Вид винодельческой продукции (компонента)	Задача исследования	Показатель исследования	Структурный элемент, № этапа	Количественный критерий	Примечание
4 Сусло виноградное, в т. ч. виноградное концентрированное, виноградное концентрированное ректифицированное. Сок виноградный. Вино, в т. ч. молодое, выдержанное, коллекционное, сортовое, защищенного наименования места происхождения, защищенного географического указания, ароматизированное, игристое (шампанское), игристое жемчужное, газированное жемчужное, крепленое (ликерное), наливом (виноматериал). Напитки, в т. ч. винные, виноградные, виноградосодержащие	Происхождение воды (биологическая/геологическая вода ²⁴)	$\delta^{18}\text{O}$ в воде продукта, ‰	5.1.8, этап 2	Не менее –3,50	Общий научно обоснованный интервал изменения количественных значений показателя $\delta^{13}\text{C}$ в этаноле составляет от –30,70 ‰ до –20,93 ‰. При интерпретации результатов необходимо принимать во внимание природно-климатические и агротехнические условия выращивания винограда, которые оказывают прямое влияние на изотопный состав углерода и водорода в сахарах и, соответственно, в получаемом из них этаноле. Как правило, изотопные показатели будут проявлять более высокие значения в продукции с заявленным происхождением из географических регионов с тропическим (субтропическим) климатом при отсутствии орошения или с низким уровнем орошения виноградников, чем продукция из регионов с умеренным климатом со средним или интенсивным орошением виноградников. Определенное влияние на изотопный состав оказывает изменение климата, в частности через повышение среднегодовой температуры. Влияние изменения климата нуждается в дополнительной научной оценке. С учетом климатических условий географического региона и сезона выращивания винограда значения показателя $\delta^{18}\text{O}$ могут составлять не менее –5,56. В качестве количественного критерия подлинности вина (сусла), в т. ч. в части географического происхождения, может быть использована зависимость между величинами $\delta^{18}\text{O}$ в воде и $\delta^{13}\text{C}$ [или $(\text{D}/\text{H})_{\text{I}}$, $(\text{D}/\text{H})_{\text{II}}$] в этаноле исследуемого продукта. Данная зависимость является специфичной для однородных продуктов, происходящих из одного географического региона или из разных регионов со схожими природно-климатическими условиями выращивания винограда
		$\delta^{13}\text{C}$ в этаноле, ‰	5.1.5, этап 3	–29,0... –25,50 [*]	
		$(\text{D}/\text{H})_{\text{I}}$, метильная группа молекулы этанола, ppm	5.1.15, этап 3	97,0... 106,0	
		$(\text{D}/\text{H})_{\text{II}}$, метиленовая группа молекулы этанола, ppm	5.1.15, этап 3	121,0... 136,0	
		R [отношение между $(\text{D}/\text{H})_{\text{II}}$ и $(\text{D}/\text{H})_{\text{I}}$]	5.1.15, этап 3	2,28... 2,78	

Продолжение таблицы 53

Вид винодельческой продукции (компонента)	Задача исследования	Показатель исследования	Структурный элемент, № этапа	Количественный критерий	Примечание
5 Вино, в т. ч. молодое, выдержанное, коллекционное, сортовое, защищенного наименования места происхождения, защищенного географического указания, ароматизированное, игристое (шампанское), игристое жемчужное, газированное, газированное жемчужное, крепленое (ликерное), наливом (виноматериал), ароматизированное. Напитки, в т. ч. винные, виноградные, виноградосодержащие. Коктейли винные	Ботаническое (виноградное) происхождение продуктов брожения — глицерин, 2,3-бутандиол	$\delta^{13}\text{C}$ в глицерине/2,3-бутандиоле, ‰	5.1.6 или 5.1.7, этап 3	Глицерин (2,3-бутандиол) — не менее -32,0	Значение для показателя $\delta^{13}\text{C}$ для глицина/2,3-бутандиола коррелирует со значением показателя $\delta^{13}\text{C}$ для этанола одной и той же пробы. Как правило, значение $\delta^{13}\text{C}$ для этанола превышает значение $\delta^{13}\text{C}$ для глицерина/2,3-бутандиола на 0,3 ‰ ... 0,85 ‰
6 Вино игристое (шампанское), игристое жемчужное, газированное	Происхождение растворенного диоксида углерода (подтверждение вторичного брожения)	$\delta^{13}\text{C}$ в растворенном диоксиде углерода, ‰	5.1.9, этап 2	Не менее -30,0	Состав стабильных изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в растворенном диоксиде углерода CO_2 зависит от ботанического происхождения сахара, использованного для вторичного брожения. Значения показателя $\delta^{13}\text{C}$ в газообразном диоксиде углерода CO_2 , который не является продуктом спиртового брожения, составляют менее -30,0 ‰
7 Дистилляты, в т. ч. винные, винные ректификованные, виноградные, для бренди, коньячные, виноградного происхождения, виноградного происхождения ректификованные, винные выдержанные, винные молодые. Бренди, коньяки. Спирты, в т. ч. винные, виноградные	Подтверждение выдержки (созревания) в контакте с древесиной дуба	Содержание фурфурала, 5-гидрокси-метилфурфурала, 5-метилфурфурала, ванилина, сиреневого альдегида, кониферилового альдегида, синапового альдегида, галловой, эллаговой, ванилиновой и сиреневой кислот и скополетина, мг/дм ³	5.1.10, этап 2	Фурфурал, 5-метилфурфурал -6...39; 5-гидрокси-метилфурфурал -0...28; ванилин -0,2... 20,0; сиреневый альдегид -0,4... 40,0;	Для коньяков и коньячных дистиллятов со сроком выдержки не менее трех лет: - отношение: сиреневый альдегид/ванилин — не менее 1,5; - отношение: сумма «ванилин + сиреневый альдегид»/сумма «синаповый + кониферилловый альдегиды» — не менее 1,0; - отношение: сумма «ванилин + сиреневый альдегид»/сумма «ванилиновая + сиреневая кислоты» — не более 3,0

Продолжение таблицы 53

Вид винодельческой продукции (компонента)	Задача исследования	Показатель исследования	Структурный элемент, № этапа	Количественный критерий	Примечание
				кониферилловый альдегид — 0,1... 10,0; синаповый альдегид — 0,1... 10,0; галловая кислота — не более 50,0; эллаговая кислота — 2... 104; ванилиновая кислота — 0,2... 30,0; сиреневая кислота — 0,2... 30,0; скополетин — 0,006... 0,31	
8 Дистилляты, в т. ч. винные, винные ректифицированные, виноградные, для бренди, коньячные, виноградного происхождения ректифицированные, винные выдержанные, винные молодые. Бренди, коньяки. Спирты, в т. ч. винные, виноградные	Выявление присутствия карамельного колера	Визуальное определение	5.1.11, этап 2	Появление в растворе коричневой окраски указывает на присутствие карамельного колера	Присутствие карамельного колера увеличивает значение для содержания общих фенольных соединений более установленной максимальной границы. Для выявления добавления карамельного колера может быть использован показатель отношения между содержанием фурфурола и 5-гидрокси-метилфурфурола (см. пункт 7). При добавлении колера отношение содержания фурфурола и 5-диоксиметилфурфурола составляет менее 1
		Содержание фенольных соединений, мг/дм ³	5.1.12, этап 3	Общие фенольные соединения (в расчете на галловую кислоту) — не более 50,0	

Окончание таблицы 53

Вид винодельческой продукции (компонента)	Задача исследования	Показатель исследования	Структурный элемент, № этапа	Количественный критерий	Примечание
9 Дистилляты, в т. ч. винные, винные ректифицированные, виноградные, для бренди, коньячные, виноградного происхождения, виноградного происхождения ректифицированные, винные выдержанные, винные молодье. Бренди, коньяки. Спирты, в т. ч. винные, виноградные	Состав α -дикарбонильных соединений (общая оценка подлинности и безопасности продукции с высоким содержанием этанола)	Содержание глиоксала, метилглиоксала, диацетила и пентан-2,3-диона, мг/дм ³	5.1.13 или 5.1.14, этап 3	Глиоксаль, метилглиоксаль — 0,05–4,5; диацетил — 0,05–10,0; пентан-2,3-дион — отсутствует (не более 0,05)	«Дикарбонильные соединения являются маркерами качества дистиллятов и спиртов, а также сырья, в т. ч. виноматериалов, использованного для изготовления коньячной продукции»

* Указанный количественный критерий применяют на временной основе в течение пяти лет с даты вступления в силу настоящего стандарта в целях ежегодного мониторинга и накопления данных об изотопном составе углерода в этаноле подлинной винодельческой продукции, производимой из винограда, выращиваемого в Российской Федерации, государствах ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья, для интерпретации результатов исследования показателя $\delta^{13}\text{C}$. При выявлении лицом, осуществляющим идентификацию продукции, отклонения значения показателя $\delta^{13}\text{C}$ в этаноле исследуемого продукта от указанного в таблице 53 временного количественного критерия и при условии соответствия значения общему критериальному интервалу показателя $\delta^{13}\text{C}$ в этаноле, установленному в примечании пункта 1 данной таблицы, изготовитель (поставщик, заявитель) проводят дополнительные исследования этанола в соответствующей продукции согласно этапам 1–3 программы идентификации, предусмотренным в 5.1.3, в сторонней лаборатории, способной обеспечить выполнение требований разделов 5 и 6. Заключение с результатами идентификации, выполненной в сторонней лаборатории, изготовитель (поставщик, заявитель) продукции направляет лицу, осуществляющему идентификацию продукции, для принятия окончательного решения о соответствии компонентного состава продукта требованиям настоящего стандарта.

** Под биологической водой понимается внутриклеточная вода растительных объектов, специфичный изотопный состав которой определяет характер процессов метаболизма и водного обмена с окружающей средой, протекающих в растениях. Уникальной особенностью водного обмена, получившей название биологического изотопного эффекта, является обогащение высшими растениями (например, винограда) внутриклеточной воды тяжелым изотопом кислорода ^{18}O в ходе своего биологического развития. Под геологической водой понимается вода природных или искусственно созданных подземных или поверхностных объектов, используемых для промышленных целей в качестве источников питьевой и технологической вод, а также в целях снабжения населения питьевой водой. Специфичный уровень распределения изотопов кислорода в геологической воде определяют физические процессы (термодинамического и/или кинетического характера), протекающие в природных водных объектах, включая атмосферные процессы, связанные с испарением и выпадением водных осадков. Согласно базе данных GNIP/GNIR/WISER МАГАТЭ и результатам отечественных научных исследований средние значения величины $\delta^{18}\text{O}_{\text{VSMOW}}$ для геологической воды в основных виноградарских регионах Российской Федерации находятся в интервале от $-8,14\%$ до $-14,0\%$.

5.2.3 Проведение интерпретации результатов

Интерпретацию результатов, полученных на этапах 2 и 3 инструментальных исследований в соответствии с задачами идентификации компонентного состава, проводят путем сопоставления установленных количественных значений соответствующих показателей с критериями, приведенными в таблице 52. При сопоставлении количественных значений, выходящих за минимальную или максимальную границу критериального интервала, необходимо учитывать неопределенность соответствующего инструментального метода исследования (см. 5.1.4—5.1.17).

Дополнительно при интерпретации результатов принимают во внимание сведения о влиянии на количественные значения критериев идентификации факторов природно-климатического, сортового, агротехнического или технологического характера для отдельных видов винодельческой продукции и (или) ее компонентов. Пояснения о влиянии факторов для ряда компонентов винодельческой продукции приведены в примечаниях таблицы 53.

Пример общего алгоритма проведения идентификации компонентного состава и экспертной оценки (интерпретации) ее результатов приведен в приложении Б.

6 Представление результата идентификации

6.1 Результат идентификации

Результатом идентификации является подтверждение или неподтверждение тождественности свойств компонента(ов), которые выявлены в ходе инструментального исследования (см. 5.1) и экспертной оценки (интерпретации) результатов (см. 5.2), с существенными признаками, содержащимися в таблицах 1 и 52, в нормативных правовых актах Российской Федерации, национальных и межгосударственных стандартах, а также единой базе данных о компонентном составе винодельческой продукции (см. 6.3.2), которые включают описания винодельческой продукции и (или) ее компонентов.

6.2 Заключение

Результат идентификации компонентного состава представляют в форме заключения о соответствии (несоответствии) продукта и (или) его компонента эталонному образцу, компоненту и (или) их описанию. Рекомендуемая форма заключения приведена в приложении А.

Общий результат идентификации представляется экспертом в формулировке, отражающей отдельные результаты, полученные в ходе инструментального исследования с применением методов, установленных настоящим стандартом (см. 5.1), и экспертной оценки (интерпретации) количественных данных (см. 5.2). Данная формулировка должна иметь однозначное толкование тождественности свойств объекта (компонента) и ее связи с подлинностью и наименованием продукта (компонента), например: «Компонент продукта соответствует (не соответствует) наименованию», «Компонент продукта имеет виноградное (невиноградное) происхождение» и т. п.

Недопустимо применение в заключении формулировок, которые не имеют однозначного толкования, например: «Отдельные показатели компонента соответствуют характеристикам ...», «В составе компонента не обнаружены отклонения от характеристик ...» и т. п.

В качестве дополнения к общему результату идентификации эксперт имеет право привести в заключении аргументированные комментарии. В данных комментариях эксперт, основываясь на научных знаниях о допустимом (неизбежном) воздействии на состав продукта (компонента) факторов природно-климатического, сортового, агротехнического и технологического характера из опубликованных документов, содержащих описание продукта (компонента), а также при наличии — результатов ежегодного мониторинга продукции, может обосновать отдельные исключения (отклонения) от критериев интерпретации результатов инструментального исследования, установленных в 5.2. При этом данные исключения, не позволяя установить прямую тождественность свойств исследованного объекта определенным существенным признакам (критериям интерпретации результатов), установленным в настоящем стандарте, допускают подтверждение заявленного наименования (подлинности) продукта (компонента).

Заключение подписывают руководитель (уполномоченное лицо) и эксперт лица, проводящего идентификацию. Заключение заверяют печатью (при наличии). Заключение передается лицом, осуществляющим идентификацию, ее заявителю. Лицо, осуществляющее идентификацию, по согласованию с заявителем вправе направить копию заключения о результатах идентификации изготовителю и (или) поставщику продукции.

6.3 Регистрация и хранение результатов идентификации для формирования базы данных

6.3.1 Регистрация и хранение результатов идентификации

После завершения идентификации лицо, ее осуществившее, регистрирует результаты путем формирования досье, включающее:

- заключение о результатах идентификации;
- документы, прилагаемые к объекту идентификации (см. 5.1.2.1);

- первичные аналитические данные для каждого объекта идентификации, полученные как в собственной(ых) лаборатории(ях), так и в сторонней(их) лаборатории(ях), принявших участие в реализации программы идентификации;

- дополнительные материалы по осмотру лица, осуществившего идентификацию.

Хранение сформированного досье осуществляет лицо, проводившее идентификацию, в электронном виде с использованием собственных программно-аппаратных ресурсов в течение пяти лет после даты завершения идентификации.

6.3.2 Единая база данных о компонентном составе винодельческой продукции

Результаты идентификации и другие сведения из сформированного досье о продукции используются для формирования единой базы данных о компонентном составе винодельческой продукции (далее — единая база данных). Основой единой базы данных являются результаты ежегодного мониторинга показателей идентификации по пунктам 1—5, 7, установленных в таблице 1. Мониторинг проводят в рамках исследования подлинных (эталонных) образцов из географических регионов выращивания винограда и изготовления винодельческой продукции путем применения комплекса методов, установленных в 5.1.4, 5.1.5, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.12, 5.1.15 и 5.1.16, и (или) методов, соответствующих условиям применения, установленным в 4.3.

В целях учета при оценке (интерпретации) результатов идентификации согласно требованиям 5.2 при проведении ежегодных исследований для соответствующих образцов регистрируют природно-климатические и агротехнические условия выращивания винограда, характерные для времени года и географического региона мониторинга. Регистрации подлежат также основные данные о технологических особенностях производства винодельческой продукции, в том числе об изготовлении сусле, винома- териала, способе и типе установки для перегонки виноматериалов, выдержке вина или дистиллятов в контакте с древесиной дуба и др.

Единая база данных как элемент ежегодного мониторинга является основой осуществления мероприятий по централизованному и координированному противодействию производству и выпуску в торговое обращение продуктов, несоответствующих действующему законодательству. В рамках мероприятий ежегодного мониторинга компонентного состава винодельческой продукции, изготавливаемой и находящейся в торговом обращении на территории Российской Федерации и ЕАЭС, лицо, осуществившее идентификацию, имеет право направить в течение семи рабочих дней после завершения идентификации полную копию электронного досье в единую базу данных, созданную с использованием телекоммуникационных и программных ресурсов уполномоченным на осуществление данной функции юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации в установленном законом порядке¹⁾. Юридическое лицо, уполномоченное на ведение единой базы данных:

- создает, поддерживает и развивает телекоммуникационные и программные ресурсы, на которых размещена и функционирует единая база данных;

- обеспечивает безопасность регистрации и хранения электронных данных;

- осуществляет контроль доступа пользователей;

- обеспечивает информационное, методическое и нормативное взаимодействие участников рынка и заинтересованных лиц по работе с единой базой данных и мероприятиями по мониторингу компонентного состава винодельческой продукции;

- предоставляет объективные сведения о компонентном составе подлинной (эталонной) винодельческой продукции из единой базы данных для разрешения арбитражных споров, а также по запросам участников рынка, уполномоченных органов по контролю (надзору) за производством и торговым обращением винодельческой продукцией;

- поддерживает и координирует обновление настоящего стандарта в соответствии с требованиями национальной системы стандартизации в том числе в рамках гармонизации нормативной базы на международном уровне в рамках сотрудничества с профильными организациями: Международной организацией по виноградарству и виноделию (OIV), Комиссией Кодекса Алиментария Всемирной продовольственной организации ООН (FAO/WHO), Международной организацией по стандартизации (ISO) и Международной ассоциацией официального сотрудничества в области аналитики (AOAC International);

- координирует мероприятия по ежегодному мониторингу компонентного состава винодельческой продукции, в том числе сырья для ее производства в разных географических регионах, осуществляемых участниками рынка и другими заинтересованными лицами,

¹⁾ Направление электронной копии досье о результатах идентификации осуществляется после создания и введения в действие единой базы данных о компонентном составе винодельческой продукции.

- организует и координирует на регулярной основе научно-исследовательские работы в интересах отрасли в географических регионах производства винограда и винодельческой продукции для получения объективных данных о компонентном составе продуктов, а также данных о природных и техногенных факторах, оказывающих влияние на качество продукции виноградарской и винодельческой отраслей, для устойчивого обновления единой базы данных в целях ее использования при проведении идентификации и обновления настоящего стандарта.

Функционирование единой базы данных и деятельность юридического лица, уполномоченного на ее ведение, регламентируется общими или специально разработанными нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденными для этой цели в установленном законом порядке.

**Приложение А
(рекомендуемое)**

**Форма заключения для представления результата идентификации
компонентного состава винодельческой продукции**

Реквизиты лица, осуществляющего идентификацию компонентного состава

Реквизиты заявителя идентификации компонентного состава (адрес, контактные данные, ФИО, дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА

1 Заявленное наименование продукта (компонента):

2 Изготовитель (поставщик), адрес, контактные данные, ответственное лицо (ФИО):

3 Маркировка на упаковке с продуктом (компонентом):

4 Перечень сопроводительных документов:

5 Перечень документов, содержащих существенные признаки (характеристики) продукта (компонента), использованные в ходе идентификации:

6 Результаты идентификации компонентного состава:

6.1 Результаты инструментальных исследований

Программа идентификации (структурный элемент, № этапа)	Задача исследования	Показатель исследования	Код инструментального метода согласно настоящему стандарту	Результат исследования	Экспертная оценка

6.2 Дополнительная информация/комментарии (при необходимости):

7 Общий результат идентификации — компонент соответствует/не соответствует наименованию. Обоснование общего результата идентификации

Подпиши руководителя (уполномоченного лица) и эксперта:

_____ (_____)

_____ (_____)

Дата: «_____» _____ 20____ г.

Печать лица, осуществляющего идентификацию компонентного состава (при наличии)

Приложение Б
(справочное)

Пример общего алгоритма (программы идентификации) проведения идентификации компонента — этанола в продукте с заявленным наименованием «Дистиллят коньячный»




Рисунок Б.1 (лист 1)



Рисунок Б.1 (лист 2)

Библиография

- [1] Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 047/2018 О безопасности алкогольной продукции
- [2] Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»
- [3] Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
- [4] Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
- [5] Официальный бюллетень Международной межправительственной организации по виноградарству и виноделию (OIV) — «Bulletin de l'O.I.V. janvier-février 1997, 791—792, p. 53—65»

УДК 663.258.8:006.354

ОКС 67.160.10

Ключевые слова: продукция винодельческая, сусло виноградное, сусло виноградное концентрированное, сусло виноградное концентрированное ректифицированное, сок виноградный, вино, вино молодое, вино выдержанное, вино коллекционное, вино сортовое, вино защищенного наименования места происхождения, вино защищенного географического указания, вино ароматизированное, вино игристое (шампанское), вино игристое жемчужное, вино газированное, вино газированное жемчужное, вино крепленое (ликерное), вино наливом (виноматериал), напитки винные, напитки виноградные, напитки виноградосодержащие, коктейли винные, дистилляты винные, дистилляты винные ректифицированные, дистилляты виноградные, дистилляты для бренди, дистилляты коньячные, дистилляты виноградного происхождения, дистилляты виноградного происхождения ректифицированные, дистилляты винные выдержанные, дистилляты винные молодые, бренди, коньяки, спирты винные, спирты виноградные, водка виноградная, идентификация, выявление фальсификаций, масс-спектрометрия, ядерный магнитный резонанс, высокоэффективная жидкостная хроматография, газовая хроматография, спектрофотометрия, сахар, этанол, глицерин, 2,3-бутандиол, диоксид углерода, биологическая вода, геологическая вода, древесина дуба, карамельный колер, стабильные изотопы, углерод, кислород, водород, дейтерий, дикарбонильные соединения, фенольные соединения, альдегиды, органические кислоты

Редактор *Л.С. Зимилова*
 Технический редактор *И.Е. Черепкова*
 Корректор *М.В. Бучная*
 Компьютерная верстка *М.В. Лебедевой*

Сдано в набор 21.06.2021. Подписано в печать 06.07.2021. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
 Усп. печ. л. 12.09. Уч.-изд. л. 10.94.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
 для комплектования Федерального информационного фонда стандартов
 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru