

к ГОСТ 14839.1—69 Взрывчатые вещества промышленные. Методы определения содержания нитросоединений и минерального масла

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Разделы 1, 6 Пункт 3.2 Пункты 3.2, 3.8 (2 раза), 3.9, 8.1, приложение 1 (2 раза)	Весы лабораторные с погрешностью не более 0,0002 г вещества, взвешенного с погрешностью не более до 0,0002 г с погрешностью не более 0,0002 г	Весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г вещества взвешивают, записывая результат взвешивания в граммах до четвертого десятичного знака с записью результата взвешивания в граммах до четвертого десятичного знака

(ИУС № 9 1988 г.)