
Группа Т84

Изменение № 1 ГОСТ 8.025—75 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений кинематической вязкости жидкости

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.78 № 3594 срок введения установлен

с 01.07.79

Вводную часть после слов «от первичного эталона при помощи» дополнить словами: «вторичных эталонов и»;

вводную часть дополнить новым абзацем:

«Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 1521—68».

Пункт 1.1 после слов «передачи размера единицы при помощи» дополнить словами: «вторичных эталонов и».

Пункт 1.3. Заменить слова: «для поддержания» на «для стабилизации».

Пункт 1.5. Заменить значение: $5 \cdot 10^{-4}$ на $3,5 \cdot 10^{-4}$.

Пункт 1.6 после слова «Для» дополнить словом: «обеспечения».

Пункт 1.7 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 166)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8.025—75)

«1.7. Государственный первичный эталон применяют для передачи размера единицы кинематической вязкости жидкости вторичным эталонам сличением при помощи компаратора (градуировочных жидкостей)».

Стандарт дополнить новым разделом — 1а:

«1а. Вторичные эталоны

1а.1. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы следующих средств измерений:

набор из 30 стеклянных капиллярных вискозиметров с висичим уровнем;

аппаратура для стабилизации измерений температуры жидкости в вискозиметрах;

аппаратура для измерений времени истечения жидкости в вискозиметрах.

1а.2. Среднее квадратическое отклонение результата поверки рабочих эталонов не должно превышать $5 \cdot 10^{-4}$.

1а.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера единицы образцовым средствам измерений сличением при помощи компаратора (градуировочных жидкостей)».


Пункт 2.1. Исключить слова: «из девяти».

(Продолжение см. стр. 167)

Пункт 2.3. Заменить слова: «непосредственным сличением» на «сличением при помощи компаратора (градуировочных жидкостей)».

Чертеж общесоюзной поверочной схемы заменить новым:

Общесоюзная поверочная схема для средств измерений
кинематической вязкости жидкости



(ИУС № 2 1979 г.)