

---

Изменение № 2 ГОСТ 8682—70 Конусы взаимозаменяемые посуды и аппаратуры лабораторной стеклянной. Основные размеры и методы испытаний

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.12.79 № 4933 срок введения установлен

с 01.01.80

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ РС 1356—68 и международному стандарту ИСО 383—76».

*(Продолжение см. стр. 196)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 8682—70)*

Пункты 1.7, 2.5 после значения 380 мм рт. ст. дополнить значением: (50,54 кПа).

Пункт 2.5 после значения 10 мм рт. ст. дополнить значением (1,33 кПа).

(ИУС № 2 1980 г.)