

## **Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ПРЕДМЕТЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ**

**Группа Р12**

**Изменение № 1 ГОСТ 5556—75 Вата медицинская гигроскопическая**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2197 срок введения установлен**

**с 01.10.80**

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 81 9510.

Пункты 3.6.2, 3.7.2, 3.11.2, 3.12.2, 3.13.2. Заменить слова: «сушильный шкаф по ГОСТ 3765—55» на «шкаф сушильный».

Пункт 3.15.2 после слов «фотометр ФТ-2» дополнить словами: «или приборы других марок».

Раздел 3 дополнить новыми пунктами — 3.19—3.19.2, 3.20—3.20.2:

**«3.19. Определение массы кппы**

**3.19.1. Для определения массы кппы отбирают от партии 5 кпп. Массу кппы определяют взвешиванием на товарных весах.**

*(Продолжение см .стр. 212)*

**3.19.2. Обработка результатов**

Массу кипы вычисляют как среднее арифметическое результатов взвешивания 5 кип, вычисленное с погрешностью до 0,1 кг и округленное до 1 кг.

**3.20. Определение массы пачек**

3.20.1. Для определения массы пачек от выборки отбирают 10 пачек. Массу пачек определяют взвешиванием на технических весах.

3.20.2. Массу пачек вычисляют как среднее арифметическое результатов взвешивания 10 пачек, вычисленное с погрешностью до 0,1 г и округленное до 1 г.

Стандарт дополнить новым разделом — 5:

**«5. Гарантии изготовителя»**

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие медицинской гигроскопической ваты требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных стандартом.

5.2. Гарантийный срок хранения — 5 лет с момента изготовления.

Приложение. Таблица. Графа «Вата гигроскопическая хирургическая хлопко-вискозная». Заменить значение: 70 на 60—70.

(ИУС № 7 1980 г.)