
Изменение № 2 ГОСТ 15981—70 Прибор для определения температуры каплепадения фенолоформальдегидных смол

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.07.85 № 2194 срок введения установлен

с 01.01.86

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия», «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 43 2133 0003 06.

Пункт 2.4 после слов «должны быть отожджены» изложить в новой редакции: «Удельная разность хода лучей не должна превышать 10 млн^{-1} ».

(Продолжение см. с. 344)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15981—70)

Пункт 2.13. Заменить ссылки: ГОСТ 10007—72 на ГОСТ 10007—80, ГОСТ 17475—72 на ГОСТ 17475—80.

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 166—73 на ГОСТ 166—80.

Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 14230—69 на ГОСТ 25535—82; дополнить словами: «по методу Б при однократном охлаждении. Погружение в холодную воду — до половины высоты изделий».

Пункт 4.3. Заменить ссылки: ГОСТ 9569—65 на ГОСТ 9569—79, ГОСТ 10354—73 на ГОСТ 10354—82, ГОСТ 10.65—72 на ГОСТ 24634—81, ГОСТ 8872—63 на ГОСТ 16511—77, ГОСТ 16536—78, ГОСТ 15841—77.

Пункт 4.5 после слов «несмываемой краской» изложить в новой редакции: «манипуляционные знаки, соответствующие надписям: «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать».

(ИУС № 10 1985 г.)