

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации – Первый заместитель
Министра здравоохранения Российской
Федерации

Г. Г. Онищенко

29 октября 2000 г.

Дата введения: с момента утверждения

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

**Метод фотометрического измерения концентраций
трифторметансульфокислоты в атмосферном воздухе**

Методические указания

МУК 4.1.996—00

1. Общие положения и область применения

Настоящие методические указания устанавливают методику проведения фотометрического количественного химического анализа проб атмосферного воздуха для определения в них содержания трифторметансульфокислоты в диапазоне концентраций от 0,04 до 0,6 мг/м³.

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями ГОСТа Р 8.563—96 «Методики выполнения измерений».

Методические указания предназначены для применения в лабораториях предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих контроль за загрязнением окружающей среды и аккредитованных в установленном порядке на право проведения таких исследований.

2. Характеристика вещества

Эмпирическая формула – CF₃SO₃H

Молекулярная масса – 150,08

Регистрационный номер по CAS № 1493—13—6

Издание официальное Настоящие методические указания не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России.

Физико-химические свойства

Трифторметансульфоокислота – бесцветная жидкость с резким запахом. Температура кипения – 162—164 °С, плотность – 1,7 г/см³. Растворима в воде и органических полярных растворителях.

Токсикологическая характеристика

Трифторметансульфоокислота раздражающе действует на кожу, глаза.

Ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ) – 0,05 мг/м³.

3. Погрешность измерения

Методика обеспечивает выполнение измерений трифторметансульфоокислоты в атмосферном воздухе с погрешностью, не превышающей ± 17 %, при доверительной вероятности 0,95.

4. Метод измерений

Измерение массовой концентрации трифторметансульфоокислоты выполняют методом фотоэлектроколориметрии.

Метод определения основан на взаимодействии трифторметансульфоокислоты с метиловым фиолетовым с образованием комплекса, окрашенного в голубой цвет.

Измерение проводят при длине волны 590 нм.

Концентрирование трифторметансульфоокислоты из воздуха осуществляют в дистиллированную воду.

Нижний предел измерения трифторметансульфоокислоты в анализируемом объеме пробы – 1,0 мкг.

Нижний предел измерения концентрации трифторметансульфоокислоты в атмосферном воздухе – 0,04 мг/м³.

Определению не мешают трифторметансульфотригид, фтористый водород и ангидрид трифторметансульфоокислоты при концентрациях его в атмосферном воздухе до 1,6 ПДК.

5. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы.

5.1. Средства измерений

Фотоэлектроколориметр КФК-2МП или любой другой, имеющий спектральный

| | |
|--|-------------------|
| диапазон 315—980 нм, предел измерения оптической плотности от 0 до 2 | ГОСТ 12083—78 |
| Барометр-анероид БАММ-1, диапазон измерения 84—106 кПа | ТУ 25—04—1618—72 |
| Весы аналитические 2 класса точности, цена деления $\pm 0,75$ мг | ГОСТ 24104—80Е |
| Меры массы Г-2—210 2 класса точности | ГОСТ 7328—82Е |
| Секундомер 2 класса точности, цена деления секундной шкалы 0,2 с | ТУ 25—1894.003—90 |
| Термометр лабораторный, цена деления 1 °С | ГОСТ 28498—90 |
| Электроаспиратор, модель 822, погрешность ± 10 % | ТУ 25—11—1414—78 |
| Колбы мерные, 2—50—2; 2—100—2 | ГОСТ 1770—74Е |
| Пипетки мерные, вместимостью 1 и 5 см ³ , 2 класса точности | ГОСТ 29169—91 |

5.2. Вспомогательные устройства

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Дистиллятор | ТУ 61—1—721—79 |
| Сушильный шкаф | ГОСТ 13474—79 |
| Поглотительные приборы Рихтера | |

5.3. Реактивы

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Трифторметансульфокислота, х. ч. | ТУ 2431—002— 07623046—96 |
| Метилловый фиолетовый, ч. д. а | ТУ 6—09—945—76 |
| Вода дистиллированная | ГОСТ 6709—72 |
| Спирт амиловый, ч. | ТУ 6—09—3467—79 |
| Толуол, ч. д. а. | ГОСТ 5789—78 |

6. Требования безопасности

При выполнении измерений концентраций трифторметансульфокислоты в атмосферном воздухе соблюдают следующие требования:

6.1. Правила техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТам 12.0.003—74 и 12.1.005—88.

6.2. Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТу 12.1.019—79 и инструкции по эксплуатации прибора.

6.3. Общие требования пожаро- и взрывобезопасности по ГОСТу 12.1.004—91.

6.4. Все виды работ с реактивами проводят только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции.

7. Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц с высшим и средним специальным образованием, прошедших соответствующую подготовку и имеющих навыки работы на фотоэлектроколориметре.

8. Условия измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

8.1. Процессы приготовления растворов и подготовки проб к анализу проводят в нормальных условиях при температуре воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, атмосферном давлении 84—106 кПа и влажности воздуха не более 80 %.

8.2. Выполнение измерений на фотоэлектроколориметре проводят в условиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

9. Подготовка к выполнению измерений

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: приготовление растворов, построение градуировочного графика, подготовка прибора, отбор проб.

9.1. Приготовление растворов

Для приготовления *основного стандартного раствора* 50 мг трифторметансульфокислоты вносят в колбу, вместимостью 50 см³, доводят до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Срок хранения – 1 мес.

Рабочий раствор трифторметансульфокислоты для градуировки ($C = 10 \text{ мкг/см}^3$) : 1 см³ исходного раствора помещают в мерную колбу, вместимостью 100 см³, доводят объем до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Срок хранения – 1 неделя.

Метиловый фиолетовый 0,05 %-ный раствор: 50 мг метилового фиолетового растворяют в мерной колбе, вместимостью 100 см³, в дистиллированной воде.

Смесь толуола и амилового спирта 5 : 1: в плоскодонную колбу приливают 200 см³ толуола, 40 см³ амилового спирта и тщательно перемешивают.

9.2. Подготовка прибора

Подготовку фотоэлектроколориметра к работе проводят в соответствии с руководством по его эксплуатации.

9.3. Установление градуировочной характеристики

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость оптической плотности раствора от массы трифторметансульфокислоты, устанавливают по 5 сериям растворов для градуировки. Каждая серия состоит из 7 растворов. Растворы готовят в пробирках, вместимостью 10 см³, в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Растворы для установления градуировочной характеристики при определении трифторметансульфокислоты

| Номер раствора для градуировки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Объем рабочего раствора (C = 10 мкг/см ³), см ³ | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 |
| Объем дистиллированной воды, см ³ | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,5 |
| Содержание трифторметансульфокислоты, мкг | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |

Во все пробирки прибавляют по 0,1 см³ раствора метилового фиолетового и тщательно перемешивают. Раствор из пробирки переливают в делительные воронки, прибавляют по 2 см³ смеси растворителей (толуоламиловый спирт), воронки закрывают пробкой и энергично встряхивают в течение 2 мин. После расслоения слоев водный слой удаляют и измеряют оптическую плотность экстракта в кюветах с расстоянием между рабочими гранями 3 мм при длине волны 590 нм по отношению к контрольному раствору.

Градуировочную характеристику устанавливают на средних значениях оптической плотности, вычисленных из результатов измерений 5 серий растворов для градуировки и строят градуировочный график: на ось ординат наносят значения оптических плотностей градуировочных растворов, на ось абсцисс – соответствующие им величины содержания трифторметансульфокислоты в градуировочном растворе (мкг). Проверку градуировочной характеристики проводят 1 раз в квартал и при смене партии реактивов.

9.4. Отбор проб

Отбор проб проводят согласно ГОСТу 17.2.3.01—86. Воздух со скоростью 4 дм³/мин аспирируют через два последовательно соединенных поглотительных прибора Рихтера, содержащих 5 см³ воды в каждом, в течение 10 мин. После отбора пробы концы поглотитель-

ных сосудов фиксируют стеклянными заглушками. Срок хранения пробы – не более 1 суток.

10. Выполнение измерений

После отбора пробы из каждого поглотительного прибора на анализ в пробирки отбирают по 3 см³ раствора пробы, которые обрабатывают в соответствии с п. 9.3 и анализируют отдельно по отношению к холостой пробе.

Содержание трифторметансульфоукислоты (мкг) в пробе находят с помощью градуировочной характеристики, суммируя результаты анализов из первого и второго поглотительных приборов.

11. Вычисление результатов измерений

Концентрацию (*C*) трифторметансульфоукислоты в воздухе (мг/м³) вычисляют по формуле:

$$C = \frac{m \cdot V}{V_1 \cdot V_0}, \text{ где}$$

m – суммарное содержание трифторметансульфоукислоты, найденное по градуировочной характеристике, мкг;

V – общий объем раствора пробы, см³;

*V*₁ – объем пробы, отобранной на анализ, см³;

*V*₀ – объем пробы воздуха, приведенный к нормальным условиям, дм³.

$$V_0 = \frac{V_t \cdot 273 \cdot P}{(273 + t) \cdot 760}, \text{ где}$$

*V*_t – объем пробы воздуха, дм³;

P – атмосферное давление при отборе проб воздуха, мм рт. ст.;

t – температура воздуха в местах отбора проб, °С.

12. Оформление результатов

Результат количественного анализа представляют в виде:

$$C \pm \Delta, \text{ мг/м}^3, P = 0,95, \text{ где}$$

Δ – характеристика погрешности; значение $\Delta = 0,17 X$.

13. Контроль погрешности методики

Таблица 2

Значения характеристики погрешности, норматива оперативного контроля погрешности и норматива оперативного контроля воспроизводимости

| Диапазон определяемых концентраций трифторметансульфоукислоты, мг/м ³ | Наименование метрологической характеристики | | |
|--|--|--|--|
| | Характеристика погрешности, мг/м ³ ($P = 0,95$) | Норматив оперативного контроля погрешности, K , мг/м ³ ($P = 0,90$, $m = 3$) | Норматив оперативного контроля воспроизводимости, D , мг/м ³ ($P = 0,95$, $m = 2$) |
| от 0,04—0,6 | 0,17 X | 0,143 X | 0,077 X |

Метрологические характеристики приведены в виде зависимости от массовой концентрации определяемого компонента (X) в мг/м³ в пробе.

13.1. Оперативный контроль воспроизводимости

Оперативный контроль воспроизводимости проводят с использованием рабочих проб, отобранных и проанализированных разными операторами в точном соответствии с прописью методики, т. е. получают два результата анализа, выполненных разными операторами с использованием разных наборов мерной посуды и реактивов. Два средних результата анализа не должны отличаться друг от друга на величину допускаемых расхождений между результатами анализа:

$$|\bar{C}_1 - \bar{C}_2| \leq D, \text{ где } \bar{C} = \frac{C_1 + C_2}{2}$$

C_1 и C_2 – результат параллельных определений одного оператора, мг/м³;

\bar{C}_1 и \bar{C}_2 – средние результаты определений, выполненные разными операторами, мг/м³;

D – норматив оперативного контроля воспроизводимости, мг/м³.

Норматив D рассчитывают по формуле:

$$D = 2,77\sigma (\Delta)^\circ, \text{ где}$$

$\sigma (\Delta)^\circ$ – показатель воспроизводимости (характеристика случайной составляющей погрешности), мг/м³.

Разница в результатах анализа не должна превышать допустимого значения D , указанного в таблице 2.

При превышении норматива воспроизводимости выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

13.2. Оперативный контроль погрешности

Оперативный контроль точности проводят с использованием аттестованной смеси и он состоит в сравнении результата контрольной процедуры K_k , равного разности между контрольным измерением трифторметансульфоукислоты в аттестованной смеси (\bar{X}) и его аттестованным значением (C), с нормативом ВОК точности K (см. табл. 2).

Точность контрольного измерения (\bar{X}), а также точность результатов анализа рабочих проб признают удовлетворительными, если выполняется условие

$$K_k = (\bar{X} - C) \leq K, \text{ где}$$

K – норматив оперативного контроля погрешности, равный 0,143 X.

14. Нормы затрат времени на анализ

Для проведения серии анализов из 3 проб требуется 1 час.