

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОЛАБОРАТОРИИ "АТМОСФЕРА П"
РД 52.04. 152-88**

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии

**Москва
1988**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОЛАБОРАТОРИИ "АТМОСФЕРА П"
РД 52.04. 152-88**

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии

Москва

1988

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Утвержден Госкомгидрометом СССР 26.02.88
2. ИСПОЛНИТЕЛИ: Зайцев А.С. - заведующий ОКЗ
канд.ф.-м.н. (руководитель разработки)
Александров Н.Н. - с.н.с. канд. ф.-м.н.
Царев А.М., Третьяк А.М., Шилова Я.Б.
3. Зарегистрирован ЦКБ ГМП за № 152 от 04.05.1988 г.
4. Введен впервые
5. Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ТУ 25-04-2524-75	I.I.3
ГОСТ 7198-74	I.I.3
ТУ 28-04-1797-75	I.I.3
ТУ 25-1607. 054-85	I.I.3
ТУ 25-05 (АПН 2.840.010)-77	I.I.3
ТУ-25-05 (АПН 2.840.010-01)-77	I.I.3
ГОСТ 5072-79 В	I.I.3
25.07-1055-74	I.I.3
ОВ.460.00.000	I.I.3
МБ2.840.012-ПС	I.I.3
ТУ 25-05-1279-72	I.2.8
ГОСТ 17299-78	8.2.2
ГОСТ 6267-74	8.2.3

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОЛАБОРАТОРИИ
"АТМОСФЕРА-П"

РД 52.04.152-88

Дата введения 01.01.89

Настоящие методические указания устанавливают порядок и методику выполнения отбора проб воздуха, инструментального определения концентраций вредных примесей, измерение метеорологических элементов с помощью комплексов приборов, установленных в автолаборатории "Атмосфера-П".

Настоящие методические указания обязательны для использования в сетевых подразделениях Госкомгидромета. Их необходимо использовать совместно с "Техническим описанием и инструкцией" по эксплуатации автолаборатории завода-изготовителя.

1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

1.1. Техническое описание автолаборатории "Атмосфера-П"

1.1.1. Назначение

Автолаборатория "Атмосфера-П" предназначена для: осуществления контроля за загрязнением атмосферного воздуха при проведении маршрутных и подфакельных наблюдений; проведения метеорологических наблюдений.

С.2 РД 52.04.152-88

Приборы и оборудование лаборатории могут эксплуатироваться при температуре воздуха внутри салона автофургона от 19 до 35°C, относительной влажности до 80% (при 20°C), атмосферном давлении (100000 \pm 4000) Па (750 \pm 30) мм рт.ст.).

1.1.2. Технические данные

Приборы и оборудование лаборатории позволяют производить: одновременный отбор 4-6 проб воздуха на выбранные газовые примеси с помощью двух электроаспираторов модели 822;

отбор проб на пыль и сажу;

отбор проб на газовые примеси на двух выносных пунктах на 4 инградянты в каждом пункте при скорости аспирации на каждом канале не более 3 л/мин;

инструментальный анализ сернистого газа, сероводорода, озона и хлора с помощью полуавтоматических газометрических приборов "Атмосфера-I" и "Атмосфера-II";

измерение метеорологических параметров с помощью метеостанции М-47 (М-49) в рабочем диапазоне измерительных приборов;

скорости ветра от 1,5 до 50 м/с,

направления ветра от 0 до 360°,

температуры окружающего воздуха от минус 30 до 50°C,

относительной влажности от 10 до 100%.

При наличии в комплекте автолаборатории анеморумбографа М-47 измерения температуры и относительной влажности воздуха выполняются аспирационным психрометром МВ-4М.

Питание лаборатории осуществляется от промышленной сети напряжением 220 В \pm 10%, при частоте (50 \pm 1) Гц.

Мощность, потребляемая лабораторией до 4 кВт.

Масса лаборатории до 2620 кг.

Время развертывания лаборатории не более 30 мин., свертывания не более 15 мин., обслуживающий персонал, включая шофера, 3 человека.

Скорость передвижения по дорогам с усовершенствованным покрытием не более 45 км/ч.

1.1.3. При выполнении измерений применяются измерительные установки, газоанализаторы, средства измерения и устройства, приведенные в таблице.

1.2. Устройство и принцип работы

1.2.1. Оборудование лаборатории "Атмосфера-II" смонтировано

Наименование испытательного стандарта и устройства	Обозначение стандар- та или ТУ, типа ли- бо метрологической характеристики, ли- бо ссылки на при- ложение или черте- жи	Наименование измеряемой физической величины									
		концент- рация (мг/м ³)	объем пробы (л)	объемная скорость протяга- вания воздуха (л/мин)	время отбора пробы (мин)	атм. давл. (Па)	темпе- ратура возду- ха (°C)	относи- тельная влаж- ность воздуха (%)	ско- рость ветра (м/с)	направ- ление ветра (град.)	
1. Анеморифометр АН-4М	ТУ 25-04-2524-75	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
2. Анемометр ручной индукционный АН-49	ГОСТ 7193-74	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет
3. Барометр-анемометр АН-6	ТУ 28-04-1797-75	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет
4. Газоанализатор "Атмосфера-1"	ТУ 25-05 (АН 2.840.010)-77	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5. Газоанализатор "Атмосфера-2"	ТУ-25-05 (АН 2.840.010-01)- 77	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6. Психрометр аспирационный АН-4М	ТУ 25-1607.054-85	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	нет	нет	
7. Счетчик газовой РГ-40-01	ТУ 25-1607.054-85	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8. Секундометр ССН пр.2а-3	ГОСТ 5072-79 Б	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9. Часы авиационные	25.07-1055-74	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10. Электросилиратор АА-1	ОВ.460.00.000	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11. Электросилиратор ЗА-1а	МБ2.840.012 ИС	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

С.4 РД 52.04.152-88

в кузове автофургона типа УАЗ-452А. Салон автофургона разделен стенкой на два отсека: приборный и вспомогательный. В приборном отсеке размещены приборы и оборудование для отбора проб воздуха на газовые и механические примеси, а также аппаратура инструментального анализа (газоанализаторы, измерительный пульт анеморумбометра И-49 (или И-47) и пульт управления).

Во вспомогательном отсеке размещены датчики температуры и влажности воздуха, распределительный щит, кабель на катушке, аккумуляторные батареи, держатель патронов и др. оборудование. На крыше автофургона укреплен съемная платформа, на которой размещены ящик с датчиком скорости и направления ветра, мачта для установки в рабочее положение этих датчиков и выносная штанга для крепления датчиков температуры и влажности анеморумбометра.

1.2.2. Для удобства обслуживания приборы и оборудование лабораторий разбиты на эксплуатационные группы:

- 1) отбора проб воздуха,
- 2) инструментального анализа,
- 3) контроля метеорологических параметров,
- 4) оборудования выносных пунктов,
- 5) электроснабжения,
- 6) отопления и освещения.

1.2.3. Приборы и оборудование группы отбора проб воздуха на газовые и механические примеси размещены на стенде по левому борту автомашины в вспомогательном отсеке.

Соединительные трубопроводы для отбора проб воздуха на пыль и сычу через стенку и вспомогательный отсек выносятся из автомашины через открытую (во время отбора проб) заднюю дверь автофургона.

1.2.4. Отбор проб воздуха на газовые примеси может производиться по двум каналам: вертикальному (отбор производится с высоты 2,6 м от уровня земли) через фторопластовый трубопровод и распределитель в горизонтальному, который смонтирован параллельно газопроводу для отбора механических примесей. В этом случае отбор производится через выносной держатель, укрепляемый на выносной штанге.

1.2.5. Оба канала отбора газовых проб имеют общий нагреватель, включаемый при температурах наружного воздуха ниже минус 5°C. Терморегулятор обеспечивает автоматическое поддержание температуры пробы не ниже 5°C.

1.2.6. Кулонометрический газоиндикатор "Атмосфера-1" представляет собой полуавтоматический переносной регистрирующий прибор

периодического действия и предназначен для определения ориентировочного содержания двуокиси серы и сероводорода в атмосферном воздухе, на промплощадках и в вентиляционных выбросах. Он имеет следующие диапазоны измерений: диоксида серы - 0-0,5; 0-2,0 и 0 - 10 мг/м³; сероводорода - 0-0,05; 0-0,5 мг/м³.

П р и м е ч а н и е . Поскольку прибор "Атмосфера-1" в настоящее время переведен в разряд газоиндикаторов, применять этот прибор следует для ориентировочных измерений в основном при:

- проведении экспедиционных обследований населенных пунктов, не имеющих своих лабораторий контроля воздуха;
- проведении учтенных наблюдений в периоды особенно повышенного загрязнения атмосферы с целью обеспечения динамической связи с предприятиями, принимающими меры по снижению величины выбросов.

1.2.7. Кулонометрический газоиндикатор "Атмосфера-П" представляет собой полуавтоматический, переносной, регулируемый прибор периодического действия и предназначен для определения содержания озона и хлора в атмосферном воздухе, на промплощадках и в вентиляционных выбросах. Он имеет следующие диапазоны измерений: озона - 0-0,5, 0-0,1 м³/м³; хлора - 0-1,0, 0-0,2 мг/м³.

П р и м е ч а н и е . Поскольку прибор "Атмосфера-П" в настоящее время переведен в разряд газоиндикаторов, применять этот прибор следует лишь для ориентировочных измерений.

В режиме определения озона газоиндикатор "Атмосфера-П" может быть использован для оценки состояния загрязнения воздуха фотоксидантами при отсутствии стационарных газоанализаторов озона преимущественно в жилых районах страны на одном из пунктов города. Этот пункт должен быть расположен в жилых кварталах вдали от автомагистралей с интенсивным движением (оксиды азота завышают показания).

Для устранения мешающего влияния диоксида серы и других восстановителей, должен использоваться фильтр, описанный во "Временных методических указаниях по использованию газоанализаторов "Атмосфера-1" и "Атмосфера-П" для анализа атмосферного воздуха", ГГО им. А.И.Воейкова, 1983 г.

Хлор мешает определению озона.

В режиме определения наличия хлора прибор может использоваться при проведении подфакельных и учтенных измерений в периоды повышенных выбросов в районах предприятий, выбрасывающих хлор.

При этом необходимо учитывать мешающее влияние озона, определяющегося с хлором, и диоксида серы, занижающего показання.

Измерения с помощью приборов "Атмосфера-І и П" производятся спустя 30 минут после установки нуля и проводятся в течение 20 минут. За это время записываются через равные промежутки времени 4-5 показаний.

Результатом измерений считается среднее арифметическое из этих величин.

Подготовка приборов к работе и их эксплуатации производится в соответствии с указанными выше "Временными методическими указаниями".

І.2.8. Самопищущий прибор типа КСУ-2 ТУ 25-05-1279-72 применяется в тех случаях, когда возникает необходимость длительных и непрерывных измерений (не более 2-х суток). Например, при исследовании выбросов загрязняющих веществ вблизи новых производств.

2. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ И ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Количественный анализ атмосферных примесей производится после их концентрирования, которое осуществляется протягиванием воздуха через соответствующие поглотительные среды (жидкие, твердые) или фильтрующие материалы. Для обеспечения тесного контакта между поглощающей средой и анализируемым воздухом применяются различные поглотительные приборы, U - образные, Рихтера, сорбционные трубки. Фильтрующие материалы закрепляются в соответствующих фильтродержателях.

2.2. Определение концентрации двуокиси серы (сероводорода) основано на измерении величины предельного тока, возникающего при окислении на платиновом электроде, вследствие взаимодействия двуокиси серы (сероводород) с иодом (газоиндикатор "Атмосфера-І").

2.3. Определение концентрации озона (хлора) основано на изменении величины предельного тока, возникающего при восстановлении на платиновом электроде брома, вследствие взаимодействия озона (хлора) с бромидом натрия (газоиндикатор "Атмосфера- П").

2.4. Отбор проб воздуха на пыль производится с помощью пылесоса. Объем протянутого воздуха определяется газовым счетчиком РГ-40-І, время - секундомером. Воздух протягивается через фильтр, устанавливаемый в патроне на выносной штанге. В дальнейшем фильтр вынимается из патрона и анализируется в лабораторных условиях.

Продолжительность отбора проб 20 мин.

2.5. Сбор проб воздуха на сажу производится с помощью электронагревателя код.822; "Селезид" патрон крепится на время отбора в держателе. Патрон с нагревателем соединяется резиновой трубкой. В дальнейшем фильтр подвергается анализу в лабораторных условиях. Продолжительность отбора проб 20 мин.

2.6. Отбор проб воздуха на газовые примеси в поглотительные устройства производится в автолаборатории с помощью электронагревателей мод.822, а на выносных пунктах с помощью электронагревателей ЛК-1 или ЗЛ-1А. В дальнейшем пробы подвергаются анализу в лабораторных условиях.

2.7. Выбор исследуемых примесей производится потребителем автолаборатории в соответствии с задачами, стоящими перед ним. Поглотительные устройства для отбора газовых проб выбираются в соответствии с методиками, изложенными в "Руководстве по контролю загрязнения атмосферы". - И.Гидрометеослужба, 1979 г.

2.8. Инструментальный анализ диоксида серы, сероводорода, озона и хлора производится с помощью газоиндикаторов "Атмосфера-1" и "Атмосфера-2". Индикаторы могут работать в салоне автолаборатории, для чего они подсоединяются к газовой магистрали распределителя лаборатории при помощи фторопластовой трубки, а также могут использоваться для работы в составе выносных пунктов.

В составе выносных пунктов газоиндикаторы "Атмосфера-1" и "Атмосфера-2" используются в тех местах, куда невозможен подъезд автолаборатории или местах, где проводится измерение всех определяемых ингредиентов и где должно быть минимальное влияние выхлопных газов от работающего двигателя.

2.9. Измерение метеорологических параметров осуществляется при помощи анеморумбометра И-47 или метеостанции И-49. Датчик скорости и направления ветра монтируется на опциональной мачте, укрепленной на съемной платформе. Мачта имеет возможность поворота в вертикальной плоскости. Угол поворота равен 90° . В походном положении мачта находится в горизонтальном положении и крепится к платформе специальными хомутами. В автолаборатории, укомплектованной анеморумбометром И-49, датчики температуры и влажности вместе с датчиком скорости монтируются на специальной подвижной штанге, укрепленной также на платформе. Штанга с датчиками может устанавливаться перпендикулярно или параллельно продольной оси автомобиля, а датчик

тель может вращаться вокруг вертикальной оси. Сигналы датчиков подаются на пульт управления станции, установленной внутри салона на переднем стенде.

В автолаборатории, укомплектованной анеморумбометром М-47, измерения температуры и влажности производятся с помощью аспирационного психрометра МВ-4М, подвешиваемого на выносной штанге.

2.10. Приборы и оборудование выносных пунктов (электроаспираторы, штативы с поглотительными приборами) во время работы устанавливаются на специальных выносных столиках. Во время транспортировки столики укреплены на платформе (в специальном ящике), а электроаспираторы в приборном отсеке салона (на правом стенде по ходу автомашины).

2.11. Электропитание приборов и оборудования лаборатории осуществляется от промышленной сети переменного тока напряжением 220 В при частоте 50 Гц через входной распределительный щит, установленный во вспомогательном отсеке лаборатории. Подключение распределительного щита к электросети производится при помощи гибкого кабеля типа КРПТ, находящегося во время передвижения лаборатории на специальной катушке во вспомогательном отсеке.

2.12. Отопление приборного отсека лаборатории осуществляется отходящими выхлопными газами автомашины. Дополнительно (в холодное время на стоянке) рабочая температура поддерживается электрокаминном типа "Огонек". Для освещения приборного отсека используется люминесцентная лампа света.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание ! До подключения лаборатории к источнику питания (городской сети) она должна быть заземлена !

3.1. При проведении работ, связанных с регулированием, настройкой лаборатории и ее оборудования и при эксплуатации руководствоваться требованиями по технике безопасности, изложенными в инструкциях, прилагаемых заводами-изготовителями на входящие в состав лаборатории изделия.

3.2. К работам, связанным с регулированием и настройкой лаборатории и ее систем и эксплуатации оборудования лаборатории допускаются лица, имеющие опыт работ с измерительными приборами и оборудованием для отбора проб воздуха и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3.3. Категорически запрещается производить работы, связанные

с регулированием и настройкой лаборатории при ее передвижении по местности.

3.4. При проведении работ, связанных с настройкой системы электроснабжения, в приборном отсеке лаборатории или в непосредственной близости от него находится не менее двух человек.

П р и м е ч а н и е . Заземление лаборатория производить только со стороны правого борта. При этом заземляющий штырь должен быть углублен в грунт на всю его длину.

3.5. Проверить наличие в лаборатории углекислотного огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки.

3.6. Питающие кабели и провода должны быть надежно закреплены. Крепление должно исключать возможность повреждения изоляции цепей питания.

3.7. Шофер автомобиля является ответственным лицом за технику безопасности при проведении работ. Одновременно он обеспечивает подключение и отключение сети питания.

3.8. Для работы с газоанализаторами допускаются лица, изучившие общие правила работы с электрооборудованием и газоанализаторами.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И ОТБОРА ПРОБ

4.1. На месте проведения работ лаборатория устанавливается на площадке таким образом, чтобы левый борт или задняя часть автомашины были наветренными.

При проведении работ на магистралях города лаборатория устанавливается параллельно оси движения транспорта у тротуара или на обочине дороги. Расстояние от лаборатории до места подключения к электросети не должно превышать 100 м.

4.2. Условия выполнения измерений с помощью газоиндикаторов.

4.2.1. Мешающие примеси при использовании газоиндикатора "Атмосфера-1". Большинство примесей, встречающихся в атмосфере, не мешают нормальной работе газоиндикатора. Определению двуокиси серы мешают некоторые органические вещества и сероводород, а определению сероводорода мешают те же органические вещества и двуокись серы.

При определении диоксида серы, если ощущается запах сероводорода, применяется селективный фильтр, поглощающий сероводород.

При определении сероводорода всегда применяется селективный фильтр, устраняющий влияние диоксида серы.

4.2.2. При определении озона основное мешающее влияние оказы-

вают восстановители (диоксид серы, сероводород, выхлопные газы автотранспорта) и окислители (хлор, диоксид азота). Поэтому при определении сэски используются селективные фильтры, поглощающие восстановители. Измерения производятся в местах, отдаленных от мест движения автотранспорта и источников выделения хлора.

5. ПОДГОТОВКА АВТОЛАБОРАТОРИИ К РАБОТЕ

5.1. Общая подготовка к работе.

5.1.1. Проверьте (внешним осмотром) качество заземления приборов и оборудования на корпус заземления.

5.1.2. Произведите заземление лаборатории. При этом из вспомогательного кабеля извлекается четыре заземления и углубляется со стороны правого борта автомашины в грунт на всю его длину.

5.1.3. Для обеспечения снабжения лаборатории электроэнергией на месте наблюдения она подключается к распределительным щитам жилых зданий с помощью кабеля, а для ее заземления нулевая жила кабеля подключается к корпусу распределительного щита. В местах пролегания кабеля ставятся знаки, запрещающие движение транспортных средств.

5.1.4. Подключить лабораторию к сети. При этом тумблер входного щита должен быть в положении "Выключено", а вилки разъемов всех приборов отсоединены от розеток.

5.1.5. Поставить переключатель входного распределительного щита в положение "Включено", подав тем самым электропитание на пульт управления лабораторией.

5.1.6. Подключить все приборы и оборудование в сеть лаборатории при помощи разъемов.

5.1.7. Включить тумблеры всех приборов на пульте управления. При этом лампочки на лицевой панели пульта должны загореться. Показания амперметра и вольтметра на пульте управления не должны превышать 10 А, а напряжение 220 В $\begin{matrix} +10\% \\ -15\% \end{matrix}$.

5.1.8. В случае отсутствия питания необходимо проверить наличие соединения цепи нагрузки ампервольтметром и добиться устранения неисправности.

5.1.9. Выключить тумблеры всех приборов на пульте управления.

5.2. Подготовка основного оборудования автолаборатории.

5.2.1. Выньте поглотительные приборы вместе со штативами из чехола. Соедините поглотительные приборы с распределителем и

аспираторами, проверьте положение переключателя кранов воздухозабора и, в случае необходимости, установите в нужное положение.

5.2.2. Поднимите и закрепите мачту на платформе в рабочее положение. Установите и закрепите датчик скорости и направления ветра анеморумбометра на мачте. При этом четыре датчика должны быть направлены на север при помощи компаса.

5.2.3. Установите выносной держатель на штанге, предварительно выдвигнув ее на 0,5 - 1,0 м от первоначального положения. Установите штангу с держателем навстречу ветровому потоку, укрепите психрометр или блок датчиков температуры и влажности М-49 на держателе и подготовьте его к работе.

5.2.4. Подготовьте к работе анеморумбометр и аспираторы в соответствии с технической документацией на них.

5.2.5. Произведите контрольный отчет скорости ветра по анемометру АРМ-49 и определите его направление. Запишите результат в журнал наблюдений. Подберите насадку к пылевому патрону в зависимости от скорости ветра.

5.2.6. Вложите фильтры на пыль в сажу в патроны и укрепите патроны с насадкой в держателе.

5.3. Подготовка "выносных" пунктов.

5.3.1. Развертывание "выносных" пунктов производится до начала работ по подготовке лаборатории к наблюдениям.

5.3.2. Развертывание "выносных" пунктов производится последовательно. Вначале разворачивается пункт 1, а затем пункт 2.

5.3.3. Установите штатив (если используется электроаспиратор ЗА-1А) или столик (аспиратор ЛК-1) и разверните на ней оборудованные "выносного" пункта (аспиратор и штатив с поглотительными приборами).

5.3.4. Снимите аккумулятор с машин и поставьте его на землю рядом со штативом.

5.3.5. Соедините поглотительные приборы с электроаспиратором, подключите электроаспиратор к аккумуляторной батарее.

5.4. Подготовка газоиндикаторов к работе

5.4.1. Перед включением газоиндикатора "Атмосфера-1" для измерений необходимо тщательно изучить "Временные методические указания по использованию газоиндикаторов "Атмосфера-1" и "Атмосфера-П" для анализа атмосферного воздуха", разработанные ГГО им. А.И.Воейкова и "Техническое описание и инструкция по эксплуатации" АЛИ2.840. ОГО.ТО, поставляемое заводом-изготовителем вместе с газоиндикато-

ром. Подготовка газоиндикатора к работе проводится в соответствии с указанными документами.

5.4.2. Перед включением газоиндикатора "Атмосфера-П" для измерений необходимо тщательно изучить "Временные методические указания по использованию газоиндикаторов "Атмосфера-1" и "Атмосфера-П" для анализа атмосферного воздуха, разраб. в кн. ГГО им. А.И.Воеводова, "Техническое описание и инструкция по эксплуатации АИИЗ.840.010-010 ТС, поставленное заводом-изготовителем вместе с прибором. Подготовка газоиндикатора к работе проводится в соответствии с указанными документами.

П р и м е ч а н и е : I. Операции по пунктам 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.4 выполняет водитель.

2. Операции по пунктам: 5.2.1, 5.2.3, 5.2.6, 5.3.3 и 5.3.5 выполняет техник-оператор.

3. Операции по пунктам 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.2.4, 5.2.5 выполняет инженер-оператор.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха производятся во все сезоны года по графику, утвержденному организацией, в чьем ведении находится автолаборатория, и по ГОСТ 17.2.3.01-77.

6.2. Порядок выполнения операций от начала срока наблюдений.

6.2.1. Включить анеморумбометр, включить пылесос, одновременно включить часы или секундомер.

6.2.2. Через 1 мин. включить электроаспираторы и отрегулировать скорость аспирации на исследуемые ингредиенты в соответствии с требованиями "Руководства по контролю загрязнения атмосферы".

В ходе отбора проб необходимо внимательно следить за тем, чтобы скорость аспирации поддерживалась на заданном уровне с максимальной возможной точностью. В случае изменения показаний ротаметров в процессе отбора производится дополнительная регулировка при помощи вентилях, соединенных с соответствующими ротаметрами. Если установить необходимую скорость не удается, то записывают ее действительное значение в журнал.

6.2.3. Отбор проб на выносных пунктах выполняется синхронно с отбором проб в автолаборатории.

6.2.4. Измерение скорости ветра по анеморумбометру М-47 производится в положение переключателя "скорость", в течение одной минуты.

следят за стрелкой и записывают среднее ее положение в книжку (с точностью до 0,5 м/с); переводят переключатель в положение "направление", в течение одной минуты следят за стрелкой и записывают ее среднее положение (с точностью до 1°). После определения направления ветра переключатель возвращают в положение "скорость". Производят три отсчета - в начале, в середине и в конце наблюдения; отсчеты скорости ветра осредняют с точностью до 0,5 м/с, направления с точностью до 1° .

6.2.5. Измерения температуры и влажности проводят в конце наблюдения.

Если автолаборатория укомплектована анеморумбометром М-47, измерения температуры и влажности производит аспирационным психрометром МВ-4М. На шестой минуте от начала наблюдения смачивают баббит в психрометре укрепленном на шпильной штанге, заводят его аспиратор. На десятой минуте производят первые отсчеты термометров (сухого и смоченного), психрометры и подзавод аспиратора. На одиннадцатой минуте производят второй отсчет температуры по термометрам, на четырнадцатой минуте - третий отсчет.

6.2.6. Измерения метеорологических параметров с помощью метеостанции М-49.

Измерения скорости ветра. Переключатель, расположенный в левой стороне панели прибора, устанавливают в положение "скорость", и в течение одной минуты следят за стрелкой и записывают среднее ее положение по шкале скорости в книжку (с точностью до 0,5 м/с). Для измерения остальных метеорологических параметров необходимо включить питание станции, переключатель, расположенный в левой стороне панели, устанавливают в одно из крайних положений ("питание от батареи" или "питание от сети") в соответствии с родом питания.

Измерение направления ветра. Ручку правого переключателя переводят в положение "направление" и производят отсчет по шкале направления ветра (с точностью до 1°).

Измерение относительной влажности воздуха. Ручку правого переключателя переводят в положение "влажность" и производят отсчет по шкале влажности с точностью до 1 %.

Измерение температуры воздуха. Ручку правого переключателя переводят в положение "контроль температуры", плавным поворотом ручки реостата "Установка направления питания" устанавливают стрелку указателя на красную черту шкалы, затем ручку правого переключателя

переводят в положение, отвечающее диапазону, в котором лежит измеренная температура, после чего производят отсчет значения температуры по соответствующей шкале указателя. Записывают в книжку значение температуры с точностью до $0,5^{\circ}\text{C}$.

После окончания измерений левый переключатель переводят в положение "Скорость", а правый в положение "Направление".

Измерения скорости и направления ветра производят три раза: в начале, в середине и в конце наблюдения.

Измерения температуры и влажности делают три раза, полученные величины осредняют с точностью по п.п. 6.2.4 и 6.2.5, вводят поправки из технического формуляра и исправленные показания записывают в книжку.

6.2.7. Измерение давления производится один раз в срок с помощью барометра-анероида М-67. Рабочее положение барометра горизонтальное, шкалой вверх.

Перед каждым отсчетом по шкале для исключения погрешности от трения необходимо легкими ударами постучать по корпусу или стеклу барометра.

Во время измерения атмосферного давления, во избежание ошибки от параллакса, отсчеты следует производить в момент полного совмещения в нормальной плоскости указателя стрелки с его отражением на зеркальной поверхности кольца шкалы.

Отсчеты необходимо производить с погрешностью $0,13 \text{ гПа}$. Каждый отсчет должен быть исправлен введением дополнительной, шкаловой и температурной поправок, указанных в паспорте прибора.

6.2.8. После выполнения измерений температуры и влажности отмечают состояние погоды и подстилающей поверхности.

6.2.9. На восемнадцатой минуте отбора проб из газовые примеси записывают в книжку скорость аспирации в литрах в минуту для аспираторов модели Б22 и ЛК-1 (или ЭА-1А).

6.2.10. По истечении 20 мин. выключить пылесос и через 1 мин. электроаспираторы. Записать показания газового счетчика.

6.2.11. Вынуть патроны с фильтрами из гнезд, вынуть фильтры и убрать их в специальные пакеты, поставившие вместе с фильтрами.

6.2.12. Отсоединить поглотительные приборы, закрыть их заглушками и убрать в транспортные пакеты.

6.2.13. Свертывание лаборатории производится в обратном порядке.

П р и м е ч а н и я : I. Все операции по отбору проб на выносных пунктах выполняются шофером-оператором и техником-оператором.

2. Все операции по отбору проб в автолаборатории и метеорологические измерения выполняет инженер-оператор.

6.3. Порядок работы с газоиндикатором "Атмосфера-1".

6.3.1. Газоиндикатор "Атмосфера-1" может использоваться для проведения измерений как переносной прибор и как перевозимый в составе автолаборатории типа "Атмосфера-П". В первом случае питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи через зарядное устройство, во втором - от сети переменного тока напряжением 220 В. При этом во всех случаях применение зарядного устройства обязательно.

6.3.2. Измерение концентрации веществ газоиндикатором, установленным в автолаборатории, производится следующим образом:

прибор, зарядное устройство, блок питания и самописец закрепляются при помощи соответствующих приспособлений, исключающих возможность перемещения прибора и устройства во время движения;

вход газоиндикатора соединяется фторопластовой трубкой с газоз воздушным распределителем лаборатории, длина заборных трубочек не должна превышать 5 м;

к прибору подводится питание и выключается тумблер "вкл.", при этом должен заработать побудитель расхода газа (ПРС) и загореться кнопка "температура";

от штуцера "вход" отсоединяется заборный шланг и к входному штуцеру присоединяется "нулевой" фильтр и прибор работает до тех пор, пока стрелка микроамперметра не примет стабильного положения - обычно время выхода стрелки измерительного прибора составляет 20-40 мин;

ручкой "компенсация фона" стрелка измерительного прибора устанавливается в нулевое положение;

снимается "нулевой" фильтр, к штуцеру "вход" присоединяется заборный шланг. Снятие показаний прибора производится не менее чем через 20-30 мин. после отключения "нулевого" фильтра;

при выводе показаний прибора на самописец, провода последнего подсоединяются к клеммам газоанализатора "10 мВ", а сам самописец включается в сеть переменного тока при напряжении 220 В.

6.3.3. При измерении концентрации сероводорода дополнительно вводится поправка на температуру с использованием номограммы, расположенных на внутренней стороне крышки прибора.

Замер осуществляется в следующей последовательности:

при выходе стрелки показывающего прибора в стабильное положение на данном диапазоне измерений, снимают показания прибора, затем нажимают кнопку "температура" и снова снимают показания прибора. Затем на номограмме отыскивают по наклонным прямым прямую, соответствующую показаниям прибора после нажатия кнопки "температура" и выходят по этой линии до горизонтальной прямой, соответствующей показаниям прибора до нажатия кнопки "температура". На оси абсцисс находят соответствующее значение концентрации сероводорода.

П р и м е р . Замер выполнен на диапазоне 0-0,05 мг/м³, при этом стрелка измерительного прибора устанавливалась на делении 30. При нажатии кнопки "температура" стрелка измерительного прибора устанавливалась на делении 17. Тогда концентрация сероводорода с учетом поправки на температуру будет по проекции точки пересечения наклонной прямой, соответствующей числу 17 с горизонтальной кривой, соответствующей цифре 30 на ось абсцисс и составит 0,035 мг/м³.

6.3.4. При измерении концентрации веществ вне автолаборатории (в полевых условиях, в условиях производственных помещений или площадок) после снятия "нулевого" фильтра к штуцеру "вход" прибора подсоединяется воздухозаборное устройство. Замеры выполняются указанным выше порядком на высоте 1,5 м. Питание в этом случае осуществляется от аккумуляторной батареи (если nearby отсутствует источник питания переменного тока напряжением 220 В).

6.3.5. После замеров прибор отключается от источника питания, заборные приспособления укладываются в корпус прибора, прибор закрывается крышкой.

6.3.6. Контроль величины тока, поступающего в прибор, осуществляется следующим образом:

тумблер газоминдикатора "измерение-контроль" переводится в положение "контроль", при этом стрелка миллиамперметра должна установиться на (60 ± 2) деления. Если стрелка прибора отклоняется от указанного значения, ее регулируют с помощью ручки "ток" зарядного устройства.

6.4. Порядок работы с газоминдикатором "Атмосфера-П".

6.4.1. Газоминдикатор "Атмосфера-П" может использоваться для проведения измерений как переносной прибор и как перевозимый в составе автолаборатории типа "Атмосфера-П". В первом случае питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи через зарядное устройство, во втором - от сети переменного тока напряжением

220 В. Применение зарядного устройства обязательно при всех одучаих.

6.4.2. Измерение концентрации веществ газоиндикатором, установленным в автолаборатории, производится следующим образом:

прибор, зарядное устройство, блок питания и самописец закрепляются при помощи соответствующих приспособлений, исключающих перемещение приборов при движении автолаборатории;

вход газоиндикатора соединяется фторопластовой трубкой с газозаборным распределителем лаборатории. Длина заборных трубок не должны превышать 5 м;

к прибору подводится питание и включается тумблер "ВКЛ.", при этом должен заработать побудитель расхода газа;

от штуцера "вход" отсоединяется заборная трубка и к входному штуцеру присоединяется "нулевой" фильтр и прибор работает до тех пор, пока стрелка микроамперметра не примет стабильного положения; ручкой "компенсация фонов" стрелка микроамперметра устанавливается в нулевое положение;

снимается "нулевой" фильтр, и штуцеру "вход" подсоединяется заборная трубка и приступают к измерениям.

При использовании самописца провода последнего подсоединяются к клеммам газоиндикатора "IOMB", а к самописцу подается питание сети переменного тока напряжением 220 В.

6.4.3. При измерении концентрации веществ в полевых условиях (вне автолаборатории) к штуцеру "вход" после снятия "нулевого" фильтра присоединяется воздушная трубка высотой 1,5 м и замеры производятся указанным выше порядком.

6.4.4. После замеров прибор отключается от источника питания, заборные приспособления укладываются в корпус прибора, прибор закрывается крышкой.

6.4.5. Контроль величины тока, поступающего в прибор, осуществляется следующим образом:

тумблер газоиндикатора "измерение-контроль" переводится в положение "контроль", при этом стрелка миллиамперметра должна отклониться на (50 ± 2) деления. Если отклонка прибора отклоняется от указанного значения, её регулируют с помощью ручки "ток" зарядного устройства.

7. ОБЛАСТЬ И СФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ

7.1. Все результаты наблюдений на маршрутных постах за исключением данных по газоиндикаторам "Атмосфера-1" и "Атмосфера-2",

записывают в книжку (КЗА-1). В течение календарного месяца используется одна книжка для записи результатов наблюдений за загрязнением атмосферы и метеорологическими элементами.

7.2. Для записи данных наблюдений с помощью газоиндикаторов "Атмосфера-1" и "Атмосфера-2" необходимы журналы наблюдений. На титульном листе журнала записывается:

- тип газоиндикатора,
- заводской номер датчика,
- заводской номер зарядного устройства,
- заводской номер блока питания.

Результаты измерений представляют в виде таблицы по форме:

Дата и время наблюдения	Место наблюдения	Определяемый ингр-диент	Среднее значение концентрации за 20 мин.	Подпись наблюдателя
1	2	3	4	5

8. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

8.1. Проверка технического состояния

8.1.1. Профилактический осмотр всей лаборатории производится два раза в год. При этом проверяют:

- техническое состояние лаборатории,
- чистота трубопроводов и распределителя,
- крепление стенов и приборов в щитовом,
- крепление мачты анемометра и выдвигной штанги, платформы.

8.1.2. При обнаружении отклонений от нормы или неисправностей принимаются меры к их устранению.

8.1.3. Метрологическое обслуживание (проверка) средств измерений, входящих в состав лаборатории, должно осуществляться в соответствии с указаниями, изложенными в технических описаниях на указанные средства измерений.

П р и м е ч а н и е. Все средства измерений, входящие в состав автोलaborатории метрологически обеспечены, поскольку они включены в Государственный реестр.

8.2. Техническое обслуживание автोलaborатории.

8.2.1. Техническое обслуживание серийных приборов и оборудо-

вания, включенных в состав лаборатории, производится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на данные изделия в лабораториях контроля атмосферного воздуха.

8.2.2. Техническое обслуживание фторопластовых трубопроводов, распределителя производить не реже двух раз в год.

При обслуживании все элементы газовых каналов должны промываться спиртом высшей очистки (по 130 мл спирта технической марки по ГОСТ 17299-78 на распределитель, переключатель каналов и каждой воздушный канал) с последующей просушкой.

8.2.3. Чистку элементов выдвижной штанги и маячки датчика анемометра производить не реже, чем раз в 6 мес. Чистка производится мягкой фланельной тканью. Установочные шпильки штанги при этом подлежат смазке (смазка ЦИАЛИМ 201 по ГОСТ 6267-74).

8.2.4. Техническое обслуживание автомашин производится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на нее.

8.2.5. При температурах наружного воздуха ниже 10°C лаборатория "Атмосфера-П" (в нерабочее время) должна находиться в отапливаемом помещении с температурой воздуха в ном от 10 до 35°C.

8.3. Наладка и регулировка системы газо- пыле- и самозабора.

8.3.1. Наладка и регулировка всех систем отбора проб воздуха в лаборатории производится перед началом эксплуатации лаборатории и через каждые три месяца ее работы в "полевых" условиях.

8.3.2. При наладке и регулировании систем газозабора необходимо:

проверить надежность крепления трубопровода к распределителю.

При обнаружении люфтов и неплотностей в соединениях произвести их устранение затяжкой гаек на штуцерах. Регулирование скорости отбора проб воздуха производится в соответствии с требованиями, изложенными в технической документации аспирантов мод.822.

8.3.3. При наладке и регулировании системы пылезабора необходимо:

проверить качество соприкосновения муфты пылевого патрона с корпусом держателя;

проверить прочность соединения штуцеров и трубопровода на перегородке, отделяющей вспомогательный отсек от приборного;

проверить надежность крепления трубопровода к нагревателю и фланцам газового счетчика.

При обнаружении люфтов и неплотностей в соединениях произвести их устранение затяжкой гаек на штуцерах. Регулирование скорости

отбора проб пыли произвести при помощи дросселя на нижнем фланце газового счетчика.

8.3.4. При наладке и регулировании системы самезабора необходимо:

проверить качество сопряжения муфты самезового канала со штуцером держателя;

проверить сопряжение резиновой трубки самезового канала со всеми штуцерами тракта.

Регулирование скорости отбора проб на сажу производится в соответствии с требованиями, изложенными в технической документации аспиратора мод.822.

8.4. Характерные неисправности автолаборатории и методы их устранения

Характерная неисправность	Вероятная причина неисправности	Метод устранения неисправности
1. Отсутствие питания в сети лаборатории	Отключен установочный автомат	Включить автомат
2. При включении шкафо-либо прибора не загорается его сигнальная лампа	а) перегорела лампа б) неподвижен тумблер в) сгорел предохранитель	Заменить лампу Заменить тумблер Заменить предохранитель
3. Затруднен подъем рычага датчика скорости и направления ветра в рабочее положение	Загрязнение оси Заклинило ось	Произвести очистку и смазку оси
4. Затруднена установка выдвижной штанги в нужное положение	Загрязнение элементов поворотной цапфы	Произвести очистку и смазку оси

П р и м е ч а н и е . Характерные неисправности и методы их устранения в серийных изделиях лаборатории приведены в эксплуатационной документации на данные изделия.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ _____

обозначение стандарта

Номер изме- не- ния	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Под- пись	Дата внесения изменения	Дата введе- ния из- менения
	изме- нено- го	заменено- го	нового	анулиро- вано- го				

Ртп. ПГО. 20. 10. №8. Зак. 463. Т. 400.
Бесплатно.